

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 83554 : 83554
Talep Eden Birim: BİYOMEDİKAL

27.03.2025

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

NOT: ÖNEMLİ MAİL ADRESİNİZİ YAZINIZ. hastanesatinalma@ogu.edu.tr

İn Teslim Tarih & Saat : 09.04.2025 13:00

ESRA GÜLTEKİN
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

| Sıra No | Kodu | Malzeme Cinsi | Açıklama | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutarı |
|---------|-----------|--|----------|---------|--------|--------------|---------------|
| 1 | 73.2828D2 | TAŞ KIRMA CİHAZI İÇİN: PNÖMATİK PROB 2 MM: 1 SET (CİHAZA UYUMLU) | | 5,00 | ADET | | |
| 2 | 73.2828D3 | TAŞ KIRMA CİHAZI İÇİN: PNÖMATİK PROB 0,8 MM (CİHAZA UYUMLU) | | 1,00 | ADET | | |
| 3 | 73.2828D4 | TAŞ KIRMA CİHAZI İÇİN: PNÖMATİK HANDLE ÖN TAPA (CİHAZA UYUMLU) | | 2,00 | ADET | | |

- 1- İNTERNET ADRESİMİZ: www.ogu.edu.tr ---- HASTANE--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.
- 2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARİÇ OLMALIDIR.
- 3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 60 GÜNDE ÖDENECEKTİR.
- 4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYICE ALT BAYİLERİNDE UBB DE NİMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FİJİTURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.
- 5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.
- 6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.
- 7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR.
- 8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDEN YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDEN YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
- 10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 44809

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 21.03.2025

Basım Tarihi : 21.03.2025

KOD : 73.2828D2

MALZEME ADI : TAŞ KIRMA CİHAZI İÇİN: PNÖMATİK PROB 2 MM: 1 SET (CİHAZA UYUMLU)

- 1- Hastanede kullanılmakta olan Pnömatik Lithotriptör cihazı ile uyumlu olmalıdır.
- 2- Teklif edilen prob her türlü sterilizasyona uygun olmalıdır.
- 3- Her marka rigid endoskoplarla uyumlu çalışabilmelidir.
- 4- Tıbbi uygulamaya uygun paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 5- Prop silikon ring içermeli ve esnemeyi bu ring aracılığıyla yapmalıdır.
- 6- Proplar vibrasyona dayanıklı yapıda olmalıdır.
- 7- Proplar gerekli görüldüğünde kesilerek kısaltılabilmesi, bu işlem sonucunda herhangi bir yapısal değişikliğe uğramamalıdır.
- 8- Prop 2 mm çapında 450 mm uzunluğunda olmalıdır.
- 9- Proplar üretero renoskop, sistoskop, nefroskop rigid endoskoplarıyla rahatlıkla kullanılabilir.
- 10- Proplar pnömatik sistemle çalışmaya müsait olmalı, dokuya zarar vermemelidir.
- 11- Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi aranacaktır.
- 12- Teklif edilen ürünler Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır.
- 13- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm. Müd. Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 44810

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 21.03.2025

Basım Tarihi : 21.03.2025

KOD : 73.2828D3

MALZEME ADI : TAŞ KIRMA CİHAZI İÇİN: PNÖMATİK PROB 0,8 MM (CİHAZA UYUMLU)

- 1- Hastanede kullanılmakta olan Pnömatik Lithotriptör cihazı ile uyumlu olmalıdır.
- 2- Teklif edilen prob her türlü sterilizasyona uygun olmalıdır.
- 3- Her marka rigid endoskoplara uyumlu çalışabilmelidir.
- 4- Tıbbi uygulamaya uygun paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 5- Prop silikon ring içermeli ve esnemeyi bu ring aracılığıyla yapmalıdır.
- 6- Proplar vibrasyona dayanıklı yapıda olmalıdır.
- 7- Proplar gerekli görüldüğünde kesilerek kısaltılabilmeli, bu işlem sonucunda herhangi bir yapısal değişikliğe uğramamalıdır.
- 8- Prop 0,8 mm çapında standart uzunluğu 640 mm olmalıdır .
- 9- Proplar üretero renoskop, sistoskop, nefroskop rigid endoskoplariyle rahatlıkla kullanılabilirdir.
- 10- Proplar pnömatik sistemle çalışmaya müsait olmalı, dokuya zarar vermemelidir.
- 11- Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi aranacaktır.
- 12- Teklif edilen ürünler Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır.
- 13- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 44811

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 21.03.2025

Basım Tarihi : 21.03.2025

KOD : 73.2828D4

MALZEME ADI : TAŞ KIRMA CİHAZI İÇİN: PNÖMATİK HANDLE ÖN TAPA (CİHAZA UYUMLU)

- 1- Hastanemizde kullanılmakta olan Pnömatik Lithotriptör cihazı elceği ile uyumlu olmalıdır.
- 2- Teklif edilen ön tapa her türlü sterilizasyona uygun olmalıdır.
- 3- Teklif edilen elcek ön tapa kilitlenebilir sistemli olmalıdır.
- 4- Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi aranacaktır.
- 5- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası

