

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 84140 : 84140
Talep Eden Birim: ACİL SERVİS

14.05.2025

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

NOT: ÖNEMLİ MAİL ADRESİNİZİ YAZINIZ. hastanesatinalma@ogu.edu.tr

Son Teslim Tarih & Saat : 21.05.2025 13:00

ESRA GÜLTEKİN
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	70.289B	KİT AŞI VE İLAÇ SAKLAMA DOLABI		1,00	ADET		

- 1- İNTERNET ADRESİMİZ: www.ogu.edu.tr ---- HASTANE--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.
- 2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARIÇ OLMALIDIR.
- 3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 60 GÜNDE ÖDENECEKTİR.
- 4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.
- 5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.
- 6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.
- 7- KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEMEYECİKTİR.
- 8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEMEYECİKTİR.
- 9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
- 10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45004

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 07.05.2025

Basım Tarihi : 07.05.2025

KOD : 70.289B


MALZEME ADI : KİT AŞI VE İLAÇ SAKLAMA DOLABI

AŞI - KİT SERUM BUZDOLABI ŞARTNAMESİ

1. Dolabın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı galvaniz sac ve iç yüzeyi paslanmaz sac malzemeden olmalıdır.
2. Dolap 195-23V/50Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır.
3. Dolap kapısı çift kat ısı camlı .kilitlenebilir ve manyetik contaı olmalıdır.
4. Dolap içinde kullanıcı isteğine göre ayarlanabilen plastik kaplamalı tel raf bulunmalıdır.
5. Dolap + 0/+15 derece aralığında çalışmalı, +4 dereceye set edilmelidir.
6. Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlamalıdır.
7. Dolap sessiz ve sarsıntısız çalışmalıdır.
8. Dolap soğutma evaparatörünün verimliliğini korumak için tam otomatik defrost sistemi bulundurmaktadır.
9. Dolabın kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmalıdır.
10. Dolabın üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili digital kontrol paneli olmalıdır.
11. Dolabın üzerinde USB çıkışı bulunmalıdır.
12. Dolap kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi olmalıdır.
13. Dolap kontrol panelinde bulunan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapmalıdır.
14. Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında , cihazın kapısı açık kaldığında , elektrik kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermelidir.
15. Dolap üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet tekerlek olmalıdır.
16. Isı takip sistemine bağlanabilmelidir.
17. 2 yıl garantili olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Nurdan ACAR
Acil Tıp A.D Başkanı
İmzası



ONAYLAYAN

Prof. Dr. Pınar YILDIZ
Başhekim Yrd.
İmzası

