

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 84362 : 84362
Talep Eden Birim: YENİDOĞAN POLİKLİNİĞİ

02.06.2025

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

ÖNEMLİ NOT: TEKLİFİNİZE MAİL ADRESİNİZİ ve İLETİŞİM NUMARANIZI YAZINIZ. TEKLİFİNİZİ butceplan@ogu.edu.tr (Telefon: 1093-1094) MAİL ADRESİNE GÖNDERİNİZ. (Teklifini kapalı zarf ile elden teslim etmeyen yada butceplan@ogu.edu.tr mail adresine göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)

İdare Yetkilisi
Esra GÜLTEKİN
Mali Hizmetler Müdürü

Son Teslim Tarih & Saat : 05.06.2025 10:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	37.371F	CPAP NAZAL MASKE SETİ LARGE (INFANT)		5,00	ADET		
2	37.371C	NAZAL YÜKSEK AKIŞ KANÜLÜ YENİDOĞAN LARGE		70,00	ADET		

1- İNTERNET ADRESİMİZ: <https://hastane.ogu.edu.tr/> ---- HIZLI ERİŞİM--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARIÇ OLMALIDIR.

3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 150 GÜN İÇİNDE ÖDENECEKTİR.

4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VEVEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.

5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.

6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.

7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AİT

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR. 8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45061

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 29.05.2025

Basım Tarihi : 29.05.2025

KOD : 37.371F

MALZEME ADI : CPAP NAZAL MASKE SETİ LARGE (INFANT)

1. Teklif edilen parçalar hastanemizde mevcut Stephan (sophie) marka ventilatör cihazları ile uyumlu olmalıdır.
2. Teklif edilen nazal maske, birer adet ekspirasyon ve inspirasyon hattı tüpleri (decoupling tube sets) , bunların uygun 10 mm. lik konnektörleri, mıknatıslı aplikatörü, 1 adet istenilen boyda bone ile verilmelidir.
3. Maske ile birlikte verilen her bir parça ayrı ayrı steril paketlerde teslim edilmelidir. Teslim edilen ürünlerin steril edildiği bilgisi poşetlerin üzerinde belirtilmelidir.
4. Aplikatörün üzerine gerektiğinde kullanım için basınç ölçüm konektörü yer almalıdır.
5. Sistemde kullanılacak maske bebeğin burnuna kolay oturması sağlanmalı ve basınç kaçakları engellenmelidir.
6. Maske, kaçakları minimuma indirmek için tasarlanmış olmalı, mıknatıslı aplikatör sayesinde ise tüplere farklı pozisyonlar verilebilmelidir.
7. Maske, large boyda tasarlanmış olmalı.
8. Teklif ile birlikte üretici ve temsilci firmanın ayrı ayrı yetki belgesi verilmelidir.
9. Maske, yanında verilecek decoupling tube ve konnektörleri ile istenildiğinde farklı model ventilatör cihazları ile de kullanılabilir.
10. Ürünlerin tamamı tek kullanımlık olmalıdır. İstenildiğinde ücreti karşılığı temin edilmek üzere en az dokuz farklı boy bone seçilebilmelidir,
11. Kullanıcı, sipariş aşamasında maske ve bone boylarını belirtmelidir.
12. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
13. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.
14. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Dr.Öğr.Üyesi Tuğba BARSAN KAYA
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.D. Öğr. Üyesi

İmzası

ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.

İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİ 1

Şartname Numarası : 45062

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 13.02.2017

Basım Tarihi : 29.05.2025


KOD : 37.371C

MALZEME ADI : NAZAL YÜKSEK AKIŞ KANÜLÜ YENİDOĞAN LARGE

1. Teklif edilen parçalar hastanemizde mevcut stephane ve maquet ventilatör cihazları ile uyumlu olmalıdır.
2. Ncpap seti, ekspirasyon ve inspirasyon hattı tüpleri (decoupling tube sets), bunların uygun 10 mm.'lik konnektörleri, destek aplikatörü, nasal prong ve 1 adet istenilen boyda boneden oluşmalıdır.
3. 2000 gr ve üstü bebekler için large boyda olmalıdır.
4. Tüplerin, prongların, maskelerin ve aplikatörün her biri ayrı ayrı steril paketlerde teslim edilmeli. Teslim edilen ürünlerin steril edildiği bilgisi poşetlerin üzerinde belirtilmelidir.
5. Herbir ncpap setinde, decoupling tüpler, uygun ölçüde bone, large boy nasal prong ve bunların sabitleneceği aplikatör ve cırt cırtlı sabitleme şeritleri yer almalıdır.
6. Aplikatörün üzerine gerektiğinde kullanım için basınç ölçüm konektörü yer almalıdır.
7. Sistemde kullanılacak prongların bebeğin burnuna giren kısmı kanca şeklinde olmalı, ventilatörden gelen akışla uç silikon kısımlar şişkinleşerek buruna kolay oturması sağlanmalı ve basınç kaçaqları engellenmelidir.
8. Setler kaçaqları minumuma indirmek için tasarlanmış olmalı, destek aplikatörü ile tüplere farklı pozisyonlar verilebilmelidir.
9. Teklif ile birlikte üretici ve temsilci firmanın ayrı ayrı yetki belgesi verilmelidir.
10. Setler istenildiğinde farklı model ventilatör cihazları ile de kullanılabilir.
11. Setlerin tamamı tek kullanımlık olmalıdır. İstenildiğinde temin edilmek, ücreti karşılığı en az dokuz farklı boy bone ile üç farklı boy prong seçilebilmelidir.
12. Bebeğe pozisyon verebilmek için bağlantı aparatları yandan destekli olmalı, başın üstünden sabitlenebilecek şekilde olmalıdır.
13. Numune denenerek etkin bir biçimde cpap verilmesini sağlayıp sağlamadığı ve bebeğin hareketi ile burun deliklerinden çıkıp çıkmadığı, ventilatör setleri ile uyumu denenecektir.
14. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
15. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
16. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba BARSAN KAYA
Neonatoloji Bilim Dalı Öğr. Üyesi
İmzası



ONAYLAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası

