

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 84394 : 84394
Talep Eden Birim: TIBBİ MALZEME ECZANESİ

04.06.2025

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

ÖNEMLİ NOT: TEKLİFİNİZE MAİL ADRESİNİZİ ve İLETİŞİM NUMARANIZI YAZINIZ. TEKLİFİNİZİ butceplan@ogu.edu.tr (Telefon: 1093-1094) MAİL ADRESİNE GÖNDERİNİZ. (Teklifini kapalı zarf ile elden teslim etmeyen yada butceplan@ogu.edu.tr mail adresine göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)

İdare Yetkilisi
Esra GÜLTEKİN
Mali Hizmetler Müdürü

Son Teslim Tarih & Saat : 12.06.2025 12:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	37.665A	TANSİYON ALETİ MANŞONU, DISPOSABLE, ÇİFTLİ, NO:8 (270007929)		1.500,00	ADET		
2	76.137	BRONKOALVEOLER LAVAJ TOPLAMA KABI(270001579)		400,00	ADET		
3	38.624H	SENTETİK HIZLI EMİLEBİLEN KESKİN İĞNE 3/0 26 MM(270014416)		600,00	ADET		

1- İNTERNET ADRESİMİZ: <https://hastane.ogu.edu.tr/> ---- HIZLI ERİŞİM--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARIÇ OLMALIDIR.

3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 150 GÜN İÇİNDE ÖDENECEKTİR.

4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDEN YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VEVEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.

5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.

6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.

7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYI, ALT BAYI)FİRMAYA AIT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR.

8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AIT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 44130

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 24.05.2018

Basım Tarihi : 30.05.2025

KOD : 37.665A

MALZEME ADI : TANSİYON ALETİ MANŞONU, DISPOSABLE, ÇİFTLİ, NO:8 (270007929)

- 1-Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
- 2-Ürün,erişkin hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
- 3-Ürünün manşonu çift çıkışlı olmalıdır.
- 4-Manşon polyester kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
- 5-Manşon kan veya betadin gibi bir solüsyonla kirlendiğinde kolay silinebilir,leke tutmaz özellikte olmalıdır.
- 6-Manşon çamaşır suyu-alkol gibi solüsyonlarla silindiğinde solmaz ve deforme olmaz özellikte olmalıdır.
- 7-Manşon kullanımı süresince terleme ve yara yapmamalı,renge solmamalıdır.(Hasta terlemesi ile manşon rengi hasta cildine çıkmamalıdır.)
- 8-Manşon sıkı ve mükemmel uyum sağlamalı,cırt cırtlı kısmı uzun süre özelliğini korumalıdır.
- 9-Manşonun cırt cırtlı kısmı manşona dikili olmalıdır.
- 10-Manşon hortumu iç katı ile bir bütün olmalı, yapıştırmalı yada eklemeli olmamalıdır.
- 11-Manşonun boyu 46 cm (+/-) 3 cm, eni 14 cm (+/-) 3 cm olmalıdır.
- 12-Manşonun şişen kısım içten içe; boyu 24 cm (+/-) 1 cm, eni 12 cm (+/-) 1 cm olmalıdır.
- 13-Ölçüler (range) 25-35 cm olmalıdır.
- 14-Manşon üzerinde ölçü,model,tür yazılı olmalıdır. Yazı ve şekiller kullanım süresince çıkmamalıdır.
- 15-Manşon hortum uzunluğu 26 cm (+/-) 3 cm olmalıdır.
- 16-Hastanemizde mevcut olan scholar. philips, nihon kohden, GE, okuman, petaş, S&W, artema, datex, enmove, mediana, mindray, goldway, patient, CMS, X-care, draeger, invivo, simens vb. monitörlere uyumlu olmalıdır.
- 17-Monitörlerin invaziv olmayan tansiyon ölçüm cihazlarına kolay monte edilebilir ve bu cihazlara uyumlu çalışır özellikte olmalıdır.
- 18-Her manşon üzerinde hastane monitörlerine uyumlu konnektör olmalıdır.
- 19-Giriş soketleri tansiyon manşonlarında mutlaka olmalıdır.
- 20- Latex içermemelidir. Ambalajın üzerinde bu ibare olmalıdır.
- 21-Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
- 22- Teslim edilecek ürün orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.
- 23- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir.(Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 39120

TEKNİK ŞARTNAME


Şartname Tarihi : 10.01.2022

Basım Tarihi : 30.05.2025

KOD : 76.137

MALZEME ADI : BRONKOALVEOLER LAVAJ TOPLAMA KABI(270001579)

1. Haznesi en az 40 - en çok 70 ml olmalıdır.
2. Kabin giriş kısmının flexble bronkoskopa çıkış kısmının aspiratör girişine uygun olması gerekmektedir.
3. Kap ile bronkoskop çıkışının bağlantısını sağlayan hortum boyu 14-17 cm arasında olmalı ve sert yapıda olmalıdır.
4. Temizliği kolay olmalıdır. Her noktasına erişilmelidir.
5. Gaz otoklavına gönderilebilmelidir.
6. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
7. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
8. Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma, sterilizasyon tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.


Prof. Dr. G. G. G. AK
Göğüs Hast. A.D. Başkanı
İmzası

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN


Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 44974

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 03.10.2018

Basım Tarihi : 30.05.2025

KOD : GH04

MALZEME ADI : AMELİYAT İPLİĞİ GENEL HÜKÜMLERİ

1. Tüm suture kalemalarının iğne boyları; 5mm ve altında olanlar için ± 0.25 mm, 5 mm ve 10 mm (10mm dahil) arası olanlar için ± 0.5 mm, 10 mm ve 20 mm arası olanlar için ± 1 mm, 20 mm ve üzerindeki için de ± 2 mm tolerans tanınacaktır.
2. Birim ambalaj; Kullanım anına kadar sterilitésinin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak üzere iki ayrı veya tek alüminyum folyo poşette ambalajlanmış olmalıdır. Ürünlerin tek alüminyum folyo poşette ambalajlanması halinde poşet üzerinde yer alan bilgilerin poşet açıldığında ürünün bulunduğu iç kartonda da yer almalıdır.
- 2.a) Dış ambalajın iç yüzü şeffaf, yırtılmayan, dış etkilere dayanıklı malzemeden oluşmuş olmalıdır. İplik dış etkilere korunacak şekilde steril pakette olmalıdır. Sterilizasyon Gama ışını veya eş değer bir teknikle (Ethilen oksit gibi) steril edilmiş olmalıdır.
- 2.b) İç ambalaj suturen kıvrılmasını engelleyecek şekilde ambalajlanmış olmalıdır.
- 2.c) Birim ambalajı orijinal olmalı, üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır.
- 2.c.1. İmalatçı firmanın ticari adı ve/veya kısa adı,
- 2.c.2. İğne cinsi (yuvarlak, keskin, spatul tapercut, künt uçlu) iğne adedi (tek çift olduğu görülecek şekilde), iğne boyu (mm olarak),
- 2.c.3. İğne büyüklüğü 1/1 oranında, İğnesiz ise suture adedi,
- 2.c.4. Suturen kalınlığı (E.P. ve U.S.P. olarak),
- 2.c.5. Suturen uzunluğu, suturen rengi,
- 2.c.6. Steril ibaresi, sterilizasyon metodu,
- 2.c.7. Üretim tarihi veya son kullanma tarihi.
3. İhale değerlendirme esnasında genel suture değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir.
- 3.1. Her suture ambalaj, iplik ve iğne özellikleri ile tek tek değerlendirilecek, uygunluk test edilecektir. Kullanım sırasında hastaya zarar verme ihtimali olan özelliklerin tespiti suturen değerlendirilmesinde önemli bir kriter olacaktır.
- 3.2. Genel suture değerlendirme kriterleri;
- 3.2.a. Ambalaj kriterleri;
- 3.2.a.1. Ürün tanıma : suture kalınlığı, iğne profili, iğne ucu, sterilizasyon metodu, son kullanma tarihi, ürün kodu, lot numarası, farklı ürün grupları için renk kodu, ambalaj bilgisinin basılı olması yapıştırılmış olmaması,
- 3.2.a.2. Paketin dayanıklılığı-depolanma uygunluğu, kolay açılabilirlik,
- 3.2.a.3. İğne ve suturen paket içi korunması, iğneye kolay erişme, suturen kolay çıkarma,
- 3.2.a.4. İplik kullanım kılavuzu, okunmasını kolaylaştıracak ve kaybolmasını önleyecek şekilde ürün iç kutusuna basılı olmalıdır,
- 3.2.b. İplik kriterleri;
- 3.2.b.1. Paketten çıkarılan ipin hafızası,
- 3.2.b.2. İpliğin homojenitesi,
- 3.2.b.3. Doku geçişinde akıcılık (yapay doku testi),
- 3.2.b.4. Çekiş gücüne direnç, elastisite ve düğüm emniyeti,

HAZIRLAYANLAR

Serpil YAVUZ
Ameliyathane Sorumlusu Hekimliği
İmzası

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdürü Yrd.
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 44974

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 03.10.2018

Basım Tarihi : 30.05.2025

KOD : GH04

MALZEME ADI : AMELİYAT İPLİĞİ GENEL HÜKÜMLERİ

- 3.2.b.5. Tiftiklenme(örgülü sütürler);
3.2.b.6. Uzunluğun doğrulanması.
3.2.c. İğne Kriterleri;
3.2.c.1. İğne iplik bağlantı çap farkı (mikrometre testi),
3.2.c.2. İğne ip birleşim kalitesi,
3.2.c.3. Bağlantı sağlamlığı,
3.2.c.4. Portegü sabitleyici özellik,
3.2.c.5. Bükülme ve kırılma dayanıklılığı,
3.2.c.6. Penetrasyon kalitesi (rahatlık ve süreklilik yuvarlak iğne için koban bandajda, keskin iğnede kösele üzerinde denenecektir).

HAZIRLAYANLAR

Serpil YAVUZ
Ameliyathane Sorumlusu Hemşiresi
İmzası

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : AMELİYATHANE

Şartname Numarası : 43884

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 15.08.2016

Basım Tarihi : 30.05.2025

KOD : 31.009

MALZEME ADI : SENTETİK HIZLI EMİLEBİLEN SÜTÜR

1. Glycomer veya poliglecaprone içermelidir.
2. Monofilament yapıda sentetik absorbe edilebilen olmalıdır.
3. Düğümleenebilme ve iğne-iplik uyumu USP ve Avrupa farmakopisine uygun olmalıdır.
4. Doku destek süresi 20-28 gün, vücuttan atılım süresi 90-120 gün arasında olmalıdır.
5. Sütürler en az 45 cm uzunluğunda olmalıdır.
6. İplikler kolay kopmamalıdır.
7. Birim ambalaj; Kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak üzere iki ayrı veya tek alüminyum folyo poşette ambalajlanmış olmalıdır. Ürünlerin tek alüminyum folyo poşette ambalajlanması halinde poşet üzerinde yer alan bilgilerin poşet açıldığında ürünün bulunduğu iç kartonda da yer almalıdır.
a) Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır.
 - İmalatçı firmanın ticari adı ve/veya kısa adı,
 - İğne cinsi (yuvarlak, keskin, spatul tapercut, künt uçlu) iğne adedi (tek çift olduğu görülecek şekilde), iğne boyu (mm olarak),
 - İğne büyüklüğü 1/1 oranında, iğnesiz ise sütür adedi,
 - Sütürün kalınlığı (E.P. ve U.S.P. olarak),
 - Sütürün uzunluğu, sütürün rengi,
 - Steril ibaresi, sterilizasyon metodu,
 - Son kullanma tarihi.
8. Teklif veren firma, ameliyat ipliklerinin USP ve Avrupa Farmakopesine (Uluslararası Standartlara) göre yapılmış kopma dayanım test sonuçlarını gösteren belgeyi istenildiğinde vermelidir.
9. Tüm ipliklerin raf ömrü 3 yıl olmalıdır. Hastanemize teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olması yeterlidir.
10. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
11. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.
12. Genel hükümlerde belirlenen "genel sütür değerlendirme kriterlerine" göre hastaya zarar verme ihtimali olan veya kolayca kullanılamaz hale gelme özelliklerini taşıyan sütürler ilgili madde belirtilerek değerlendirilme dışı bırakılacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Hemşire Serpil KAVUZ
Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
İmzası

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizmetleri Müdür Yard.
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası