

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 84396 : 84396
Talep Eden Birim: TIBBİ MALZEME ECZANESİ

04.06.2025

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

ÖNEMLİ NOT: TEKLİFİNİZE MAİL ADRESİNİZİ ve İLETİŞİM NUMARANIZI YAZINIZ. TEKLİFİNİZİ butceplan@ogu.edu.tr (Telefon: 1093-1094) MAİL ADRESİNE GÖNDERİNİZ. (Teklifini kapalı zarf ile elden teslim etmeyen yada butceplan@ogu.edu.tr mail adresine göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)

İdare Yetkilisi
Esra GÜLTEKİN
Mali Hizmetler Müdürü

Son Teslim Tarih & Saat : 12.06.2025 12:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	150030399	HİDROFİLİK KLAVUZ TEL (DÜZ UÇLU)(270002621)		50,00	ADET		
2	22.005	KULAK TAMPONU(SIVI ALINCA ŞİŞEN)		300,00	ADET		
	37.770N	ULTRASON UYUMLU SINIR STİMÜLATÖR İĞNESİ 50 MM(270005473)		50,00	ADET		
4	37.878B	SUBRETERİK ENJEKSİYON İĞNESİ		10,00	ADET		
5	37.477	ENDOPOUNCH 10 MM(270002146)		100,00	ADET		
6	37.358C	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:7.5 (TEK KAFLI)(270002441)		50,00	ADET		

1- İNTERNET ADRESİMİZ: <https://hastane.ogu.edu.tr/> ---- HIZLI ERİŞİM--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARIÇ OLMALIDIR.

3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 150 GÜN İÇİNDE ÖDENECEKTİR.

4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DISTİRİBÜTÖR VEVEYA ANABAYİCE ALT

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR. 5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.

6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.

7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR.

8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÖM KESİNTİLER YÖKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 44292

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 25.10.2023

Basım Tarihi : 30.05.2025

KOD : 37.872B

MALZEME ADI : HIDROFİLİK KLAVUZ TEL (DÜZ UÇLU)(270002621)

1. Uzunluğu 150 cm kalınlığı 0,038 inch olmalıdır.
2. Uç kısmı "düz uç" tipinde olmalıdır.
3. Klavuzun çekirdeği süper esnek özellikle Titanyum alaşımından yapılmış radyo opak solid bir metal içermelidir. Yine bu metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel poliüretan elastamer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.
4. Klavuz telin dışı su ile temasa geçtiğinde su itici özelliği ile süper kaygan hale gelmelidir.
5. Gövde kısmını oluşturan Titanyum alaşımında metal klavuz telin uç kısmından itibaren ilk 3 cm kısımda olmamalıdır.
6. Hidrofilik kaplı yüzey üzerinden kateter gönderilirken sorunsuz çalışmalı ve üzerinden kolayca itilmelidir.
7. Süper esnek klavuz tel bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski haline dönebilmelidir.
8. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen malzeme aynı olmalıdır.
9. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
10. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
11. Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma, sterilizasyon tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.


HAZIRLAYANLAR

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖNER
Üroloji A.D. Öğr. Üyesi
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 42835

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 10.04.2018

Basım Tarihi : 30.05.2025

KOD : 22.005

MALZEME ADI : KULAK TAMPONU(SIVI ALINCA ŞİŞEN)

1. Ambalaj içinde steril olarak bulunmalıdır.
2. SF ile şişirildiğinde dış kulak yolunu dolduracak şekilde homojen ve silindirik olarak genişlemelidir.
3. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
4. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
5. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Doç. Dr. M. Özgür PINARBASLI
K.B.B. A.D. Öğr. Üyesi
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45066

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 04.07.2023

Basım Tarihi : 30.05.2025

KOD : 37.770N

MALZEME ADI : ULTRASON UYUMLU SİNİR STİMÜLATÖR İĞNESİ 50 MM(270005473)

1. Özel izole edilmiş teflon veya Nanoline-Polyner kaplı olmalıdır. İğnenin ucundan uyarı verebilmelidir.
2. Utrason ile daha iyi görüntü verebilmesi için iğne modifiye edilmiş olmalıdır. İğnenin alt ve üst yüzeyinde yer alan özel mikroçentikler sayesinde ultrasonda net bir görüntü vermeli, yansımalarla neden olmamalıdır.
3. Düzgün üst yüzeyi olmalıdır ve dokuda rahat ilerlemelidir.
4. Poksiyon kanülü ponksiyon derinliğini gösteren uzunluk işaretli olmalıdır. Ponksiyon kanülü sinir stimülatörü cihazına uygun elektrik kablolu ve enjeksiyon/aspirasyon için kullanıma uygun uzatma lineli olmalıdır.
5. Emin sinir stimülasyonu için ince atravmatik uçlu olmalıdır.
6. 15-30 derece arasında bileyli ,50mm uzunluğunda , 20 veya 22 gauge olmalıdır.
7. İğneler ile birlikte 1 adet sinir stimülatörü teslim edilmelidir.
8. Kit karşılığı getirilecek cihaz hastanemizde sarfları kullanıldığı sürece kalacaktır.
9. Malzemelerle getirilecek olan cihazın Sağlık Bakanlığının yayınladığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Sağlık Uygulama Tebliği'nin en son yürürlükte olanının hükümlerine göre getirecektir. Firmanın ürünü kullanılmaya devam edildiği sürece cihaz hastanemiz ilgili Anabilim Dalında kalacaktır. Cihazların her türlü periyodik bakımı, kalibrasyonu, tamirati vb.'den tümü ile firma sorumludur. Cihazda herhangi bir arıza oluşması durumunda 24 saat içinde firma yetkilileri müdahale etmeli tamir edilemeyen cihazın yerine 24 saat içinde aynı özellikleri taşıyan yeni bir cihaz getirmelidir. Bu yükümlülüğü yerine getirmediği takdirde her aksayan test/işlem vb. nedeni ile oluşan maliyetleri yüklenici firma karşılayacaktır. Malzemelerle getirilecek olan cihazın kalibrasyonu firma tarafından yapılmış şekilde hastanemize teslim edilecektir.
10. Cihazı temin edecek firmanın cihaz ile birlikte TSE-TÜRKAK vb. onaylı kalibrasyon sertifikasını Biyomedikal ünitesine teslim etmesi gerekmektedir. Ayrıca cihazın teknik manuali ve Türkçeleştirilmiş teknik manuali kullanıcı bölüme ve Biyomedikal ünitesine verilmek üzere 2(iki) nüsha düzenleyip cihaz ile birlikte teslim edilmelidir.
11. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
12. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Doç. Dr. Yeliz KILIÇ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. Öğr.
Üyesi
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45067

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 31.08.2023

Basım Tarihi : 30.05.2025


KOD : 37.878B

MALZEME ADI : SUBRETERİK ENJEKSİYON İĞNESİ

1. Üretra, üreteral orifis, mesane boynu ve mesane duvarlarına enjeksiyon yapmaya uygun yapıda olmalıdır.
2. İğne kısmı; paslanmaz çelikten mamul ve pürüzsüz, keskin uçlu olmalıdır.
3. İğnenin gövde çapı sistoskop çalışma kanalından geçebilecek yapıda en fazla 4.0 Fr olmalıdır.
4. Sistoskop çalışma kanalından kolayca ilerletilebilecek sertlikte ve fleksible olmalıdır.
5. İğnenin toplam uzunluğu 35 cm olmalıdır.
6. Uç iğnesi 23 G kalınlığında olmalı, iğne uzunluğu 8 mm den kısa olmamalıdır.
7. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
8. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir.(Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
9. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.


HAZIRLAYANLAR

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖNER
Üroloji A.D. Öğr. Üyesi
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : GENEL CERRAHİ POL.

Şartname Numarası : 44796

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 17.03.2025

Basım Tarihi : 30.05.2025

KOD : 37.477

MALZEME ADI : ENDOPOUNCH 10 MM(270002146)

1. Disposable olmalıdır.
2. Torba boyutları 6 cm x 10 cm olmalıdır.
3. Torba yırtılma ve sızma risklerini ortadan kaldırmak için sağlam ve esnek poliüretan malzemeden yapılmış olmalıdır.
4. Tobanın ağzı açma ve büzmede yardımcı olması için sert ve esnek poliüretan metal bir yuvarlak halkaya geçirilmiş olmalıdır.
5. Metal halka torba ağzının açık kalmasını sağlamalıdır.
6. Şaft çapı 10 mm olmalıdır.
7. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
8. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerekliği takdirde numuneler açılıp denenecektir.
9. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Doç. Dr. Akile ZENGİN
Genel Cerrahi A.D. Öğr. Üyesi

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45068

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 31.05.2018

Basım Tarihi : 30.05.2025

KOD : 37.358C

MALZEME ADI : TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO:7.5 (TEK KAFLI)(270002441)

1. Tek kaflı olmalıdır.
2. Kafı high volume low pressure ve profil kaf yapısında olmalıdır.
3. X ışınlarında rahatlıkla görülebilmesi için kanül boyunca radyopak çizgi olmalıdır.
4. 15 mm termination konnektörü olmalıdır.
5. Pilot kafı olmalıdır.
6. 7.5 numara olmalıdır.
7. İnsan vücuduna uygun olmalı, allerjik olmamalıdır.
8. Kullanıldığı esnada bulunduğu bölgeye tam oturmalı, hava sızdırmayacak özellikte olmalıdır.
9. Kolay kırılmamalı, kıvrılmamalıdır.
10. Guide kanülün takılması sırasında aşırı esnememeli, kanülün esneyerek takılmasını engellememelidir.
11. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
12. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerekli taktirde numuneler açılıp denenecektir.
13. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Doç. Dr. M. Özgür PINARBAŞLI
K.B.B. A.D. Öğr. Üyesi
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

