

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 85963 : 85963
Talep Eden Birim: BİYOFİZİK

06.10.2025

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

NOT: ÖNEMLİ MAİL ADRESİNİZİ YAZINIZ. hastanesatinalma@ogu.edu.tr

Son Teslim Tarih & Saat : 10.10.2025 10:00

ESRA GÜLTEKİN
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	79.294	DİJİTAL OSSİLOSKOP		1,00	ADET		
2	79.209	MULTİMETRE DİJİTAL		3,00	ADET		
3	71.001L	DİJİTAL GÖSTERGELİ AYARLANABİLİR DC GÜÇ KAYNAĞI		1,00	ADET		
4	100.022A	PLEKSİ LEVHA		2,00	ADET		
5	57.557A	İKİ UCU KROKODİL KABLO		20,00	ADET		
6	57.597A	BNC TO BNC ERKEK KABLO		10,00	ADET		
7	57.597B	BNC TO KROKODİL KABLO		3,00	ADET		
8	71.979A	DİJİTAL KAMERA VE TRİPOT		1,00	ADET		

- 1- İNTERNET ADRESİMİZ: www.ogu.edu.tr ---- HASTANE--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.
- 2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARİÇ OLMALIDIR.
- 3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 60 GÜNDE ÖDENECEKTİR.
- 4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDİ YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.
- 5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.
- 6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.
- 7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR.
- 8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÛM KESİNTİLER YÛKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 2

Teknik Şartnameler (Biyofizik Anabilim Dalı İhtiyaç Listesi)

Dijital Osiloskop (1 adet)

- Dijital ekranlı olmalıdır.
- Minimum 100 MHz bant genişliği olmalıdır.
- En az 1 GSa/saniye örnekleme hızı olmalıdır.
- 2 bağımsız kanal bulunmalıdır.
- Dahili depolama alanı olmalıdır.
- USB veya benzeri veri aktarım bağlantısı olmalıdır.
- Bütünleşik sinyal jeneratörü özelliği olmalıdır.
- Masa üzeri kullanıma uygun olmalıdır.
- Garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır.

Dijital Multimetre (3 adet)

- Dijital ekranlı olmalıdır.
- True RMS voltaj ve akım ölçümleri yapabilmelidir.
- Manuel ve otomatik ölçüm aralığı ayarı bulunmalıdır.
- Frekans ve kapasitans ölçümü yapabilmelidir.
- Direnç, süreklilik (buzzer) ve diyot testi yapabilmelidir.
- Max/Min ölçüm değerlerini gösterebilmelidir.
- Taşınabilir ve darbeye dayanıklı olmalıdır.
- Garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır.

Dijital Göstergeli Ayarlanabilir DC Güç Kaynağı (1 adet)

- Çıkış gerilimi: 0-60V arası ayarlanabilir olmalıdır.
- Çıkış akımı: 0-6A arası ayarlanabilir olmalıdır.
- Voltaj gösterim çözünürlüğü en fazla 10 mV olmalıdır.
- Akım gösterim çözünürlüğü en fazla 1 mA olmalıdır.
- Çıkış kısa devre koruması bulunmalıdır.
- Dijital göstergeli olmalıdır.
- Garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır.

Pleksiglas Levha (2 adet)

- Malzeme: Şeffaf pleksi.
- Ölçüler: 100 × 200 cm.
- Kalınlık: 5 mm.
- Taşıyıcı (koruyucu) yüzey kaplaması bulunmalıdır.


Doç. Dr. Seçkin TUNCER
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Biyofizik AD

- Kenarları düzgün kesilmiş ve pürüzsüz olmalıdır.

İki Ucu Krokodil Kablo (20 adet)

- Kablo uzunluğu: en az 47 cm.
- Her iki ucu büyük boy krokodil kısıkaçlı olmalıdır.
- Yalıtkan dış kaplama sağlam ve esnek olmalıdır.
- 10 adet kırmızı 10 adet siyah olmalıdır.

BNC to BNC Erkek Kablo (10 adet)

- Her iki ucu erkek BNC konnektörlü olmalıdır.
- Kablo tipi: Koaksiyel.
- Uzunluk: En az 1 metre (± 10 cm).
- Laboratuvar kullanımı için dayanıklı olmalıdır.

BNC to Krokodil Kablo (3 adet)

- Bir ucu erkek BNC konnektörlü, diğer ucu krokodil kısıkaçlı olmalıdır.
- Kablo tipi: Koaksiyel.
- Uzunluk: 1 metre (± 10 cm).
- Yalıtkan dış kaplama sağlam olmalıdır.

Dijital Kamera ve Tripod (1'er adet)

- Kamera çözünürlüğü minimum full HD (1080p) olmalıdır.
- USB bağlantısı ile bilgisayara bağlanabilmelidir.
- Görüntü aktarımı gerçek zamanlı olmalıdır.
- Tripod yüksekliği ayarlanabilir ve en az 135 cm olmalıdır.
- Kamera tripod üzerine monte edilebilmelidir.
- Garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır.


Doç. Dr. Seçkin TUNCER
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Biyofizik AD Bşk.