

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

06.10.2025

İstem / Alım No: 86210 : 86210

Talep Eden Birim: ANJİO LABORATUVARI NOROLOJİ

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

ÖNEMLİ NOT: TEKLİFİNİZE MAİL ADRESİNİZİ ve İLETİŞİM NUMARANIZI YAZINIZ. TEKLİFİNİZİ butceplan@ogu.edu.tr (Telefon: 1093-1094) MAİL ADRESİNE GÖNDERİNİZ. (Teklifini kapalı zarf ile elden teslim etmeyen yada butceplan@ogu.edu.tr mail adresine göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)

İdare Yetkilisi
Esra GÜLTEKİN
Mali Hizmetler Müdürü

Son Teslim Tarih & Saat : 09.10.2025 11:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	25.041Ç2	DİSTAL ERİŞİM KATETERİ (ASPIRASYON YAPABİLEN) 6F 0.072" 132 CM		10,00	ADET		

1- İNTERNET ADRESİMİZ: <https://hastane.ogu.edu.tr/> ---- HIZLI ERİŞİM--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARIÇ OLMALIDIR.

3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 150 GÜN İÇİNDE ÖDENECEKTİR.

4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.

5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.

6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.

7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FIRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AIT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR.

8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÖM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 2

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45028

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 14.05.2025

Basım Tarihi : 14.05.2025


KOD : 25.041Ç2

MALZEME ADI : DISTAL ERİŞİM KATETERİ (ASPIRASYON YAPABİLEN) 6F 0.072" 132 CM

1. Kateter, intrakranial distal erişimi sağlamak ve aspirasyon yapmak için uygun olmalıdır.
2. Kateterin sorunsuz ilerleyebilmesi için distal kısmı, Redglide hidrofilik olmalıdır.
3. Kateterin iç lümeni konik yapıda olmalı, bu sayede lümen akış etkinliğini maksimize etmelidir.
4. Kateterin shaftı zorlu anatomilerde kolayca ilerleyebilmesi için göbekten uca optimize edilmiş olmalı, paslanmaz çelik ve nitinol Quad wire teknoloji sarmal yapısıyla maksimum itilebilirliğe olanak sağlamalıdır.
5. Kateterin farklı boyutlardaki damarlara gidebilecek şekilde farklı ölçüleri olmalıdır.
6. Distal ve proksimal iç çapı 0,078"- 7F - (1,96mm) olan kateterin distal ve proksimal dış çapı 7F- 0,094"- (2,39mm), uzunluğu 132 cm olmalıdır. Kateter en distal, kıvrımlı anatomiye yapılacak tedavi uygulamasını basitleştirmek için ve proksimal desteği sağlamak için lazer teknolojisiyle birleştirilmiş 20 farklı geçişe sahip olmalıdır.
7. Distal ve proksimal iç çapı 0,072"- 5,5F - (1,83mm) olan kateterin distal ve proksimal dış çapı 6F- 0,085"- (2,16mm), uzunluğu 132 cm olmalıdır. Kateter en distal, kıvrımlı anatomiye yapılacak tedavi uygulamasını basitleştirmek için ve proksimal desteği sağlamak için lazer teknolojisiyle birleştirilmiş 20 farklı geçişe sahip olmalıdır.
8. Distal ve proksimal iç çapı 0,068"- 5,2F- (1,73mm) olan kateterin distal ve proksimal dış çapı 6F- 0,084"- (2,13mm), uzunluğu 132 cm olmalıdır. Kateter en distal, kıvrımlı anatomiye yapılacak tedavi uygulamasını basitleştirmek ve proksimal desteği sağlamak için lazer teknolojisiyle birleştirilmiş 16 farklı geçişe sahip olmalıdır.
9. Distal ve proksimal iç çapı 0,062"- 4,7F- (1,57mm) olan kateterin distal ve proksimal dış çapı 6F-0,076"- (1,93mm), uzunluğu 138 cm olmalıdır. Kateter en distal, kıvrımlı anatomiye yapılacak tedavi uygulamasını basitleştirmek ve proksimal desteği sağlamak için lazer teknolojisiyle birleştirilmiş 11 farklı geçişe sahip olmalıdır.
10. Distal ve proksimal iç çapı 0,043"- 3,3F- (1,09mm) olan kateterin distal ve proksimal dış çapı 4,6F - 0,060" - (1,52mm), uzunluğu 153 cm olmalıdır. Kateter en distal, kıvrımlı anatomiye yapılacak tedavi uygulamasını basitleştirmek ve proksimal desteği sağlamak için lazer teknolojisiyle birleştirilmiş 11 farklı geçişe sahip olmalıdır.
11. Kateterin distalinde 30cm-60cm'lik kısmı flex yapıda olmalıdır.
12. Kateter paketinde y-konnektör, dilatör, uç şekillendirici ve kateterin ucunu koruyacak şeffaf peel-away aparat olmalıdır.
13. Kateterin ucu aspirasyon sırasında negatif basınç karşısında büzüşmeyecek şekilde tasarlanmış ve atravmatik olmalıdır.
14. Kateterin distal ucu radyoopak olmalıdır.
15. Kateterin distal ucundaki marker yumuşak olmalıdır.
16. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
17. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir.(Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
18. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Doç. Dr. Özlem AYKAÇ
Nöroloji A.D. Öğr. Üyesi
İmzası



ONAYLAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası

