

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 86613 : 86613
Talep Eden Birim: ANJİO LABORATUVARI KARDİYOLOJİ

05.11.2025

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

ÖNEMLİ NOT: TEKLİFİNİZİ MAİL ADRESİNİZİ ve İLETİŞİM NUMARANIZI YAZINIZ. TEKLİFİNİZİ butceplan@ogu.edu.tr (Telefon: 1093-1094) MAİL ADRESİNE GÖNDERİNİZ. (Teklifini kapalı zarf ile elden teslim etmeyen yada butceplan@ogu.edu.tr mail adresine göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)

İdare Yetkilisi
Esra GÜLTEKİN
Mali Hizmetler Müdürü

Son Teslim Tarih & Saat : 07.11.2025 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	21.037G	DIAGNOSTİK KATETER (6F AL1)(270005189)		20,00	ADET		
2	21.295W2	İLAÇ SALINIMLI PTCA BALON 2.0X10 MM		3,00	ADET		
3	21.295W3	İLAÇ SALINIMLI PTCA BALON 2.0X14 MM		3,00	ADET		
4	21.295W4	İLAÇ SALINIMLI PTCA BALON 2.0X18 MM		3,00	ADET		
5	21.295W5	İLAÇ SALINIMLI PTCA BALON 2.0X22 MM		3,00	ADET		
6	21.295W6	İLAÇ SALINIMLI PTCA BALON 2.0X26 MM		3,00	ADET		
7	21.295W7	İLAÇ SALINIMLI PTCA BALON 2.0X30 MM		3,00	ADET		
8	21.295W8	İLAÇ SALINIMLI PTCA BALON 2.5X10 MM		3,00	ADET		
9	21.295W9	İLAÇ SALINIMLI PTCA BALON 2.5X14 MM		3,00	ADET		
10	21.295W10	İLAÇ SALINIMLI PTCA BALON 2.5X18 MM		3,00	ADET		
11	21.295W11	İLAÇ SALINIMLI PTCA BALON 2.5X22 MM		3,00	ADET		

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

12	21.295W12	LAÇ SALINIMLI PTCA BALON 2.5X26 MM	3,00	ADET
13	21.295W13	LAÇ SALINIMLI PTCA BALON 2.5X30 MM	3,00	ADET
14	21.295W14	LAÇ SALINIMLI PTCA BALON 3.0X10 MM	3,00	ADET
15	21.295W15	LAÇ SALINIMLI PTCA BALON 3.0X14 MM	3,00	ADET
16	21.295W16	LAÇ SALINIMLI PTCA BALON 3.0X18 MM	3,00	ADET
17	21.295W17	LAÇ SALINIMLI PTCA BALON 3.0X22 MM	3,00	ADET
18	21.295W18	LAÇ SALINIMLI PTCA BALON 3.0X26 MM	3,00	ADET
19	21.295W19	LAÇ SALINIMLI PTCA BALON 3.0X30 MM	3,00	ADET

1- İNTERNET ADRESİMİZ: <https://hastane.ogu.edu.tr/> --- HIZLI ERİŞİM--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARIÇ OLMALIDIR.

3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 150 GÜN İÇİNDE ÖDENECEKTİR.

4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR. AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDEN YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR. ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.

5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.

6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.

7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR.

8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÖM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45101

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 08.01.2021

Basım Tarihi : 28.10.2025

KOD : 21.037

MALZEME ADI : DIAGNOSTİK KATETERİ

1. Kateterler radyopak özelliği yüksek, bire bir tork özelliğine sahip olmalıdır.
2. Kateter gövdesi braided yapıda ve distal ucu soft tip özelliğinde olmalıdır.
3. Kateterler biocompatible veya naylon bazlı polimer malzemeden üretilmiş ve trombojeniteyi azaltma ve kayganlığı sağlamak için uygun bir madde ile kaplı olmalıdır.
4. Kateterlerin proksimal ucu plastik hub olmalı, bu hub üzerinde kateterin çapı yazılı olmalıdır.
5. Anjiyografi (Diagnostik) kateteri malzemesinin alt açılım numaraları istek belgesinde belirtilmiş olup, bu numaralara teklif veren firma 21.037 kod numaralı Anjiyografi (Diagnostik) kateteri teknik özellikleri baz alınarak teklif verilecektir.
6. Kateterlerin iç lümen çapı 0.038'lik guide wire'ın çalışmasına imkan verecek genişlikte olmalıdır.
7. Kateterler sağ, sol ve pigtail kateter olarak değişik ebatlarda ve açılarda temin edilebilmelidir.
8. Yeterli esneklik ve dayanıklılıkta olmalıdır.
9. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
10. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerekli taktirde numuneler açılıp denenecektir.
11. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Dr. Öğr. Üyesi Erdi BABAYİĞİT
Kardiyoloji A.D. Öğr. Üyesi
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45697

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 28.10.2025

Basım Tarihi : 28.10.2025

KOD : 21.295W

MALZEME ADI : İLAÇ SALINIMLI PTCA BALON ŞARTNAMESİ

1. Balonun üzerinde üre moleküllerine emdirilmiş paklitaksel ilaç olmalı ve balon yüzeyindeki ilaç dozajı en az 3.5ug/mm² olmalıdır.
2. Balon en az 30 güne kadar devam eden antirestenotik koruma sağlamalıdır.
3. Balon materyali, Pebax balon materyalinden yapılmış olmalıdır.
4. Balon üzerindeki ilaç, tek balon şişirilmesiyle 30-60 saniye içerisinde dokuya geçmelidir. Çalışmalar ile özellikle stent içi restenozlarda ve küçük damarlarda etkinliği ve güvenliği gösterilmiş olmalıdır.
5. Balon kateter Monorail (rapid exchange) sistem, semi-compliant yapıda olmalıdır.
6. Balon kateter üzerinde 2 (iki) adet platin-iridyum ve radyoopak işaret olmalıdır.
7. Balon geçiş çapının düşük olabilmesi için kapalı iken yapraklar (fold) şeklinde kendi üzerine kapanmış halde olmalı ve şişirilip indirildiği zaman bu yapıyı tekrar kazanabilmelidir.
8. İlaç balonun üzerine ve katlanmış olan yaprakları (fold) arasına yüklenmiş olmalı, ilacın %65'i balonun yaprakları arasında korunmalıdır. Bu sayede balon damar içerisinde şişirildiği zaman yapraklardan (fold) kontrollü ilaç salınımı gerçekleşmelidir.
9. Kateter uzunluğu 140 (± 5) cm proksimal shaft kalınlığı 2.1 F ve distal shaft kalınlığı (2.00-4.00 mm balon çaplarında) 2,5 F (4.00 mm balon çapında) 2.7 F aralıklarında olmalıdır.
10. Balon 0.014 inç çapındaki kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
11. Balon 5F guide kateter ile uyumlu olmalıdır.
12. Balonun çap olarak 2.00- 4.00 mm arası 9(dokuz) farklı çap seçeneği ve uzunluk olarak 10.14.18.22.26.30.34 & 38 mm olmak üzere 8 (sekiz) farklı uzunluk seçeneği olmalıdır.
13. İlaç Salımlı PTCA Balon Kateterlerin alt açılım numaraları istek belgesinde belirtilmiş olup, bu numaralara teklif veren firma 21.295W kod numaralı İlaç Salımlı PTCA Balon Kateter teknik özellikleri baz alınarak teklif verilecektir.
14. Balon taşıyıcı sistemi mükemmel iletile bilirliliği sağlayan hidrofilik kaplaması olan teknoloji ile üretilmiş olmalıdır.
15. Balonun nominal basıncı 8 atm ve ölçülen patlama basıncı (rated burst pressure) en az 14 atm olmalıdır.
16. Özel HighBind Kaplama Teknolojsi: Eşit oranda %100 yüzey kaplama, hassas ilaç yükleme ve kontrollü ilaç salım profili olmalıdır.
17. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
18. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir.(Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
19. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Dr. Öğr. Üyesi Erdi BABAYİĞİT
Kardiyoloji A.D. Öğretim Üyesi
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası