

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 86974 : 86974
Talep Eden Birim: TIBBİ MALZEME ECZANESİ

27.11.2025

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

ÖNEMLİ NOT: TEKLİFİNİZE MAİL ADRESİNİZİ ve İLETİŞİM NUMARANIZI YAZINIZ. TEKLİFİNİZİ butceplan@ogu.edu.tr (Telefon: 1093-1094) MAİL ADRESİNE GÖNDERİNİZ. (Teklifini kapalı zarf ile elden teslim etmeyen yada butceplan@ogu.edu.tr mail adresine göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)

**İdare Yetkilisi
Esra GÜLTEKİN
Mali Hizmetler Müdürü**

Son Teslim Tarih & Saat : 02.12.2025 10:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	16.015A34	KATLANABİLİR LENS 24.5 D		20,00	ADET		
2	16.015A36	KATLANABİLİR LENS 25.5 D		5,00	ADET		
3	150030301	KATLANABİLİR LENS 26.5 D		5,00	ADET		
4	16.015A31	KATLANABİLİR LENS 23 D		30,00	ADET		
5	16.014A	TEK POŞLU VİTREKTOMİ GÖZ ÖRTÜSÜ		200,00	ADET		

1- İNTERNET ADRESİMİZ: <https://hastane.ogu.edu.tr/> ---- HIZLI ERİŞİM--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARIÇ OLMALIDIR.

3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 150 GÜN İÇİNDE ÖDENECEKTİR.

4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DISTİRİBÜTÖR VEVEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYI TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1

- 5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.
- 6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.
- 7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FIRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYI, ALT BAYI)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEME ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR.
- 8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEME ALINMAYACAKTIR.
- 9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÖM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
- 10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 43335

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 28.02.2024

Basım Tarihi : 24.11.2025


KOD : 16.014A

MALZEME ADI : TEK POŞLU VİTREKTOMİ GÖZ ÖRTÜSÜ

1. Göz örtüsü non-Women kumaştan üretilmiştir. Cerrahi örtü cildin nefes almasına izin verecek ancak, su, alkol, kan ve benzeri sıvıları emmeden ortamdan itecek ve örtünün altına geçirmeyecek nitelikte olup, örtünün üzerine doğru yerleştirme imkanı sağlayan işaretler bulunmalıdır.
2. Örtü üretiminde kullanılan malzemeler yarı şeffaf ya da şeffaf olmamalıdır.
3. Örtünün operasyon bölgesindeki delik 10cmX10 çapında olmalıdır.
4. Oftalmik örtü üzerinde sıvı toplayacak poş bulunmaktadır. Poşun kenar kaynakları sıvıyı sızdırmayacak kalitede güçlü yapışkanlığa sahip olmalıdır.
5. Örtüler gerektiğinde steril olmayan bir kişinin rahatça örtünmesine olanak verecek ölçüde katlı olmalıdır.
6. Oftalmik örtü 100x150 cm ölçülerinde olmalıdır.
7. Örtünün göze yapışkanlık özelliği güçlü ve yüksek yapıda olmalıdır. Drape suyla temas ettiğinde ameliyat süresince yapışkan niteliğini kaybetmemelidir.
8. Örtü üzerinde bulunan İnsizyonun kenarlarına yapışkanlığını uzun süre koruması için ekstra güçlendirilmiş bant takviye edilmelidir.
9. Cerrahi pratikliği bozmayacak olup cerrahi akıcılığı aksatmayacak düzeyde olmalıdır.
10. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
11. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
12. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.


HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Tülay ŞİMŞEK
Göz Hast. A.D. Öğr. Üyesi
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 44300

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 01.04.2020

Basım Tarihi : 24.11.2025

KOD : 16.015A

MALZEME ADI : KATLANABİLİR LENS

1. Monoblok(tek parçadan malül) akrilatmetakrilat'tan üretilmiş olmalı sferik optik dizayna sahip olmalıdır.
2. Refraktif indeksi en az 1,47 en fazla 1,55 olmalıdır.
3. Lens 6.0-13.0 mm olmalıdır. (İstenilen ölçü istek belgesinde belirtilecektir.)
4. UV koruyucu özelliği olmalıdır. Yag lazere dayanıklı olmalıdır.
5. Asferik bikonvenks optik yapısında olmalıdır. 6.0 mm optik çapında olmalıdır.
6. Optik haptik düzlemi arasında açı olmamalıdır. Lens optik kenarı keskin kenar (square edge) olmalıdır.
7. Ön kamera derinliği 5.20-5.40 arasında olmalıdır.
8. A sabiti 118,4-118,8 arasında olmalıdır.
9. +6-30 dioptri aralığında Türkiye pazarında stoklu olmalı, 30 dioptriden yüksek dioptriler olmalıdır. (İstenilen ölçü istek belgesinde belirtilecektir.)
10. Lenslerin opaklaşma ve dioptri hatası olduğunda üretici veya temsilci firmanın sorumluluk alma ve tazmin etme garantisi vermesi gerekmektedir.
11. Her bir lense ait aynı markada kartuş verilmelidir.
12. Lensler denenirken, kartuşa kolay konabilmesi ve kartuştan rahatça implante edilebilmesi, kartuşta sıkışıklık olmaması, lens göz içine yerleştirilirken dengeli şekilde açılmalı, kolay maniple edilebilmeli, bag içinde uyumlu şekilde oturmalı, keskin kenar özelliği olmalı, katlanırken enstrüman izi minimal olmalıdır.
13. Su içeriği %26'nın altında olmalıdır. Lens hidrofobik veya hidrofobik kaplama özellikli olmalıdır.
14. Lens ile birlikte verilecek kartuşu 2.2 mm'ye uygun olmalıdır.
15. Lens 2.2 mm insizyon ile implante edilebilmelidir.
16. Teslim edilen lenslerin %10 fazlası kadar kartuş (disposable) ve enjektör sistemi (disposable) verilmelidir.
17. Reusable enjektör sistemi kullanan firmalar her 360 adet lens için 1 adet reusable enjektör ve her bir lens için 1 adet disposable kartuş vermelidir.
18. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
19. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir.(Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
20. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Doç.Dr. Mustafa DEĞER BİLGEÇ
Göz Hast. A.D. Öğr. Üyesi
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası