

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 87011 : 87011
Talep Eden Birim: TIBBİ MALZEME ECZANESİ

27.11.2025

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

ÖNEMLİ NOT: TEKLİFİNİZE MAİL ADRESİNİZİ ve İLETİŞİM NUMARANIZI YAZINIZ. TEKLİFİNİZİ butceplan@ogu.edu.tr (Telefon: 1093-1094) MAİL ADRESİNE GÖNDERİNİZ. (Teklifini kapalı zarf ile elden teslim etmeyen yada butceplan@ogu.edu.tr mail adresine göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)

İdare Yetkilisi
Esra GÜLTEKİN
Mali Hizmetler Müdürü

Son Teslim Tarih & Saat : 02.12.2025 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	37.207A	SİLİKON BOMBA VE FLAT DREN 200 CC 10 MM(270002076)		100,00	ADET		
2	37.330A	SAFE CARE MASK PEDIATRİK (270012372)		100,00	ADET		
3	37.436	AĞIZ BAKIM SETİ(270000147)		5.000,00	ADET		
4	37.081F	KALICI ENTERAL FEEDİNG NO: 16F		50,00	ADET		
5	37.315	NELETON SONDA NO:20		1.000,00	ADET		

1- İNTERNET ADRESİMİZ: <https://hastane.ogu.edu.tr/> ---- HIZLI ERİŞİM--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARIÇ OLMALIDIR.

3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 150 GÜN İÇİNDE ÖDENECEKTİR.

4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR. AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR. ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

- 5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.
- 6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.
- 7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR.
- 8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.
- 9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
- 10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45791

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 19.01.2018

Basım Tarihi : 24.11.2025


KOD : 37.207A

MALZEME ADI : SİLİKON BOMBA VE FLAT DREN 200 CC 10 MM(270002076)

1. Dren kısmı; içi ince oluklardan oluşmalı, yassı biçimli uç kısmı perforeli olmalıdır, silikon dren kısmı x-ray çizgili olmalıdır.
2. Boyutu 10 mm olmalıdır.
3. Silikon bağlantı hortumu ile rezervuara bağlanabilmelidir.
4. Bomba rezervuar 200 ml olmalıdır.
5. Rezervuar bomba tipi olmalıdır, üzerinde derecelendirmeler belirgin bir şekilde olmalıdır.
6. Bomba tip rezervuarın en az 2 çıkışı olmalıdır, birisi tahliye deliği olmalıdır, sıvının rezervuara girişinin olduğu delikte geri kaçırmayı önleyici valf bulunmalıdır.
7. Steril tek poşetlerde olmalıdır.
8. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
9. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.
10. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Doç. Dr. Akile ZENGİN
Genel Cerrahi A.D. Öğr. Üyesi
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 44285

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 12.06.2023

Basım Tarihi : 24.11.2025

KOD : 37.330A

MALZEME ADI : SAFE CARE MASK PEDIATRİK (270012372)

1. Ambu balonunun arkasında hava giriş yerinde filtre ve O2 giriş yeri bulunmalıdır.
2. Balonun arkasına takılabilen, oksijen rezervuarı olmalıdır.
3. Çocuk ambusu için, uygun (No: 1-2-3) boylarda 3 adet şeffaf maskesi olmalıdır.
4. Maskeler; çocuğun yaşına uygun, ağız ve burnun anatomik yapısına uyumlu olmalıdır. Maske üçgen yapıda ve hava yastıklı olmalıdır. Kötü kokusu olmamalıdır.
5. Ambunun balon kapasitesi en düşük 500ml, en yüksek 750ml olmalıdır.
6. Balon kullanıcıyı zorlamayacak yapıda olmalıdır.
7. Disposable olmalıdır.
8. Ambuların dış yüzü pütürlü ve elden kaymaz nitelikte olmalıdır.
9. Ambu balonu PVC vb. bir malzemeden yapılmış olup, sağlam ve hijyenik bir yapıya sahip olmalıdır.
10. Ambu cihazı kullanımını ve teknik özelliklerini anlatan bir kitapçık bulunmalıdır. Türkçe dışında bir dilde ise kullanım, temizlik vb. için Türkçe kullanım kılavuzu getirmelidir.
11. Set bütün parçalarının içinde bulunacağı bir torba içinde bulunmalıdır.
12. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
13. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
14. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.


HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 44967

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 22.06.2018

Basım Tarihi : 24.11.2025

KOD : 37.436

MALZEME ADI : AĞIZ BAKIM SETİ(270000147)

1. Kritik hastaların ağız bakımında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Manüplasyonu kolaylaştırmak amacıyla aparatın tutamak kısmı dil basacağı şeklinde ağız temizliği esnasında uygulanacak basınca mukavim tahta veya benzeri materyalden yapılmış olmalıdır.
3. Söz konusu çubuğun uç kısmında diş ve dişetlerindeki materyallerin temizliğini kolaylaştıracak yuvarlatılmış kenarlı medikal sünger veya benzeri malzeme olmalı, kullanım esnasında kolay parçalanmamalıdır.
4. Her bir bakım çubuğu tek tek paketlenmiş olmalıdır ve her bir setin içinde en az 10 çubuk olmalıdır.
5. Solüsyonu olmalıdır. Solüsyon en az 50 ml olmalı kötü kokmamalı ve tahriş etmemelidir. Solüsyon 5324 sayılı kozmetik kanununa göre oral hijyen için bulunması gereken standartları taşımalıdır.
6. Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğünden imal ithal mücade belgesi olmalıdır.
7. Çubuk (Swap) ve Solüsyon 5324 sayılı kozmetik kanununa göre üretilmiş olmalıdır.
8. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
9. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir.(Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
10. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45233

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 16.07.2025

Basım Tarihi : 24.11.2025

KOD : 37.081F

MALZEME ADI : KALICI ENTERAL FEEDİNG NO: 16F

1. Silikon veya poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.
2. Ebatları 16 Fr boyutlarında olmalıdır.
3. Kateter uzunluğu en az 110 cm olmalıdır.
4. Düz uçlu kapalı, en az iki yan göz bulunmalı ve gözler tıkalı olmamalıdır.
5. Enjektör vb. malzeme ile bağlantı yapan ucu (Ajutaj), sağlam olmalı ek yerinden kolayca kırılmamalıdır. Ajutaj kısmı kapaklı olmalıdır. Kapakları kolayca kopmamalıdır.
6. Malzeme üzerinde cm aralıkları belirtilmiş olmalı, yazılar ve çizgiler kolay silinmemelidir.
7. Yumuşak olmalı, king yapmamalıdır.
8. Dokuyu tahriş edici özellikte olmamalı, pürüzsüz olmalıdır.
9. İçinde kolay ilerlemeyi sağlayacak tel klavuz bulunmalıdır.
10. Enjektör ve mama pompa setinin bağlantı yapılabileceği uçlar ayrı ayrı olmalıdır.
11. Tüm pompa setleriyle uyumlu olmalıdır.
12. Kataterin üzerinde kaç Fr olduğu ajutaj kısmında yazılmalı ve kolay silinmemelidir.
13. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
14. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
15. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45792

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 14.10.2025

Basım Tarihi : 24.11.2025

KOD : 37.315

MALZEME ADI : NELETON SONDA NO:20

- 1.PVC'den şeffaf, yumuşak malzemeden yapılmalı, ebatları 20 CH boyutlarında olmalı, boyu en az 35 cm olmalıdır.
- 2.Malzemenin yumuşaklığı dokuyu tahriş etmeyecek şekilde olmalıdır.
- 3.Yuvarlak uçlu uç kısmı kapalı ve en az iki yan göz bulunmalı ve steril ambalaj içerisinde bulunmalıdır.
- 4.Yan delikler tıkalı olmamalıdır.
- 5.Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
6. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
7. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

