

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 87119 : 87119
Talep Eden Birim: ANJİO LABORATUVARI

04.12.2025

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

ÖNEMLİ NOT: TEKLİFİNİZİ MAİL ADRESİNİZİ ve İLETİŞİM NUMARANIZI YAZINIZ. TEKLİFİNİZİ butceplan@ogu.edu.tr (Telefon: 1093-1094) MAİL ADRESİNE GÖNDERİNİZ. (Teklifini kapalı zarf ile elden teslim etmeyen yada butceplan@ogu.edu.tr mail adresine göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)

İdare Yetkilisi
Esra GÜLTEKİN
Mali Hizmetler Müdürü

Son Teslim Tarih & Saat : 08.12.2025 10:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	25.041Ç3	DİSTAL ERIŞİM KATETERİ (ASPIRASYON YAPABİLEN) 4.6F 0.043" 153 CM		5,00	ADET		
2	21.003H1	INTRADUCER KATETER SHEAT (ERİŞKİN) 6F 23 CM		20,00	ADET		

1- İNTERNET ADRESİMİZ: <https://hastane.ogu.edu.tr/> ---- HIZLI ERIŞİM--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARIÇ OLMALIDIR.

3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 150 GÜN İÇİNDE ÖDENECEKTİR.

4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETED E YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.

5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.
6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.

7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ, BAYİ, ALT BAYİ) FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR. 8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45821

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 17.07.2025

Basım Tarihi : 27.11.2025

KOD : 25.041Ç3

MALZEME ADI : DISTAL ERIŞİM KATETERİ (ASPIRASYON YAPABİLEN) 4.6F 0.043" 153 CM

1. Kateter, intrakranial distal erişimi sağlamak ve aspirasyon yapmak için uygun olmalıdır.
2. Kateterin sorunsuz ilerleyebilmesi için distal kısmı, Redglide hidrofilik olmalıdır.
3. Kateterin iç lümeni konik yapıda olmalı, bu sayede lümen akış etkinliğini maksimize etmelidir.
4. Kateterin shaftı zorlu anatomilerde kolayca ilerleyebilmesi için göbekten uca optimize edilmiş olmalı, paslanmaz çelik ve nitinol Quad wire teknoloji sarmal yapısıyla maksimum itilebilirliğe olanak sağlamalıdır.
5. Distal ve proksimal iç çapı 0,043"- 3,3F- (1,09mm) olan kateterin distal ve proksimal dış çapı 4,6F - 0,060" - (1,52mm), uzunluğu 153 cm olmalıdır. Kateter en distal, kıvrımlı anatomiye yapılacak tedavi uygulamasını basitleştirmek ve proksimal desteği sağlamak için lazer teknolojisiyle birleştirilmiş 11 farklı geçişe sahip olmalıdır.
6. Kateterin distalinde 30cm-60cm'lik kısmı flex yapıda olmalıdır.
7. Kateter paketinde y-konnektör, dilatör, uç şekillendirici ve kateterin ucunu koruyacak şeffaf peel-away aparat olmalıdır.
8. Kateterin ucu aspirasyon sırasında negatif basınç karşısında büzüşmeyecek şekilde tasarlanmış ve atravmatik olmalıdır.
9. Kateterin distal ucu radyoopak olmalıdır.
10. Kateterin distal ucundaki marker yumuşak olmalıdır.
11. Kateterin tam uyumlu çalışabilmesi için hastanemiz bünyesinde kullanılan aspirasyon cihazı ile aynı marka olmalıdır. Aspire etmek için ON/OFF mekanizmalı ara bağlantı tubing kablosu olmalıdır.
12. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
13. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir.(Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
14. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Dr.Öğr.Üyesi Zehra UYSAL KOCABAŞ
Nöroloji A.D. Öğr. Üyesi
İmzası

ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45820

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 09.11.2023

Basım Tarihi : 27.11.2025

KOD : 21.003H1

MALZEME ADI : INTRADUCER KATETER SHEAT (ERİŞKİN) 6F 23 CM

1. Sheathler; Anjio ve Katater Laboratuvarı ünitelerinde damar içi girişim sağlamak amacıyla kullanılabilir.
2. Introducer kateterlerin ve pacing leadlerinin perkütan olarak gönderilmesi için özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Sheath; 6F çapında olmalıdır.
4. Paket içerisinde bir adet hemostatik valfli introducer sheath, bir adet dilatör (uzunluğu minimum 20 cm (± 5 cm) olmalıdır), bir adet klavuz tel (0,038" kalınlığında, minimum 50 cm (± 5 cm) maksimum 60 cm (± 5 cm) uzunlukta 3 mm J curvelü guidewire), bir adet ponksiyon iğnesi (18 G,6.5-7cm) ve bir adet 11 numara saplı bistüri olmalıdır.
5. Introducer setin; tüm bileşenleri tamamen radyopak olmalıdır.
6. Introducer'ın kanül uzunluğu 23 cm olmalıdır. Kanül vaka esnasında bağlantı yerinden kırılıp kopmamalıdır.
7. Introducer, hemostatik valf sistemine sahip olmalıdır. Valf sistemi kan sızıntısı yaratmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalı, kan kaçışı oluşumuna engel olmalıdır.
8. Introducerın uç kısmı, giriş esnasında damara vereceği travmayı minimize etmek için inceltilmiş ve yuvarlatılmış olmalıdır. Kılıf ile dilatör arasında kademesiz geçiş olmalıdır.
9. Perkütan giriş sırasında dilatörün introducer'dan ayrılmaması için özel kilit mekanizması olmalıdır.
10. Dilatör çok yumuşak veya çok sert yapıda olmamalıdır. İşlem yapılırken eğilip bükülmemeli, damara zarar vermemelidir.
11. Introducer sisteminde ucunda üçlü musluk bulunan şeffaf 20-25 cm'lik uzatma hattı mevcut olmalıdır.
12. Introducer sisteminde istenildiğinde introducerın deriye bağlanmasını sağlayacak suture yuvası mevcut olmalıdır.
13. Introducer üzerinde kaç french olduğu rakamla belirtilmiş olmalıdır.
14. Introducer sistemi mükemmel kink resistansına sahip olmalıdır.
15. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
16. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
17. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Dr. Öğr. Üyesi Erdi BABAYİĞİT
Kardiyoloji A.D. Öğr. Üyesi
İmzası

ONAYLAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası