

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 87679 : 87679
Talep Eden Birim: KALP DAMAR CERRAHİSİ POL.

15.01.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

NOT: ÖNEMLİ MAIL ADRESİNİZİ YAZINIZ. hastanesatinalma@ogu.edu.tr

Son Teslim Tarih & Saat : 21.01.2026 13:00

ESRA GÜLTEKİN
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	71.1129I	UCU 1,5MM GENİŞLİĞİNDE 180MM UZUNLUĞUNDA, 6/0 İĞNE İÇİN KİLİTLİ PORTEGÜ		2,00	ADET		
2	71.1129J	UCU 2,0 MM GENİŞLİĞİNDE 180MM UZUNLUĞUNDA, 5/0 İĞNE İÇİN KİLİTLİ PORTEGÜ		3,00	ADET		
3	71.1129K	UCU 1,5 MM GENİŞLİĞİNDE 210MM UZUNLUĞUNDA, 6/0 İĞNE İÇİN KİLİTLİ PORTEGÜ		1,00	ADET		
4	71.1637B	UCU 9MM BOYUNDA, AÇILI, TOPLAM UZUNLUĞU 30MM, AĞIRLIĞI 1GR, ARTER BULDOG KLEMP		2,00	ADET		
5	71.1637C	UCU 9MM BOYUNDA, AÇILI, TOPLAM UZUNLUĞU 30MM, AĞIRLIĞI 1GR, VENA BULDOG KLEMP		1,00	ADET		
6	71.1637D	UCU 13MM BOYUNDA, AÇILI, TOPLAM UZUNLUĞU 35MM, AĞIRLIĞI 1GR, VENA BULDOG KLEMP		1,00	ADET		

- 1- İNTERNET ADRESİMİZ: www.ogu.edu.tr ---- HASTANE--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.
- 2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARİÇ OLMALIDIR.
- 3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 60 GÜNDE ÖDENECEKTİR.
- 4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDİ YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.
- 5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.
- 6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.
- 7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR.

8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AIT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 2

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45870

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 07.01.2026

Basım Tarihi : 07.01.2026

KOD : 71.139

MALZEME ADI : CERRAHİ EL ALETLERİ GENEL ŞARTNAMESİ

Koroner Mikro Portegüler Teknik Özellikler

- 1) Malzemelerin tutacak kısmı yuvarlak tırtıklı tipte olmalı ve paslanmaz çelikten imal edilmiş olup yüzeyi elektrik arklı evaporasyon yöntemi ile seramik kaplanmış olmalıdır.
- 2) Malzemelerin yüzeyi seramik kaplama özelliği sonucunda dayanıklılığını ve ömrünü artıracak şekilde yüksek sertlikte, aşınmayı azaltacak şekilde düzgün ve yansımayı azaltacak şekilde koyu renkli olmalıdır.
- 3) Malzemeler sterilizasyon aşamasında paslanmaya ve korozyona dayanıklı olmalıdır.
- 4) Malzemelerin üzerinde katalog numarası ve markası laser yöntemi ile yazılı olmalı ve bu sayede silinmesi mümkün olmamalıdır.
- 5) Malzeme yeni ve non steril tekli ambalajda sunulmalıdır.
- 6) Malzemeler aşağıdaki özelliklerde olacaktır;
 - Ucu 1,5 mm genişliğinde, 180 mm uzunluğunda, 6/0 iğne için, kilitli (KOT-5)
 - Ucu 1,5 mm genişliğinde, 210 mm uzunluğunda, 6/0 iğne için, kilitli (KOT-6)
 - Ucu 2,0 mm genişliğinde, 180 mm uzunluğunda, 5/0 iğne için, kilitli (KOD-1)

Bulldog Clamp Teknik Özellikler

- 1) Malzemeler damarları oklude etmek üzere bulldog yapıda ve titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.
- 2) Klemplerin uç kısımları atravmatik yapıda olmalıdır.
- 3) Malzemeler sterilizasyon aşamasında paslanmaya ve korozyona dayanıklı olmalıdır.
- 4) Malzemelerin üzerinde katalog numarası ve markası laser yöntemi ile yazılı olmalı ve bu sayede silinmesi mümkün olmamalıdır.
- 5) Malzeme yeni ve non steril tekli ambalajda sunulmalıdır.
- 6) Malzemeler aşağıdaki özelliklerde olacaktır;
 - Ucu 9 mm boyunda, açılı, toplam uzunluğu 30 mm, ağırlığı 1 gr, Arter (MMA-9)
 - Ucu 9 mm boyunda, açılı, toplam uzunluğu 30 mm, ağırlığı 1 gr, Vena (MMF- 8)
 - Ucu 13 mm boyunda, açılı, toplam uzunluğu 35 mm, ağırlığı 1 gr, Vena (MMA-8)

HAZIRLAYANLAR

Prof.Dr. Sadettin DERNEK
Kalp ve Damar Cer. A.D. Başkanı
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

