

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 87705 : 87705
Talep Eden Birim: ÇOCUK CERRAHİSİ POL.

15.01.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

NOT: ÖNEMLİ MAIL ADRESİNİZİ YAZINIZ. hastanesatinalma@ogu.edu.tr

Son Teslim Tarih & Saat : 21.01.2026 13:00

ESRA GÜLTEKİN
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	71.1725B	ULTRA İNCE SEMİRİJİT ÜRETERO - RENESKOP SET		1,00	ADET		

- 1- İNTERNET ADRESİMİZ: www.ogu.edu.tr ---- HASTANE--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.
- 2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARİÇ OLMALIDIR.
- 3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 60 GÜNDE ÖDENECEKTİR.
- 4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.
- 5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.
- 6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.
- 7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FIRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECİKTİR.
- 8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
- 10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45869

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 07.01.2026

Basım Tarihi : 07.01.2026

KOD : 71.1725B

MALZEME ADI : ULTRA İNCE SEMİRİJİT ÜRETERO - RENESKOP SET

GENEL HÜKÜM: Sistemin bütünlüğünün bozulmaması için tüm listeye teklif verilmelidir.

Sistemin uyumlu çalışması ve kolay kullanımı açısından teklif edilen tüm ekipmanlar aynı marka olmalıdır.

1.) Teklif edilen uretero-renoskop diagnostik, pnömatik, elektrohidrolik ve laserle taş kırma tedavisinde kullanıma uygun olmalıdır.
2.) Teklif edilen uretero-renoskopun çalışma uzunluğu en az 43 cm olmalıdır.
3.) Teklif edilen uretero-renoskop operasyon esnasında uretrayı ve ureteri daha az travmatize etmesi ve daha iyi dilate etmesi açısından distal uçtan proximal uca doğru konikal olarak genişlemelidir.
4.) Teklif edilen uretero-renoskop distal uçta 4,5 Fr. , proximal uçta ise 6,5 Fr olmalıdır.
5.) Operasyon esnasında uretero-renoskopun kanalından kullanılan propların uçlarının optimum ve tam olarak görülebilmesi için görüş açısı 5° olmalıdır. Bu özellik uretero-renoskopun üzerinde yazmalıdır.
6.) Teklif edilen uretero-renoskopun tek enstrüman kanalı olmalı ve aspirasyon-irrigasyon için muslukları bulunmalıdır.
7.) Aspirasyon-irrigasyon muslukları otoklava girebilen plastik olmalı ve pratik bir şekilde sökölüp - takılabilmelidir.
8.) Uretero-renoskop ve musluklar üzerinde yanlış kullanımı önlemek için önerilen aynı nokta simgeleri olmalıdır.
9.) Uretero-renoskopun enstrüman kanalından rijit ve fleksible enstrümanlar, basket forsepsler, pnömatik lithotriptörün propları, elektrohidrolik litotriptör propları ve lazer propları kullanılabilir.
10.) Teklif edilen uretero-renoskopun vizörü çalışmayı kolaylaştırıcı açılı şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
11.) Irrigasyon ve enstrüman kanalı 3.15 x 3.15 Fr çapında olmalıdır.
12.) Teklif edilen uretero-renoskopun çalışma kanalından 1 adet 3 Fr lik enstrüman kullanılabilir. Yanlış enstrüman kullanımı önlemek için bu özellik uretero-renoskopun üzerinde yazmalıdır.
13.) Teklif edilen uretero-renoskop çapı küçük olmasına rağmen son derece keskin ve net görüntüsü sağlayabilir.
14.) Teklif edilen uretero-renoskop bebeklerde, küçük çocuklarda, ergen çocuklarda ve erişkinlerde diagnostik amaçlı ve taş tedavisi amacıyla kullanılabilmelidir.
15.) Uretero-renoskop fiber optik ışık transmisyonu üzerinde önerilen ışık kablosu çapı ve renk seçeneği yazmalıdır.
16.) Teleskop üretiminde kullanılan çeliğin uluslararası DIN EN 10088 normlarında belirtilen standartlarına uygun olmalıdır. Üretici tarafından belgelendirilmeli ve noter onaylı olmalıdır.
17.) Uretero-renoskop üzerinde kare kod olmalıdır.
18.) Beraberinde aynı marka sterilizasyon sepeti verilmelidir.
19.) Demonstrasyon sonrası uygunluk verilecektir.
20.) Otoklavlanabilir.

Uretero-renoskop ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir;

2 Adet Yabancı Cisim Forsepsi,

-Çapı 3 Fr. olmalıdır.

-Çalışma uzunluğu 530 mm. (+/-10 mm) olmalıdır.

-Fleksible olmalıdır.

-Alligator çeneli olmalıdır.

-Otoklavlanabilir.

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Hüseyin İLHAN
Çocuk Cerrahisi A.D. Başkanı
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45869

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 07.01.2026

Basım Tarihi : 07.01.2026

KOD : 71.1725B

MALZEME ADI : ULTRA İNCE SEMİRİJİT ÜRETERO - RENESKOP SET

DİĞER HUSUSLAR:

1. Cihaz ile birlikte kullanılan tüm aksesuarların ve hızlı değişen yedek parça ile sarf malzemelerinin birim fiyatları (döviz bazında veya TL olarak) liste halinde sunulacaktır.
2. Cihaz değerlendirmeleri cihazın bulunduğu alan veya grubundaki mevzuatlar, yönetmeliklerin en son güncellenen ve yürürlükte olanına göre yapılacaktır ve www.titck.gov.tr adresinden "Tıbbi Cihazlar, Güvensiz Ürünler ve Gönüllü Geri Çekme" listelerinde ise teklif dikkate alınmayacaktır.
3. Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ".....marka modelcihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4. Garanti süresince olması gereken periyodik bakımlar yılda en az 2 kez olmak üzere hastane idaresi ile birlikte belirlenecek tarihlerde ücretsiz olarak yapılacaktır. Tıbbi cihaz alımlarında cihazın ilgili yetki grubu, rutin bakım periyodu (sıklığı), dâhili yazılım sistemi bulunan cihazlar için yazılımların erişim, kullanım yetki bilgilerine (program kilidi, şifre, ek güvenlik donanımı gibi), hata kodları ve müdahale aşamalarına ilişkin tedarikçi tarafından düzenlenen beyan ve bedelsiz temin edileceğine dair taahhütnameleri vermelidir.
5. Cihaz en az iki (2) yıl garantili olacak, (malzeme ve işçilik hatalarına karşı üretici firma garantisi) garanti süresince teknik servis, yedek parça garantisi satıcı firma tarafından ücretsiz karşılanacaktır. Garanti sonrası bakım koşulları en az 8 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça ve teknik servisini üretici veya temsilci veya varsa yetki verilen satıcı firma sağlayacak ve hızlı devreden yedek parçaların ileriye dönük döviz bazında veya Türk Lirası fiyatlı parça listeleri ve garanti sonrası yıllık periyodik bakım bedeli ve kapsamını (parça dahil, parça hariç) istenildiğinde belirtecektir ve taahhüt name verecektir. Ayrıca garanti süresince olması gereken periyodik bakımların hangi aralıklarla ve ne şekilde olacağı, bu süreçte hangi ömürlü parçaların değişeceği belirtilecek ve taahhüt edecektir.
6. Garanti süresi içinde arıza bildirildiğinden itibaren en geç 48 saat içinde arızaya müdahale etmelidir. Müdahale sonrası yurtdışından yedek parça gerekmeyen durumlarda en geç 5 iş günü içinde, yurtdışından yedek parça gereken durumlarda ise en geç 20 iş günü içinde cihaz çalışır hale getirilmelidir. 5 (beş) iş gününü aşan her gün ise garanti süresine eklenecektir. Tamir süresi 20 iş günü geçecek cihazların yerine firma tarafından yedek cihaz bırakacağına dair firmalar taahhütname verecektir.
7. Cihazı temin edecek firmanın cihaz ile birlikte TSE-TÜRKAK vb. onaylı kalibrasyon sertifikasını Biyomedikal ünitesine teslim etmesi gerekmektedir. Ayrıca cihazın teknik manuali ve Türkçeleştirilmiş teknik manuali kullanıcı bölümüne ve Biyomedikal ünitesine verilmek üzere 2(iki) nüsha düzenleyip cihaz ile birlikte teslim edilmelidir.
8. Teklifin değerlendirilmesi sırasında firmadan demostrasyon istenebilecektir.
9. Garanti süresince cihazın kalibrasyonu firma tarafından yapılacaktır.
10. 10 yıl içerisinde cihaz ile ilgili bir girişim gerekli ise belirtilmelidir.
11. 10 yıl içerisinde program güncellenmesi ve yenilenmesi gibi değişimler firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.
12. İstenildiğinde Cihaz Hastane Otomasyon Sistemine bağlanabilmelidir.
13. Cihazların satınalmalarında aday ve isteklinin "satış merkezi yetki belgesi" olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Hüseyin İLHAN
Çocuk Cerrahisi A.D. Başkanı
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45869

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 07.01.2026

Basım Tarihi : 07.01.2026

KOD : 71.1725B

MALZEME ADI : ULTRA İNCE SEMİRİJİT ÜRETERO - RENESKOP SET

MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ:

1. Satın alınan ve montajı biten cihazın muayene, kontrol ve teslim işlemi hastane idaresinin belirleyeceği muayene komisyonu tarafından yapılacaktır. Bu esnada satıcı firmanın yetkili bir uzmanı hazır olacaktır. Muayene sırasında testleri yapacak personel ve gerekli cihazlar firma tarafından temin edilecektir. Kontrol ve muayene prosedürü sistemin uyması gereken bütün teknik özelliklerin kontrolü sağlayacak şekilde satıcı firma tarafından hazırlanacak ve muayene komisyonuna verilecektir. Komisyon bazı deneylerin yapılmasını da isteyebilir. Ayrıca yedek parça, aksesuar, Türkçe kitapçık, Türkçe Kullanım kılavuzu, Türkçe bakım onarım kitapçığı ve sarf malzemelerin kontrol ve sayımı yapılacaktır.
2. Şartnamede istenilen ve firmanın beyan ettiği katalog değerleri ile karşılandığına yönelik ölçülebilir parametrelerin, masrafları tedarikçi firma tarafından ödenmek üzere, bağımsız bir metroloji kuruluştan tarafından değerlendirileceğine ilişkin, tedarikçi tarafından düzenlenen taahhütnameleri vermelidir.

MONTAJ:

1. Cihaz satıcı firmanın teknik elemanları tarafından, kullanıcı tarafından uygun görülen yerde, tüm malzeme ve aksesuarları ile birlikte çalışır durumda teslim edilecektir. Montaj masraflarından ve montaj sırasında doğabilecek hasarlardan satıcı firma sorumlu olmalıdır.
2. Üretici veya satıcı firma ihale öncesi teklif edeceği cihazın kurulacağı mevcut mekanı görecektir, cihazın çalışır duruma gelmesi için gerekli olan altyapı (elektrik kablosu, tadilat, malzeme v.b.) sağlayacak ve cihazı çalışır halde teslim edecektir.

EĞİTİM:

1. Cihaz ve/veya sistem vb. ile ilgili eğitim, hastane idaresinin belirlediği bir tarihte, bedelsiz olarak, ilgili bölüm personellerine ve biyomedikal ünitesinde görevli ilgi personellere, belirlenen yerde, en fazla 3 iş günü süresince eğitim verilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Hüseyin İLHAN
Çocuk Cerrahisi A.D. Başkanı
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası