

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 87723 : 87723
Talep Eden Birim: BAŞHEKİMLİK

16.01.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

ÖNEMLİ NOT: TEKLİFİNİZE MAİL ADRESİNİZİ ve İLETİŞİM NUMARANIZI YAZINIZ. TEKLİFİNİZİ butceplan@ogu.edu.tr (Telefon: 1093-1094) MAİL ADRESİNE GÖNDERİNİZ. (Teklifini kapalı zarf ile elden teslim etmeyen yada butceplan@ogu.edu.tr mail adresine göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)

İdare Yetkilisi
Esra GÜLTEKİN
Mali Hizmetler Müdürü

Son Teslim Tarih & Saat : 21.01.2026 11:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	37.068	ALÇI ALTI PAMUĞU 10 CM (270006854)		2.000,00	ADET		
2	37.076	ENJEKTÖR 1 CC (270001694)		50.000,00	ADET		
3	37.006A	YAPIŞKANLI BANDA 5 CM		48,00	ADET		

1- İNTERNET ADRESİMİZ: <https://hastane.ogu.edu.tr/> ---- HIZLI ERİŞİM--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARİÇ OLMALIDIR.

3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 150 GÜN İÇİNDE ÖDENECEKTİR.

4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR. AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDEN YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR. ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.

5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.

6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYI, ALT BAYI)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEME ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR. 8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEME ALINMAYACAKTIR.

9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÖM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45818

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 27.11.2025

Basım Tarihi : 12.01.2026

KOD : 37.068

MALZEME ADI : ALÇI ALTI PAMUGU 10 CM (270006854)

1. Sentetik, kolay kopabilen ve orta kalınlıkta olmalı, dokuması sıkı olmalıdır.
2. Ürünün eni 10 cm ebatında olmalıdır.
3. Ambalajlı ürünler; 5'li ve/veya 10'lu paketler halinde kutulanmış olmalıdır.
4. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
5. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
6. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 36113

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 16.10.2019

Basım Tarihi : 12.01.2026

KOD : 37.076

MALZEME ADI : ENJEKTÖR 1 CC (270001694)

1. Enjektör plastik olmalıdır.
2. Enjektörler bir pakette iğne ucu ile birlikte olmalıdır.
3. İğne uçları paslanmaz çelikten olmalı ve keskin olmalı, pürüzsüz olmalı, çapak, artık madde, kalıntı bulunmamalıdır. (Üzerinde kalıntı, kir, yağ vb. olmamalıdır.)
4. İğne uçlarının çeliği pürüzsüz olmalı ve dokuda rahat kaymalıdır.
5. İğne ucu istendiğinde gövdeden kolay ayrılabilmelidir. İğne ucu 26 G x1/2 " kapaklı olarak teslim edilmelidir.
6. Enjektörlerin pistonları hava ve ilaç bırakmayacak şekilde çalışmalıdır. Geri çekildiğinde kolayca dışarı çıkmamalıdır.
7. Enjektörlerin pistonları sert olmamalıdır. Kullanımı rahat olmalıdır.
8. Pistonları lastikli olmalıdır. Enjektöre ilaç çekildiğinde piston etrafına ilaç sızdırmamalıdır.
9. 1 cc'lik enjektörlerin ajitaj kısmı ortada ve düz olmalıdır.
10. İlaç zerkedilme esnasında iğne ve ajitaj birbirinden ayrılmamalı ve ilaç etrafa sıçramamalıdır.
11. Ölçek Diziyem ölçüsünde olmalıdır.
12. Enjektör çekilen ilaç ve sıvının havasını kolayca çıkarabilme özelliğine sahip olmalıdır.
13. Ambalajın içinde ve enjektör gövdesinin içinde yabancı madde kalıntı, kir, yağ vb.bulunmamalıdır.
14. Enjektör sıvı ilaç vb. çekilip ters ve dik tutulduğunda sıvı akıtmamalıdır.
15. İğne uçları enjektör gövdesine tam oturmalıdır.
16. İğne kapakları tam oturmalı, kolay açılmalıdır.
17. Teklif edilen ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
18. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
19. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir..
20. Teslim edilecek ürün orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma, sterilizasyon tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45203

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 11.07.2025

Basım Tarihi : 15.01.2026

KOD : 37.006A

MALZEME ADI : YAPIŞKANLI BANDAJ 5 CM

1. Ürün sabitleme ve sarmada kullanılabilmelidir.
2. Ürün özel örgü teknolojisi ile kendine tutunmalı ve kendini bırakmamalıdır.
3. Yapışma özelliği için içinde hiçbir yapıştırıcı veya tutucu madde içermemelidir.
4. Ürün cilde, saça veya giyisilere değil, kendine yapışmalıdır.
5. Ürün tıbbi sarf malzeme ve cihazlar ile cilt arasında yastık görevi görerek yapışkanlı bantlardan kaynaklanan bası yarası riskini ortadan kaldırmalıdır.
6. Ürün kolay açılır, kaymaz, cilde direk yapışmaz, nefes alır, su geçirmez, yumuşak yapıya sahip olmalıdır.
7. Ürün çıkarken özellikle yenidoğanların hassas cildine zarar vermemelidir.
8. Ürün çıkarılırken ciltte doku kaybına yol açmamalıdır.
9. Ürün sökülme istendiğinde acısız kolayca çıkarılabilmelidir.
10. Ürün biden fazla kez açılıp geri yapıştırılabilir olmalıdır.
11. Ürün %100 polyesterden üretilmiş olmalıdır.
12. Yenidoğan yoğun bakımlarda bebek üstüne sabitlenecek tıbbi malzemelerin (branül, entübasyon tüpü vb.) sabitlenmesinde kullanılabilmelidir.
13. Ürün bant kullanılmayan hassas ciltlerde, kan alma odaklarında kompresyon gerektiren durumlarda, hemodiyaliz sırasında kan enfeksiyonuna karşı korumada, radyoloji bölümlerinde yapışkan bantlarla kolayca sabitlenemeyen geniş alanlar için radyasyon tedavisinde, tıbbi cihazların ve malzemelerin sabitlenmesinde de kullanılabilir özellikte olmalıdır.
14. Ürün istenildiğinde çekerek kopma özelliğinde olmalıdır.
15. Ürünler rulo halinde tekli poşetlerde paketlenmiş ve 5 cm genişliğinde olmalıdır.
16. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
17. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
18. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

