

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 87724 : 87724
Talep Eden Birim: TIBBİ MALZEME ECZANESİ

15.01.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

ÖNEMLİ NOT: TEKLİFİNİZE MAİL ADRESİNİZİ ve İLETİŞİM NUMARANIZI YAZINIZ. TEKLİFİNİZİ butceplan@ogu.edu.tr (Telefon: 1093-1094) MAİL ADRESİNE GÖNDERİNİZ. (Teklifini kapalı zarf ile elden teslim etmeyen yada butceplan@ogu.edu.tr mail adresine göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)

İdare Yetkilisi
Esra GÜLTEKİN
Mali Hizmetler Müdürü

Son Teslim Tarih & Saat : 20.01.2026 15:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	37.629	ENDO CLINCH		30,00	ADET		
2	38.840A	MIKRO ONKORLU İĞNELİ YARA KAPAMA MATERYALİ YUVARLAK İĞNE 3/0 26 MM 15 CM		12,00	ADET		
3	37.1043	DISPOSABLE ENDOSKOPIK OTOMATİK SÜTÜR ATICI KARTUŞ (POLYESTER) 18 CM 2-0		5,00	ADET		
4	150999999	OLYMPUS PSD 20 S.N:7710368 KOTER CİHAZI İÇİN; KOTER PLAĞI-11A		100,00	ADET		
5	38.837A1	MIKRO ONKORLU İĞNELİ YARA KAPAMA MATERYALİ NO:0 30 CM		12,00	ADET		

1- İNTERNET ADRESİMİZ: <https://hastane.ogu.edu.tr/> ---- HIZLI ERIŞİM--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARİÇ OLMALIDIR.

3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 150 GÜN İÇİNDE ÖDENECEKTİR.

4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR. 5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.

6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.

7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AIT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR.

8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AIT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45895

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 05.10.2018

Basım Tarihi : 12.01.2026

KOD : 37.629

MALZEME ADI : ENDO CLINCH

1. Disposable olmalıdır.
2. 5 mm çapında ve 360 derece rotasyon yapabilmelidir.
3. Aletin ağzı atravmatik olmalıdır.
4. Kilit mekanizması olmalıdır.
5. Kullanım rahatlığı ve dar alanlarda erişim artırmak için şaft açılı olmalıdır.
6. Doku tutuş gücünü artırmak ve istenilen kademede tutuşu sabitlemek için kilit mekanizması olmalıdır.
7. Ucu, şaftı, tutacı bir arada monte halde, aynı steril paketin içinde tümü disposable olmalıdır.
8. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
9. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
10. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.


HAZIRLAYANLAR

Doç. Dr. Akile ZENGİN DENİZ
Genel Cerrahi A.D. Öğr. Üyesi
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45898

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 12.01.2026

Basım Tarihi : 12.01.2026

KOD : 38.840A

MALZEME ADI : MİKRO ONKORLU İĞNELİ YARA KAPAMA MATERYALİ YUVARLAK İĞNE 3/0 26 MM 15 CM

- 1.Emilebilen yara kapama materyalinin bir ucunda cerrahi iğne, diğer ucunda halkalaşmış boğum olmalıdır.
- 2.Emilebilen yara kapama materyalinin sonundaki halka başlangıçta düğüm atmadan kullanmaya olanak sağlamalıdır.
- 3.Emilebilen yara kapama materyali yalnızca kontinyu yöntem ile kapama yapmaya olanaksızlamalıdır.
- 4.Emilebilen yara kapama materyalinin etrafında düzenli bir şekilde oluşturulmuş mikro ankorlar olmalı, bu ankorlar materyalin dokuda düzgün bir şekilde tutunmasını sağlamalıdır.
- 5.Emilebilen yara kapama materyalinin etrafındaki mikro ankorlar, ürünün yalnızca iğne tarafına doğru hareket etmesini sağlamalıdır. Dokuda diğer yöne doğru hareket ettirmemelidir.
- 6.Emilebilen yara kapama materyalinin etrafındaki mikro kancalar, kontinyu teknik ile kullanılmaya uygun olup, yara hattının sonuna gelindiğinde düğüm atmaya gerek bırakmadan yaranın kapatılmasını sağlamalıdır.
- 7.Emilebilen yara kapama materyalinin etrafındaki mikro ankorlar, sondaki halkadan başlangıca doğru yer alan 1,5cm lik mesafede olmamalıdır.
- 8.Emilebilen yara kapama materyalinin etrafındaki mikro ankorlar tüm iplik boyunca eşit olarak dağılmalıdır. Bütün mikro ankorların yapısı tekdüze olmalıdır.
- 9.Emilebilen yara kapama materyalinin etrafındaki mikro ankorlar gerginliğin tüm hat boyunca eşit olarak dağıtabilmelidir.
- 10.Emilebilen yara kapama materyalinin kompozisyonu glikolid, dioksanon ve trimetilen karbonattan oluşmalıdır.
- 11.Emilebilen yara kapama materyalinin emilimi 180 gün içerisinde tamamlanmalıdır.
- 12.Emilebilen yara kapama materyalinin gerilim gücü 7. Günde %90, 14.günde %75 olmalıdır.
- 13.Emilebilen yara kapama materyali renksiz veya mor olmalıdır.
- 14.Birim ambalaj üzerinde imalatçı firmanın ticari adı, iğne cinsi, iğne adedi ve iğne boyu (mm olarak), son kullanma tarihi, sterilizasyon şekli, lot numarası, materyal uzunluğu, materyal rengi ve diğer özellikler görülebilir tarzda okunaklı ve bozulmayacak şekilde belirtilmelidir.steril alana partükül düşmemesi ve bilgi kaybına yol açmaması için etiket olmamalıdır.
- 15.Emilebilen yara kapama materyali çift paketlemeye sahip olmalıdır. Dış paketin bir yüzü şeffaf diğer yüzü ise yırtılmayan kağıttan oluşmalıdır. İç paket nemden, ısıdan, ışıktan korunabilmesi için alimunyum olmalıdır.
16. Malzemenin alt açılım numaraları istek belgesinde belirtilmiş olup, bu numaralara teklif veren firma 38.840 kod numaralı şartnamedeki teknik özellikleri baz alınarak teklif verilecektir.
17. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.

HAZIRLAYANLAR

Doç. Dr. Akile ZENGİN DENİZ
Genel Cerrahi A.D. Öğr. Üyesi
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45898

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 12.01.2026

Basım Tarihi : 12.01.2026

KOD : 38.840A

MALZEME ADI : MİKRO ONKORLU İĞNELİ YARA KAPAMA MATERYALİ YUVARLAK İĞNE 3/0 26 MM 15 CM

18. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir. 19. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.


HAZIRLAYANLAR

Doç. Dr. Akile ZENGİN DENİZ
Genel Cerrahi A.D. Öğr. Üyesi
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 44290

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 31.08.2020

Basım Tarihi : 12.01.2026

KOD : 37.1043

MALZEME ADI : DISPOSABLE ENDOSKOPIK OTOMATİK SÜTÜR ATICI KARTUŞ (POLYESTER) 18 CM 2-0

1. Disposable olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlarda otomatik sütür atıcı ile birlikte kullanıma uygun olmalıdır.
3. Yükleme ünitesindeki iğnenin boyu 9 mm, çift taraflı taper özellikte olmalıdır.
4. Yükleme ünitesindeki nonabzorbe sütürün boyu 18 cm, çapı 2/0 ve metaryali kaplanmış örgülü polyester olmalıdır.
5. Yükleme ünitesindeki sütür iğnenin ortasından takılı olmalıdır.
6. Yükleme ünitesi, iğne ve sütürün endoskopik otomatik sütür atıcıya kolaylıkla yüklenebilmesi için sütür atıcının çenesi ile uyumlu özel plastik yuvada bulunmalıdır.
7. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalıdır.
8. CE belgesi ibraz edilmelidir.
9. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
10. Tıbbi cihaz satınalma işlemleri için geçerli genelgede belirtildiği üzere teklif verilecek ürünlere ait sınıflandırma ve sınıflara ait belirtilen belgeler ibraz edilmedir.
11. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.
12. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Doç. Dr. Akile ZENGİN DENİZ
Genel Cerrahi A.D. Öğr. Üyesi
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 44665

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 18.10.2016

Basım Tarihi : 12.01.2026

KOD : 73.2755

MALZEME ADI : OLYMPUS PSD 20 S.N:7710368 KOTER CİHAZI İÇİN; KOTER PLAĞI-11A

1. Disposable koter plağı hasta plakası tek kullanımlık olmalıdır.
2. Bölümde kullanılmakta olan PSD-20 koter cihazı ile tam uyumlu olmalıdır.
3. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
4. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
5. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Doç. Dr. Akile ZENGİN DENİZ
Genel Cerrahi A.D. Öğr. Üyesi
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45894

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 12.01.2026

Basım Tarihi : 12.01.2026

KOD : 38.837A1

MALZEME ADI : MİKRO ONKORLU İĞNELİ YARA KAPAMA MATERYALİ NO:0 30 CM

1. Cerrahi sentetik monofilament absorbe olabilen polyglyconate ipliklerin kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne iplik kombinasyonları USP ve Avrupa Farmakopisine uygun olmalıdır.
2. Monofilament Absorbe olan cerrahi iplikler 2. haftada en az %75, 3. haftada en az %65, 4. haftada en az %50 doku destek kuvvetini korumalıdır.
3. Sentetik monofilament absorbe olan cerrahi iplik 180-210 günde vücutta absorbe olmalıdır.
4. Bir ucunda cerrahi iğne diğer ucunda loop şeklinde emilebilir halka uçdan oluşmalıdır. Halka uç ve loop tasarımı aproksimasyon sırasında düğümüne gerek kalmadan yaklaştırmaya izin vermelidir.
5. Sütürün etrafını saran barbları dokuya eşit miktarda tutunmasını sağlamalı böylece gerilimi eşit yaymalıdır
6. Sütür boyu 45 cm'nin üzerindeki için $\pm$ %10, iğne boyu 10 mm'nin üzerindeki için $\pm$ %10 tolerans tanınacaktır.
7. İğne iç yüzeyi düz ve kanalsız olmalıdır, iğneler dokudan çok rahat geçmeli, güçlü olmalı, iğne, kalsifiye dokularda rahatlıkla kullanılmalıdır. Kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.
8. İğne yüzeyi pürüzsüz olmalı, keskinliğini/sivrilliğini, operasyon sonuna kadar sürdürmeli, kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.
9. Sentetik monofilament absorbe olabilen cerrahi iplik polyglyconate'den veya benzer özellik gösterebilecek materyalden imal edilmiş olmalıdır.
10. Birim ambalajı üzerinde imalatçı firmanın ticari adı veya kısa adı, iğne cinsi, iğne adedi ve iğne boyu (mm olarak), son kullanma tarihi, sterilizasyon şekli, lot numarası, sütür kalınlığı, sütürün uzunluğu, sütürün rengi, 1/1 oranında iğne büyüklüğü ve diğer özellikleri görülebilir tarzda okunaklı ve bozulmayacak tarzda belirtilmelidir.
11. 12 paket ihtiva eden kutularda ambalajlanmış olmalı, içerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir. Işıktan, nemden ve sıcaktan korunmasına dair yazı olmalıdır. Seri ve kontrol numarası olmalıdır. Kutu ambalajın üzerinde, birim ambalajının üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı olmalıdır.
12. Sütür ambalajının kullanım esnasına kadar nemden, ısıdan, ışıktan korunması için bir yüzü şeffaf film diğer yüzeyi kağıttan (Örn:TYVEK)olmalıdır.Ayrıca iç ambalajı plastik/ambalajda olmalıdır.
13. İç ambalajdaki iğne, portekü ile tutulması için kolay görülebilmelidir. İğnenin ucu travmatize olmaması için silikon veya köpük tampon ile korunmalıdır.
14. Sütür, iç paketten hafızalı çıkmaması/düğümlememesi için, makara sistemi ile veya kartonda ise düğümlemeyi/hafızayı engelleyecek şekilde bulundurulmalıdır.
15. Kutu ambalaj üzerindeki bilgiler poşet ambalajın üzerine görülebilir şekilde olmalıdır.
16. Kutu ambalaj içerisinde ürüne ait prospektüs olmalıdır.TÜRKÇE açıklamalı prospektüs olmalıdır.
17. Birim ambalajın üzerinde imalatçı firmanın ticari adı veya kısa adı, iğne cinsi, iğne adedi ve iğne boyu (mm olarak), lot numarası, sütür kalınlığı, sütürün uzunluğu, sütürün rengi, 1/1

HAZIRLAYANLAR

Doç. Dr. Akile ZENGİN DENİZ
Genel Cerrahi A.D. Öğr. Üyesi
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45894

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 12.01.2026

Basım Tarihi : 12.01.2026

KOD : 38.837A1

MALZEME ADI : MİKRO ONKORLU İĞNELİ YARA KAPAMA MATERYALİ NO:0 30 CM

oranında iğne büyüklüğü ve diğer özellikleri görülüp, okunaklı ve bozulmayacak tarzda belirtilmelidir.

18. Kutu ambalajın üzerinde, birim ambalajının üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı olmalıdır.

19. Antialerjik, nonantijenik ve steril olmalıdır.


20. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.

21. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir.(Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.

22. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Doç. Dr. Akile ZENGİN DENİZ
Genel Cerrahi A.D. Öğr. Üyesi
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

