

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 88145 : 88145
Talep Eden Birim: ANJİO LABORATUVARI KARDİYOLOJİ

16.02.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

ÖNEMLİ NOT: TEKLİFİNİZE MAİL ADRESİNİZİ ve İLETİŞİM NUMARANIZI YAZINIZ. TEKLİFİNİZİ butceplan@ogu.edu.tr (Telefon: 1093-1094) MAİL ADRESİNE GÖNDERİNİZ. (Teklifini kapalı zarf ile elden teslim etmeyen yada butceplan@ogu.edu.tr mail adresine göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)

İdare Yetkilisi
Esra GÜLTEKİN
Mali Hizmetler Müdürü

Son Teslim Tarih & Saat : 19.02.2026 11:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	37.276B	INTRADUCER KATETER SHEAT (ERİŞKİN) 6F(270004713)		500,00	ADET		
2	37.276L	INTRADUCER KATETER SHEAT (ERİŞKİN) 9F(270004716)		100,00	ADET		
3	37.494	SAĞ JUDKINS KORONER KATETERİ 5F JR4		10,00	ADET		
4	37.965D	ANJİYOGRAFI KORONER KATATERİ 5F, JL 3,5 100CM		20,00	ADET		

1- İNTERNET ADRESİMİZ: <https://hastane.ogu.edu.tr/> ---- HIZLI ERİŞİM--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARİÇ OLMALIDIR.

3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 150 GÜN İÇİNDE ÖDENECEKTİR.

4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.

5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR. 7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEME ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR.

8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEME ALINMAYACAKTIR.

9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : KARDİYOLOJİ POL.

Şartname Numarası : 41620

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 04.10.2021

Basım Tarihi : 12.02.2026

KOD : 37.276

MALZEME ADI : INTRADUCER KATETER SHEAT (ERİŞKİN)

1. Kalp kateterizasyonu ve koroner anjiyografide kullanılacaktır.
2. Intraducer 5F-12F kalınlıkta değişik çaplarda seçenekleri olmalıdır.
3. Introducer set hemostatis valfli kılıf, bir adet kılıfla bağlı stopcock, 1 adet guidwire ve 1 adet dilatör içermelidir.
4. Intraducer set 0.038" guidwire ile kullanılabilir.
5. Kılıf uzunluğu 11 cm den kısa olmamalı, dilatör yeterli uzunlukta olmalı, etilen oksit ile steril edilmiş olmalı, guidwire'in bir ucu J diğer ucu düz, her iki ucu fleksible, çapı 0.035"-0.038" olmalı 18 G iğne ile kullanılmalıdır.
6. Sheat içinde kateter geçirildiğinde, kateterin kenarından (valf ile kateter arasından) kan sızdırmamalıdır.
7. Sheat içerisindeki dilatörün, geriye kaçmaması için dilatör kilidi olmalıdır.
8. Sheat'a bağlı bir yan uzatma bulunmalıdır.
9. Yeterli esneklik ve dayanıklılıkta olmalıdır.
10. Kan kaybını azaltmak için kullanılan STOP-COCK kilitli olmalıdır.
11. Sheatların kullanım kolaylığı sağlamak için renk kodlu olmalıdır.
12. Malzeme tek tek steril paketlerde bulunmalıdır.
13. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
14. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.
15. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Dr. Öğr. Üyesi Erdi BABAYİĞİT
Kardiyoloji A.D. Öğr. Üyesi
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 44634

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 10.02.2025

Basım Tarihi : 12.02.2026

KOD : 37.494

MALZEME ADI : SAĞ JUDKİNS KORONER KATETERİ 5F JR4

- 1- Kateterler radyoopak özelliği yüksek, bire bir tork özelliğine sahip olmalıdır.
- 2- Kateter gövdesi braided yapıda ve distal ucu soft tip özelliğinde olmalıdır, kılıfa girilirken ve manüpilasyon sırasında kırılmayacak uygun özellikte bir malzemeden üretilmiştir.
- 3- Kateterler biocompatible malzemeden üretilmiş ve trombojeniteyi azaltma ve kayganlığı sağlamak için uygun guidevire çapı yazılı olmalıdır.
- 4- Kateterler proksimal ucu plastik hub olmalı, bu hub üzerinde kateterin çapı ve uygun guidewire çapı yazılı olmalıdır.
- 5- Kateter 5F boyutunda olup, yüksek akım özelliğinde olmalıdır.
- 6- Kateterin içi lümen çapı 0,035inch lik guidewire'in çalışmasına imkan verecek genişlikte olmalıdır.
- 7- Kateterler 1200 PSI basınca dayanıklı olmalıdır.
- 8- Kateter ucunun curve'ü JR 4 Sağ Judkins Koroner Kateter tipinde olmalıdır.
- 9- Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
- 10- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
- 11- Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Dr. Öğr. Üyesi Erdi BABAYİĞİT
Kardiyoloji A.D. Öğr. Üyesi
İmzası

ONAYLAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 1994

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 12.02.2026

Basım Tarihi : 12.02.2026

KOD : 37.965

MALZEME ADI : FEMORAL-SOL KORONER A KATETERİ(JUDKİNS TEK.SUPER FLOW) 5FR (I) 3,5CM CURVE

1. Kateterler radyoopak özelliği yüksek, bire bir torq özelliğine sahip olmalıdır.
2. Kateter gövdesi braided yapıda ve distal ucu soft tip özelliğinde olmalıdır, kılıfa girilirken ve manüpilasyon sırasında kırılmayacak uygun özellikte bir malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3. Kateterler biocompatible malzemeden üretilmiş ve trombojeniteyi azaltma ve kayganlığı sağlamak için uygun bir madde ile kaplı olmalıdır.
4. Kateterlerin proksimal ucu plastik hub olmalı, bu hub üzerinde kateterin çapı ve uygun guidewire çapı yazılı olmalıdır.
5. Kateterler 5F boyutunda olup, hızlı akım özelliğinde olmalıdır.
6. Kateterlerin iç lümen çapı 0,038" lik guidewire'in çalışmasına imkan verecek genişlikte olmalıdır.
7. Kateter ucunun curve çapı 3,5 cm olmalıdır.
8. Kateterler 1200 psi basınca dayanıklı olmalıdır.
9. Kateter sol judkins koroner JL - 3.5 tipinde olmalıdır.
10. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.
11. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Dr. Öğr. Üyesi Erdi BABAYİĞİT
Kardiyoloji A.D. Öğr. Üyesi
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası