

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 88188 : 88188
Talep Eden Birim: PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE EST. CER. POL.

20.02.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

ÖNEMLİ NOT: TEKLİFİNİZE MAİL ADRESİNİZİ ve İLETİŞİM NUMARANIZI YAZINIZ. TEKLİFİNİZİ butceplan@ogu.edu.tr (Telefon: 1093-1094) MAİL ADRESİNE GÖNDERİNİZ. (Teklifini kapalı zarf ile elden teslim etmeyen yada butceplan@ogu.edu.tr mail adresine göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)

İdare Yetkilisi
Esra GÜLTEKİN
Mali Hizmetler Müdürü

Son Teslim Tarih & Saat : 25.02.2026 10:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	37.522E	EL DERMATOM BIÇAĞI.		80,00	ADET		

1- İNTERNET ADRESİMİZ: <https://hastane.ogu.edu.tr/> ---- HIZLI ERİŞİM--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARIÇ OLMALIDIR.

3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 150 GÜN İÇİNDE ÖDENECEKTİR.

4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR. AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDEN YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR. ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.

5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.

6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.

7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEMEYİ ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECİKTİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÖM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46025

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 18.02.2026

Basım Tarihi : 18.02.2026

KOD : 37.522E

MALZEME ADI : EL DERMATOM BIÇAĞI.

1. ÜRÜN PASLANMAZ ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
2. HER 10'LUK PAKETTEN 8 ADET ALIMA 1 ADET EL DERMATOM CİHAZI VERİLMELİDİR.
3. ÜRÜN ON'LU PAKETLERDE TESLİM EDİLMELİDİR, FİYAT ADET FİYATI VERİLECEKTİR. (ON'LU PAKET FİYATI DİKKATE ALINMAYACAKTIR.)
4. HER 80 ADET DERMATOM BIÇAĞI İÇİN 1 ADET DERMATOM CİHAZI KULLANIM AMAÇLI VERİLECEKTİR.
5. BIÇAK ÖLÇÜLERİ VERİLECEK DERMATOM STANDARDINA UYGUN OLMALIDIR.
6. CİHAZA MONTAJI KOLAY VE GÜVENLİ OLMALI, KULLANIM SIRASINDA GEVŞEME YAPMAMALIDIR.
7. ÜRÜN, İNSAN DOKUSU İLE TEMASINA UYGUN, BİYOUYUMLU MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
8. ÜRÜN KOROZYONA, PASLANMAYA VE DEFORMASYONA KARŞI DAYANIKLI OLMALIDIR.
9. ÜRÜN DERİ GREFTİ ALIMINDA DÜZGÜN KALINLIKTAKİ VE KESİNTİSİZ KESİM YAPABİLMELİDİR.
10. ÜRÜN DOKUYA MİNİMUM TRAVMA OLUŞTURMALIDIR.
11. ÜRÜNÜN KESİCİ YÜZEYİ PÜRÜZSÜZ VE MİKROSKOBİK DÜZEYDE DÜZGÜN OLMALIDIR.
12. ÜRÜN KESİM SIRASINDA DÜZGÜN, HOMOJEN VE TİTREŞİMSİZ BİR PERFORMANS SAĞLAMALIDIR.
13. ÜRÜN EN AZ 2 YIL MİATLI OLARAK ÜRETİLMİŞ VE TELİMAT SIRASINDE EN AZ 1 YIL MİATLI OLMALIDIR.
14. ÜRÜN NUMUNESİ İSTENMESİ DURUMUNDA İSTENİLEN BİRİME TESLİM EDİLECEK, İSTENİLDİĞİNDE NUMUNE TESLİM ETMEYEN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
15. ÜRÜN ORJİNAL AMBALAJINDA TESLİM EDİLECEK, AMBALAJ ÜZERİNDE ÜRETİM TARİHİ, SON KULLANMA TARİHİ VB. BİLGİLER BULUNMALIDIR.

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Yakup KARABAĞLI
Plastik Cerrahi A.D. Öğr. Üyesi
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası