

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 88415 : 88415
Talep Eden Birim: PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE EST. CER. POL.

09.03.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

NOT: ÖNEMLİ MAİL ADRESİNİZİ YAZINIZ. hastanesatinalma@ogu.edu.tr

Teslim Tarih & Saat : 12.03.2026 13:00

ESRA GÜLTEKİN
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	71.251J	STANDART MODEL SIVRI KÜT UÇLU DÜZ 14,5CM MAKAS		15,00	ADET		
2	70.516	ESMARCH ALÇI MAKASI TEK AĞIZ TIRTIKLI 23CM MAKAS		5,00	ADET		
3	70.516A	ESMARCH ALÇI MAKASI TEK AĞIZ TIRTIKLI 20 CM MAKAS		3,00	ADET		
4	72.259B	ADSON DOKU PENSETİ DIŞLI (2X3 DIŞ)		5,00	ADET		
5	71.878D	ADSON BROWN DIŞLI DOKU PENSETİ, SIVRI UÇLU 12 CM		5,00	ADET		
6	71.1694G3	PENSET STANDART MODEL 16 CM		15,00	ADET		
7	70.517	PORTOGÜ CRİLLE - WOOD 14,5 CM		5,00	ADET		
8	71.1449C	MOYNIHAN YANA EĞİMLİ 15 CM KLEMP		20,00	ADET		

- 1- İNTERNET ADRESİMİZ: www.ogu.edu.tr ---- HASTANE--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.
- 2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARİÇ OLMALIDIR.
- 3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 60 GÜNDE ÖDENECEKTİR.
- 4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR. AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDEN YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR. ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.
- 5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.
- 6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.
- 7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ, BAYİ, ALT BAYİ) FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR.
- 8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÖM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 2

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46041

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 19.02.2026

Basım Tarihi : 19.02.2026


KOD : 71.139

MALZEME ADI : CERRAHİ EL ALETLERİ GENEL ŞARTNAMESİ

1. Cerrahi Aletler, paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
2. Cerrahi Aletlerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır. Aletlerin barkod kodlu ambalajlarda olması zorunludur. Kurum gerek görmesi halinde barkod kodunu vererek imalatçı firmadan aletler hakkında tek tek bilgi sahibi olma hakkına sahiptir.
3. Cerrahi Aletler 134 derecede buharlı veya gazlı otoklavda sterilizasyona uygun olacaktır.
4. İstekliler set/grup bütünlüğünün korunması ve aletlerde standardizasyonun sağlanması için ihtiyaç listesinde belirtilen ürünlerin tamamına teklif vermelidirler.İştirakçi firmalar istenildiği takdirde teklif verilen kalemlerden idarenin belirlediği süre içerisinde numune vereceklerdir. Numunelerini idarenin belirlediği süre içerisinde sunmayan, eksik ya da hatalı sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır. Teklif verilen kalemlerden birer adet numune verilmesi zorunludur.
5. İştirakçi firmalar genel alet kalitesinin incelenebilmesi için tüm branş alet numunelerinin aynı özellikte ve ölçülerde olanlarını kendi markalarına ait olmak üzere numune olarak teklif dosyası ile birlikte teklif saatine kadar komisyona sunacaklardır. Teklif edilen ürünler aynı marka olacaktır.
6. İştirakçi firmalar tarafından verilecek olan bu numuneler genel alet kalitesinin incelenebilmesi ve cerrahi aletlerin teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunu teyit etmek amacıyla gerekirse TSE 5172 EN 13402 de belirtilen metal malzeme korozyon testine tabi tutulacaktır. Cerrahi aletlerin teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunu teyit etmek amacıyla yapılacak tüm testler, deneyler ve bunların belgelendirilmesiyle ilgili tüm masraflar katılımcı firmalara ait olacaktır. Teklif veren firmalar hastanece yapılacak olan bu testi kabul etmiş olacaktır.
- İştirakçi firmalar genel alet kalitesinin incelenebilmesi için belirtilen genel alet numunelerini tüm cerrahi setleri temsilen istek listesinden branş alet numunelerinin aynı özellikte ve ölçülerde olanlarını kendi markalarına ait olmak üzere teklif verecekleri grubun tüm setlerini temsilen numune olarak idarenin belirlediği süre içerisinde idarenin belirlediği yere sunacaklardır. Numunelerini belirlenen süre içerisinde sunmayan veya eksik yada hatalı sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.
- * Numuneler elle , gözle, gerekirse mikroskop altında incelenecek ve otoklavda test edilecektir. Yapılacak Aletlerde ağızların birbirine tam olarak temas etmemesi, saplarındaki elastik yapının bulunmaması, kilitlenebilen tiptekilerin zor açılıp zor kapanması, eklem yerlerinde ve ağızlarda çapak bulunması gibi durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır. İdare tarafından gerekli görülürse numuneler 30 gün süre ile kullanılacak, klinik görüş alındıktan sonra numuneler firmalara geri teslim edilecektir.
- * Cerrahi aletlerin fonksiyonları gereği bulunması gerekenlerin dışında keskin kenar bulunmamalıdır.
- * Cerrahi aletlerin bacaklarına kuvvet uygulandığında ortaya çıkan bükülme direncine ve kuvvet azaldığında bacakların ilk pozisyona dönmesini sağlayan "elastiki yapıya" sahip olmalıdır.
- * Cerrahi aletlerin kesici ve tutucu çeneleri sabit ve düzgün hareket etmelidir.
- * Kilit mekanizmasında bacakları yumuşak kilitleyip kolay ayrılan aletler olmalıdır.
- * Eklemsizlerde, bükülme direnci yüksek gövde, fonksiyonel uç ve ergonomik sapı olan aletler olmalıdır.
- * Cerrahi makaslar tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında elemanlarının uç kısımları bir noktada birleşmelidir.
- * Cerrahi makasların ve penslerin mafsallarında boşluk bulunmamalı, yalpalama ve laçkalaşma olmamalıdır.
- * Cerrahi makasların mafsalları yumuşak hareket etmeli ve ne çok sıkı ne de çok gevşek olmalıdır.
- * Pensetlerin sabit eklemlerinde en ufak bir yalpa bulunmamalı, ağız dilleri ve tırtılları aralık bırakılmadan birbirine geçmelidir. Diş ve tırtılların aralıkları temiz olmalıdır.
- * Pensetlerin kolları birer yay gibi esnek olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. A. Aydan KÖSE
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
A.D Öğretim Üyesi



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46041

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 19.02.2026

Basım Tarihi : 19.02.2026

KOD : 71.139

MALZEME ADI : CERRAHİ EL ALETLERİ GENEL ŞARTNAMESİ

* Portegüler tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında ağızları birbirine aralıksız oturmalıdır.* Cerrahi aletlerde kullanılan tungsten ve elmas uçların kaliteleri üzerinde önemle durulacaktır.

7. Teklif dokümanı ile birlikte verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup, istekli teklif edeceği Cerrahi Aletler şartnamede belirtilen evsafta ve aynı fonksiyonları görecektir. Teklif edilen aletlerin ölçüleri istenilenden + % 0,5 cm .uzunlukta olabilecektir. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören uç ve ağız kısmı ile işlevsel özelliklerinde istenilenin aynı olmak zorundadır.

8.İmalatçı firmanın ithalatçı firmaya vermiş olduğu garanti belgesi

-Cerrahi aletler için :2 Yıl

-Yedek Parça ve Servis için :10 Yıl (Ücreti Karşılığında)

Garanti süresince kullanıcı hatası dışındaki kırılan veya bozulan aletler tamir yoluna gidilmeyecek 30 gün içinde yenisi ile değiştirilecektir.garanti süresi boyunca 2 kez ücretsiz periyodik bakım yapılacaktır.

10.Teklif edilen ürünlerin İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na TITUBB'a veya Ürün Takip Sistemi'ne ÜTS'ye kayıtlı olacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. A. Aydan KÖSE
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
A.D Öğretim Üyesi



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

