

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 88430 : 88430
Talep Eden Birim: PATOLOJİ

09.03.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

NOT: ÖNEMLİ MAİL ADRESİNİZİ YAZINIZ. hastanesatinalma@ogu.edu.tr

Teslim Tarih & Saat : 12.03.2026 13:00

ESRA GÜLTEKİN
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	71.065	DOKU GÖMME (BLOKLAMA) CİHAZI		1,00	ADET		

- 1- İNTERNET ADRESİMİZ: www.ogu.edu.tr --- HASTANE--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.
- 2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARİÇ OLMALIDIR.
- 3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 60 GÜNDE ÖDENECEKTİR.
- 4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.
- 5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.
- 6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.
- 7- K TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR.
- 8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
- 10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46070

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 02.03.2026

Basım Tarihi : 02.03.2026

KOD : 71.065

MALZEME ADI : DOKU GÖMME (BLOKLAMA) CİHAZI

1. Cihaz, histolojik dokuların parafine gömülerek blok haline getirilmesi için gerekli parafin eritme, gömme ve soğutma işlemlerini tek sistem içerisinde gerçekleştirebilmelidir.
2. Cihazın gömme alanını aydınlatan entegre bir aydınlatma sistemi bulunmalıdır.
3. Cihazın parafin haznesi, çalışma yüzeyleri ve ısıtıcı tepsilerinin sıcaklık ayarları dijital kontrol paneli üzerinden yapılabilmelidir.
4. Parafin haznesi, çalışma yüzeyi ve ısıtıcı tepsilerin sıcaklık ayar aralığı en az 50-75 °C arasında olmalı ve 1 derecelik artırımlarla kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.
5. Cihazda çalışma saatlerini programlama özelliği bulunmalıdır.
6. Parafin haznesi kapasitesi en az 4 litre olmalı ve parafin akış hızı ayarlanabilir olmalıdır.
7. Parafin akış sistemi el veya ayak pedalı ile kontrol edilebilmelidir.
8. Cihaz, küçük dokularla çalışmayı kolaylaştıracak her yöne ayarlanabilir büyütece sahip olmalıdır.
9. Cihaz ile birlikte harici güç kaynağına sahip, sıcaklık ayarlı en az bir adet elektrikli forseps verilmelidir.
10. Cihaz üzerinde en az 6 adet ısıtmalı forseps yuvası bulunmalıdır.
11. Kaset ve ısıtıcı tepsisi kapasitesi en az 150 kaset alabilecek kapasitede olmalıdır.
12. En az 2 adet çıkarılabilir ve ısıtmalı parafin atık tepsisi bulunmalıdır.
13. Cihazın soğutma ünitesi en az -6 °C'ye kadar soğutma yapabilmelidir.
14. Soğuk plaka kapasitesi en az 60 blok alabilecek kapasitede olmalıdır.
15. Yüklenici firma veya yetkili servisi, cihaz için geçerli TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine veya ilgili mevzuat kapsamında düzenlenmiş eşdeğer bir servis yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. Bu durum belgelendirilmelidir.
16. İstekli, teklif ettiği cihazın üretici firma tarafından satış, yedek parça temini ve satış sonrası teknik servis hizmetleri konusunda yetkilendirildiğini gösteren yetki belgesini teklif dosyasında sunmalıdır. Yurt dışından düzenlenen belgeler, ilgili ülke mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve gerektiğinde apostil şerhli olmalıdır.
17. İstekli, cihazın teknik servis hizmetlerini sağlayabileceğine ilişkin teknik servis altyapısını ve imkânlarını belgelendirmelidir. Bu kapsamda, TSE tarafından düzenlenmiş "Tıbbi Cihazlar Servis Hizmet Yeterlilik Belgesi" veya ilgili mevzuata uygun eşdeğer bir belge teklif dosyasında sunulmalıdır. İhale dokümanında istenen bu yeterlik belgesini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
18. Cihaz 220 V / 50 Hz elektrik şebekesinde çalışmalıdır.
19. Garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır. Garanti süresi boyunca arıza bildirimine en geç 48 saat içinde müdahale edilmelidir. Onarım süresi 10 iş gününü aşarsa yüklenici eşdeğer özellikte geçici cihaz temin etmelidir.

DIĞER HUSUSLAR:

1. Cihaz ile birlikte kullanılan tüm aksesuarların ve hızlı değişen yedek parça ile sarf malzemelerinin birim fiyatları (döviz bazında veya TL olarak) liste halinde sunulacaktır.
2. Cihaz değerlendirmeleri cihazın bulunduğu alan veya grubundaki mevzuatlar, yönetmeliklerin en son güncellenen ve yürürlükte olanına göre yapılacaktır ve www.titck.gov.tr adresinden "Tıbbi Cihazlar, Güvensiz Ürünler ve Gönüllü Geri Çekme" listelerinde ise teklif dikkate alınmayacaktır.
3. Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ".....marka modelcihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4. Garanti süresince olması gereken periyodik bakımlar yılda en az 2 kez olmak üzere hastane idaresi ile birlikte

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Mustafa Fuat AÇIKALIN
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEGI YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46070

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 02.03.2026

Basım Tarihi : 02.03.2026

KOD : 71.065

MALZEME ADI : DOKU GÖMME (BLOKLAMA) CİHAZI

- belirlenecek tarihlerde ücretsiz olarak yapılacaktır. Tıbbi cihaz alımlarında cihazın ilgili yetki grubu, rutin bakım periyodu (sıklığı), dâhili yazılım sistemi bulunan cihazlar için yazılımların erişim, kullanım yetki bilgilerine (program kilidi, şifre, ek güvenlik donanımı gibi), hata kodları ve müdahale aşamalarına ilişkin tedarikçi tarafından düzenlenen beyan ve bedelsiz temin edileceğine dair taahhütnameleri vermelidir.
5. Cihaz en az iki (2) yıl garantili olacak, (malzeme ve işçilik hatalarına karşı üretici firma garantisi) garanti süresince teknik servis, yedek parça garantisi satıcı firma tarafından ücretsiz karşılanacaktır. Garanti sonrası bakım koşulları en az 8 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça ve teknik servisini üretici, temsilci ve varsa yetki verilen satıcı firma sağlayacak ve hızlı devreden yedek parçaların ileriye dönük döviz bazında veya Türk Lirası fiyatlı parça listeleri ve garanti sonrası yıllık periyodik bakım bedeli ve kapsamını (parça dahil, parça hariç) istenildiğinde belirtecektir ve taahhüt name verecektir. Ayrıca garanti süresince olması gereken periyodik bakımların hangi aralıklarla ve ne şekilde olacağı, bu süreçte hangi ömürlü parçaların değişeceği belirtilecek ve taahhüt edecektir.
6. Garanti süresi içinde arıza bildirildiğinden itibaren en geç 48 saat içinde arızaya müdahale etmelidir. Müdahale sonrası yurtdışından yedek parça gerekme durumlarında en geç 5 iş günü içinde, yurtdışından yedek parça gereken durumlarda ise en geç 20 iş günü içinde cihaz çalışır hale getirilmelidir. 5 (beş) iş gününü aşan her gün ise garanti süresine eklenecektir. Tamir süresi 20 iş günü geçecek cihazların yerine firma tarafından yedek cihaz bırakacağına dair firmalar taahhütname verecektir.
7. Cihazı temin edecek firmanın cihaz ile birlikte TSE-TÜRKAK vb. onaylı kalibrasyon sertifikasını Biyomedikal ünitesine teslim etmesi gerekmektedir. Ayrıca cihazın teknik manueli ve Türkçeleştirilmiş teknik manueli kullanıcı bölüme ve Biyomedikal ünitesine verilmek üzere 2(iki) nüsha düzenleyip cihaz ile birlikte teslim edilmelidir.
8. Teklifin değerlendirilmesi sırasında firmadan demonstrasyon istenebilecektir.
9. Garanti süresince cihazın kalibrasyonu firma tarafından yapılacaktır.
10. 10 yıl içerisinde cihaz ile ilgili bir girişim gerekli ise belirtilmelidir.
11. 10 yıl içerisinde program güncellenmesi ve yenilenmesi gibi değişimler firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.
12. İstenildiğinde Cihaz Hastane Otomasyon Sistemine bağlanabilmelidir.
13. Cihazların satınalmalarında aday ve isteklinin "satış merkezi yetki belgesi" olmalıdır.

MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ:

1. Satın alınan ve montajı biten cihazın muayene, kontrol ve teslim işlemi hastane idaresinin belirleyeceği muayene komisyonu tarafından yapılacaktır. Bu esnada satıcı firmanın yetkili bir uzmanı hazır olacaktır. Muayene sırasında testleri yapacak personel ve gerekli cihazlar firma tarafından temin edilecektir. Kontrol ve muayene prosedürü sistemin uyması gereken bütün teknik özelliklerin kontrolü sağlayacak şekilde satıcı firma tarafından hazırlanacak ve muayene komisyonuna verilecektir. Komisyon bazı deneylerin yapılmasını da isteyebilir. Ayrıca yedek parça, aksesuar, Türkçe kitapçık, Türkçe Kullanım kılavuzu, Türkçe bakım onarım kitapçığı ve sarf malzemelerin kontrol ve sayımı yapılacaktır.
2. Şartnamede istenilen ve firmanın beyan ettiği katalog değerleri ile karşılandığına yönelik ölçülebilir parametrelerin, masrafları tedarikçi firma tarafından ödenmek üzere, bağımsız bir metroloji kuruluşu tarafından değerlendirileceğine ilişkin, tedarikçi tarafından düzenlenen taahhütnameleri vermelidir.

MONTAJ:

1. Cihaz satıcı firmanın teknik elemanları tarafından, kullanıcı tarafından uygun görülen yerde, tüm malzeme ve aksesuarları ile birlikte çalışır durumda teslim edilecektir. Montaj masraflarından ve montaj sırasında

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Mustafa Fuat AÇIKALIN
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46070

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 02.03.2026

Basım Tarihi : 02.03.2026

KOD : 71.065

MALZEME ADI : DOKU GÖMME (BLOKLAMA) CİHAZI

doğabilecek hasarlardan satıcı firma sorumlu olmalıdır.

2. Üretici veya satıcı firma ihale öncesi teklif edeceği cihazın kurulacağı mevcut mekanı görecektir, cihazın çalışır duruma gelmesi için gerekli olan altyapı (elektrik kablosu, tadilat, malzeme v.b.) sağlayacak ve cihazı çalışır halde teslim edecektir.

EĞİTİM:

1. Cihaz ve/veya sistem vb. ile ilgili eğitim, hastane idaresinin belirlediği bir tarihte, bedelsiz olarak, ilgili bölüm personellerine ve biyomedikal ünitesinde görevli ilgi personellere, belirlenen yerde, en fazla 3 iş günü süresince eğitim verilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Mustafa Fuat AÇIKALIN
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası