

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 88554 : 88554
Talep Eden Birim: TIBBİ MALZEME ECZANESİ

12.03.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

ÖNEMLİ NOT: TEKLİFİNİZE MAİL ADRESİNİZİ ve İLETİŞİM NUMARANIZI YAZINIZ. TEKLİFİNİZİ butceplan@ogu.edu.tr (Telefon: 1093-1094) MAİL ADRESİNE GÖNDERİNİZ. (Teklifini kapalı zarf ile elden teslim etmeyen yada butceplan@ogu.edu.tr mail adresine göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)

İdare Yetkilisi
Esra GÜLTEKİN
Mali Hizmetler Müdürü

Son Teslim Tarih & Saat : 16.03.2026 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	37.888C2	DERİN YARA TAMPONU, POLİMERİK İNTERAKTİF, 20(±2)*60(±5)CM (270019691)		50,00	ADET		
2	37.166	KLORHEKSİDİN PARAFINLI TULGAZ RULO (1500 CM²) 15X100 CM ± 2 CM(270012938)		1.500,00	ADET		

1- İNTERNET ADRESİMİZ: <https://hastane.ogu.edu.tr/> ---- HIZLI ERIŞİM--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARİÇ OLMALIDIR.

3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 150 GÜN İÇİNDE ÖDENECEKTİR.

4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYI TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.

5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.
6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FIRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEME ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR. 8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEME ALINMAYACAKTIR.

9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÖM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45341

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 11.08.2025

Basım Tarihi : 11.03.2026


KOD : 37.888C2

MALZEME ADI : DERİN YARA TAMPONU, POLIMERİK İNTERAKTİF, 20(±2)*60(±5)CM (270019691)

1. Ürün derin vücut yaralanmalarında (özellikle kurşun ve kesici-delici alet yaralanmalarında) kanama durdurma amaçlı, medikal malzemeden üretilmiş ilk yardım ürünü olmalıdır.
2. Ürün, polimerik şeklinde 20 (± 2) * 60 (± 5) cm ebatında olmalı, etken madde sayesinde kanama durdurucu özelliğine sahip olmalıdır.
3. Ürünün içeriğinde surfaktan (f68), gliserol ve süper emici starch co-polimerleri bulundurulmalıdır. İçeriğindeki surfaktan (f68) non-toksik ve non-iyonik olmalı uygulandığı bölgede ikinci bir temizleme ajanının kullanımına gerek kalmamalıdır.
4. Ürün oksijen, karbondioksit ve nem buharı geçiren, sıvı ve bakteri geçişine izin vermeyen yarı geçirgen ince bir film tabakasına sahip olmalı operasyon bölgesinde kalabilmeli bu hali ile kullanım kolaylığı sağlamalıdır.
5. Ürün otolitik debridmanı destekler özellikte olmalıdır. Kapiller kan akışını düzenlemeli, dokudaki ödem çözerken enflamasyon yapmamalı ve hasarlı dokuda ki harabiyeti azaltmalıdır.
6. Ürün suda çözünen bileşikli olup içeriğindeki gliserol uygulandığı bölgeyi nemlendirirken kötü kokuları giderme özelliğine sahip olmalıdır.
7. Ürün subkutan dokudan ve ciltten kapiller etki ile sodyum iyonlarını emerek ağrı iletimini kesmeye yardımcı olmalıdır.
8. Ürün uygulandığı bölgede vücut sıvısı ile aktive olup tedricen salınmalı ve ürün ağırlığının en az 10 katı sıvı emebilmelidir.
9. Ürün uygulandığı bölgede uzun süreli kalabilmeli, lateks içermemeli ve non alerjik olmalıdır.
10. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
11. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
12. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.


HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Yakup KARABAĞLI
Plastik Cerrahi A.D. Öğr. Üyesi
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 44801

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 18.03.2025

Basım Tarihi : 11.03.2026

KOD : 37.166

MALZEME ADI : KLOREKSİDİN PARAFİNLİ TULGAZ RULO (1500 CM²) 15X100 CM ± 2 CM(270012938)

1. Ürün; %5 Kloreksidin asetat BP ihtiva eden yumuşak parafinle doldurulmuş seyrek dokunmuş leno bezinden meydana gelmelidir.
2. 1 adeti; (1500 cm²) 15X100 cm ± 2 cm ebatında olmalıdır.
3. Homojen dağılmalıdır.
4. Ambalaj kolayca açılmalıdır.
5. Kontaminasyona neden olmayacak özellikte olmalıdır.
6. Yaraya yapışmamalıdır.
7. Rulo halinde olacaktır.
8. Kokusuz olmalıdır.
9. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
10. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
11. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Yakup KARABAĞLI
Plastik Cerrahi A.D. Öğr. Üyesi
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası