

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 88558 : 88558
Talep Eden Birim: TIBBİ MALZEME ECZANESİ

12.03.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

ÖNEMLİ NOT: TEKLİFİNİZE MAİL ADRESİNİZİ ve İLETİŞİM NUMARANIZI YAZINIZ. TEKLİFİNİZİ butceplan@ogu.edu.tr (Telefon: 1093-1094) MAİL ADRESİNE GÖNDERİNİZ. (Teklifini kapalı zarf ile elden teslim etmeyen yada butceplan@ogu.edu.tr mail adresine göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)

İdare Yetkilisi
Esra GÜLTEKİN
Mali Hizmetler Müdürü

Son Teslim Tarih & Saat : 16.03.2026 10:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	37.009K	STERİL AMELİYAT EL DİVENİ 6.5 NO(270001776)		2.000,00	ADET		
2	37.010	CERRAHİ EL DİVEN PUDRASIZ 7 NO(270001585)		10.000,00	ÇİFT		
3	37.080	OKSİJEN MASKESİ(ERİŞKİN)(270000275)		5.000,00	ADET		
4	37.157	OKSİJEN KANÜLÜ(ERİŞKİN)(270001710)		10.000,00	ADET		
5	150030399	HASTA ALT BEZİ (10-13 YAŞ) (PEDIATRİK)		1.500,00	ADET		
6	37.295	PRESURE INFUSION CUF		100,00	ADET		
7	34.034B	PREZERVATİFLİ SONDA(270003135)		750,00	ADET		

1- İNTERNET ADRESİMİZ: <https://hastane.ogu.edu.tr/> ---- HIZLI ERIŞİM--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARİÇ OLMALIDIR.

3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 150 GÜN İÇİNDE ÖDENECEKTİR.

4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR.AYRICA 31.12.2008

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR. 5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.

6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.

7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR.

8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMeye ALINMAYACAKTIR.

9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45831

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 03.12.2025

Basım Tarihi : 11.03.2026


KOD : 37.009K

MALZEME ADI : STERİL AMELİYAT ELDİVENİ 6.5 NO(270001776)

1. Gamma ışını ile steril edilmiş olmalıdır.
2. Kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
3. Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır.
4. Cerrahi eldivenlerin iç yüzeyleri kaydırıcı ile kaplanmış olmalıdır.
5. Ambalajlar yırtık, deforme olmuş olmamalıdır.
6. Ambalajlar istenildiğinde steril tekniğe uygun bir şekilde kolay açılabilir olmalıdır.
7. Eldivenler giyilip müdahale için cilde dokunulunca cilt hissedilmelidir. (Dokunma hissi olmalıdır.)
8. Kolay yırtılmamalıdır.
9. Eldivenler yumuşak ve ince olmalıdır.
10. Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, eldivenler pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır.
11. Eldiven yapısı pürüzsüz olmalı, pütürlü olmamalıdır.
12. Doku kalınlığı her yerde aynı olmalıdır.
13. Giyildiğinde ele tam oturmalıdır.
14. Hipoallerjenik olmalıdır.
15. Eldivenler uzun süre kullanıldığında ve ıslandığında yapısında bozulma olmamalıdır.
16. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
17. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
18. Teslim edilecek ürün orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.


HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45830

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 03.12.2025

Basım Tarihi : 11.03.2026

KOD : 37.010

MALZEME ADI : CERRAHI ELDIVEN PUDRASIZ 7 NO(270001585)

1. Pudrasız olmalıdır. Pudrasız üretildiğine dair onaylı ürün üretim belgesi teklif dosyasında sunulmalıdır.
2. Gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır.
3. Kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
4. Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır.
5. Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, eldivenler pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır.
6. Ambalajlar yırtık, deforme olmuş olmamalıdır.
7. Ambalajlar istenildiğinde steril tekniğe uygun bir şekilde kolay açılabilir olmalıdır.
8. Hipoallerjenik olmalıdır.
9. Eldivenler giyilip müdahale için cilde dokunulunca cilt hissedilmelidir. (Dokunma hissi)
10. Kolay yırtılmamalıdır.
11. Eldivenler yumuşak ve ince olmalıdır.
12. Eldivenler uzun süre kullanıldığında ve ıslandığında yapısında bozulma olmamalıdır.
12. Eldiven yapısı pürüzsüz olmalı, pütürlü olmamalıdır.
13. Doku kalınlığı her yerde aynı olmalıdır.
14. Giyildiğinde ele tam oturmalıdır.
15. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
16. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
17. Teslim edilecek ürün orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 43822

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 25.05.2018

Basım Tarihi : 11.03.2026

KOD : 37.080

MALZEME ADI : OKSİJEN MASKESİ(ERİŞKİN)(270000275)

- 1- Tıbbi PVC'den veya nonallerjen tıbbi silikondan imal edilmiş olmalıdır. Plastik kokmamalıdır.
- 2- Maskesi ve hortumu ayrı ayrı bulunmalı ve esnek olmalıdır. Arkadan başa geçirilmesi için boyu ayarlanabilir lastiği bulunmalıdır.
- 3- Şeffaf olmalıdır.
- 4- Maskenin hortum kısmı ameliyathane ve reanimasyon ünitemizde bulunan merkezi oksijen sistemine bağlı kadehlere rahatlıkla bağlanabilecek şekilde yumuşak olmalıdır, bu konneksiyon kısmı tercihan konik yapıda olmalıdır.
- 5- Maskeler erişkin boyda olmalıdır.Ürünün hiçbir şekilde kokusu olmamalıdır. Plastik v.b. kötü kokuları olmamalıdır.
- 6- Maskenin yüze değen kısımları yuvarlatılmış ve düz kenarlı pürüzsüz olmalıdır.
- 7- Maskenin buruna ayarlanabilir metal aksamı olmalıdır.
- 8- Bağlantıları merkezi O2 monometresine uyumlu olmalıdır. Bu nedenle bağlantıları yumuşak olmalıdır.(Manometreye bağlanacak bağlantı kısmı çabuk çıkacak kadar yumuşak veya bağlantıyı zorlaştıracak kadar sert yapıda olmamalıdır.)
- 9- Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
- 10- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir.(Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
- 11- Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.


HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizmetleri Müdür Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 44284

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 25.05.2018

Basım Tarihi : 11.03.2026

KOD : 37.157

MALZEME ADI : OKSİJEN KANÜLÜ(ERİŞKİN)(270001710)

1. Tıbbi PVC'den veya nonallerjen tıbbi silikondan imal edilmiş olmalıdır. Plastik kokmamalıdır.
2. Oksijen sevk edilmesini sağlayan uçları olmalıdır. Uçları tıkalı olmamalıdır.
3. Hastanın başına göre arkadan ayarlanabilir olmalıdır. Ayar materyali sıkı olmalı ve ayarlandıktan sonra gevşememelidir.
4. Hastanın burnuna giren uçları yumuşak, şeffaf ve yeterli uzunlukta pürüzsüz olmalıdır.Ürün kesinlikle kokusuz olmalıdır. Plastik v.b. kötü kokusu olmamalıdır.
5. Bağlantıları merkezi oksijen manometresine uyumlu olmalıdır. Bu nedenle bağlantıları yumuşak olmalıdır.King yapmamalıdır.
6. Septum aralığı ve septum girişleri yeterli olmalı, tahrişe neden olmamalıdır.
7. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
8. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
9. Teslim edilecek ürün orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.


HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46109

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 14.10.2025

Basım Tarihi : 11.03.2026

KOD : 76.118D

MALZEME ADI : HASTA ALT BEZİ (10-13 YAŞ) (PEDIATRİK)

1. En dışta polieliten su geçirmez kısım olacaktır.
2. Selüloz tabaka olacaktır.
3. En iç tabaka tek taraflı geçirgen su tutmaz tabaka olacaktır.
4. Vücuda tam uyumlu anatomik olacaktır.
5. Kendinden defalarca yapışma özelliği olan bantlardan olacaktır.
6. Sıvının jelleşmesini sağlayarak akmasını ve hastayı rahatsız etmesini engelleyecek özellikte olacaktır.
7. Hasta altı bezi bağlamalı ve bariyerli olacaktır. Bariyer sızdırmaz olmalıdır. Bariyer kısmında bulunan lastik, bacağı rahatsız etmeyecek, dokuyu zedelemeyecek biçimde olmalıdır.
8. 10-13 yaş grubu için kullanıma uygun olmalıdır.
9. Ses çıkarmayan özellikte olmalıdır.
10. Cildin hava almasını sağlamalıdır.
11. Hipoallerjenik özellikte olmalıdır. Cildi tahriş etmemelidir.
12. Atıklarla ilgili ulusal kanunlara uyulması şartıyla çevre için bir risk oluşturmamalıdır.
13. Tek kullanımlık olmalıdır. Tek kullanımlık işaretini taşımalıdır.
14. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
15. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
16. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46110

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 14.10.2025

Basım Tarihi : 11.03.2026

KOD : 37.295

MALZEME ADI : PRESURE INFUSION CUF

1. Basınç uygulama torbası 1000 ml torba serumu alacak büyüklükte olmalıdır.
2. Şişirme balonu ve bu balonda kontrol edici valfe sahip olmalıdır.
3. Şişirme balonu ve uygulama torbası arasında 30 cm olan ve üzerinde klemp bulunan tüp bağlantı bulunmalıdır.
4. Basıncı 0-300 mmHg arasında gösteren ve üzerinde askıya uygun bölümü olan manometre bulunmalıdır.
5. Basınç uygulama temizlenebilir kumaştan yapılmalı ve torbasının bir bölümü içine konulan mayinin kolayca görülebileceği şekilde gözenekli yapıda olmalıdır.
6. Pompanın purar vidası torba havasının boşaltılması esnasında puardan ayrılmayacak şekilde sabit olmalıdır.
7. Pompa; kan, plazma veya medikal torba içinde kullanıma sunulmuş sıvıların basınçlı uygulanmasına uygun olmalıdır.
8. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
9. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
10. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.


HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 42129

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 25.05.2018

Basım Tarihi : 11.03.2026


KOD : 34.034B

MALZEME ADI : PREZERVATİFLİ SONDA(270003135)

1. Embriyo toksik madde içermeyen ve pudrasız olmalıdır
2. Steril ve orijinal ambalajında tek tek paketlenmiş olmalıdır.
3. Prezervatif kısmı cildi ve dokuyu tahriş etmeyecek özellikte olmalıdır.
4. Atravmatik yapıya uygun olmalıdır.
5. Yırtık, delik,patlak olmamalıdır.
6. Esnek yapıda olup, cilde tam oturmalıdır.
7. Prezervatif sonda tespit bandı olmalıdır.(yedekli)
8. Erkek hastalarda kullanılacaktır.
9. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
10. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
11. Teslim edilecek ürün orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

