

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 88819 : 88819
Talep Eden Birim: TIBBİ MALZEME ECZANESİ

06.04.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

ÖNEMLİ NOT: TEKLİFİNİZE MAİL ADRESİNİZİ ve İLETİŞİM NUMARANIZI YAZINIZ. TEKLİFİNİZİ butceplan@ogu.edu.tr (Telefon: 1093-1094) MAİL ADRESİNE GÖNDERİNİZ. (Teklifini kapalı zarf ile elden teslim etmeyen yada butceplan@ogu.edu.tr mail adresine göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.)

**İdare Yetkilisi
Esra GÜLTEKİN
Mali Hizmetler Müdürü**

Son Teslim Tarih & Saat : 08.04.2026 13:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	37.368	ELASTİK BANDAJ 15 CM(270001756)		2.000,00	ADET		
2	37.368A	ELASTİK BANDAJ 20 CM(270001758)		1.500,00	ADET		
3	37.191	STERİL İDRAR TORBASİ (KIZ İÇİN)(270000027)		1.000,00	ADET		
4	37.210	İNTRAKET NO:22 (MAVİ)(270001637)		20.000,00	ADET		
5	37.209	İNTRAKET NO:20 (PEMBE)(270001789)		40.000,00	ADET		

1- İNTERNET ADRESİMİZ: <https://hastane.ogu.edu.tr/> ---- HIZLI ERİŞİM--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARIÇ OLMALIDIR.

3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 150 GÜN İÇİNDE ÖDENECEKTİR.

4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYELİDİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VEVEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYI TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

- 5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.
- 6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.
- 7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ, BAYI, ALT BAYI)FİRMAYA AIT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR.
- 8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AIT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
- 10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 2

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 43010

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 24.05.2018

Basım Tarihi : 02.04.2026


KOD : 37.209

MALZEME ADI : INTRAKET NO:20 (PEMBE)(270001789)

1. Ürün teflondan yapılmış olmalıdır.
2. Intraketin damara giren plastik kısmı çok çabuk deforme olmamalıdır. Ciltten damara geçerken veya damar içinde büzülmemeli ve kıvrım kıvrım olmamalıdır.
3. Ürün yapısal özelliği nedeniyle damara ve dokuya zarar vermemelidir.
4. Ürün iğne ucu ve plastik kısmında pürüzler ve çapaklar olmamalı, dokuda kolayca kaymalıdır.
5. Ürün iğne ucu ve plastik kısmı çok sert ve çok yumuşak olmamalıdır.
6. Ürün 20 G kanül çapına sahip olmalıdır.
7. İnfüzyon sırasında ilaç verilebilmesi için enjeksiyon portu olmalı, kontaminasyona neden olmaması için portu kapaklı olmalıdır. Kapakların bağlantı yerleri çabuk kırılmamalı ve çabuk kopmamalıdır.
8. Her 3 intraket için 1 adet tek tek ambalajlanmış steril paketlerde intraket kapağı verilecektir.
9. Intraketlerde cild tespiti ve uygulama kolaylığı sağlayan kanülün ana gövdesinin kenarlarında tespit kanatları olmalıdır.
10. Intraketin damara giren kısmının kanat ile bağlantı yerinde kırılma, çatlama sızdırma olmamalıdır.
11. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
12. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
13. Teslim edilecek ürün orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.


HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ SERVİSİ

Şartname Numarası : 42087

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 24.05.2018

Basım Tarihi : 02.04.2026


KOD : 37.210

MALZEME ADI : INTRAKET NO:22 (MAVI)(270001637)

1. Ürün teflondan yapılmış olmalıdır.
2. İntraketin damara giren teflon kısmı çok çabuk deforme olmamalıdır. Ciltten damara geçerken veya damar içinde büzülmemeli ve kıvrım kıvrım olmamalıdır, damar içine yerleştirildiğinde kateter bütünlüğü bozulmamalıdır.
3. Ürün yapısal özelliği nedeniyle damara ve dokuya zarar vermemelidir.
4. Ürünün iğne ucu ve plastik kısmında pürüzler olmamalı, dokuda kolayca kaymalıdır.
5. Ürünün iğne ucu ve plastik kısmı çok sert ve çok yumuşak olmamalıdır.
6. Ürün 22 G kanül çapına sahip olmalıdır.
7. İnfüzyon sırasında ilaç verilebilmesi için enjeksiyon portu olmalı, kontaminasyona neden olmaması için portu kapaklı olmalıdır. Kapakların bağlantı yerleri çabuk kırılmamalı ve çabuk kopmamalıdır.
8. Her 3 intraket için 1 adet tek tek ambalajlanmış steril paketlerde intraket kapağı verilecektir.
9. İntraketlerde cild tespiti ve uygulama kolaylığı sağlayan kanülün ana gövdesinin kenarlarında tespit kanatları olmalıdır.
10. İntraketin damara giren kısmının kanat ile bağlantı yerinde kırılma, çatlama sızdırma olmamalıdır.
11. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
12. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
13. Teslim edilecek ürün orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.


HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45538

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 25.07.2025

Basım Tarihi : 02.04.2026


KOD : 37.191

MALZEME ADI : STERİL IDRAR TORBASI (KIZ İÇİN)(270000027)

1. Ürün kız bebekler için bebeğin anotomik yapısına uygun olmalıdır.
2. Ürün bebek cildine uygun, allerji yapmayan malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. Ürün uygulama kolaylığı yönünden kolay yapıştırılabilir olmalı, aynı zamanda su ve idrarla temas halinde kolay çıkmamalıdır.
4. Ürün yapışma yerinden idrar kaçırmamalıdır.
5. Ürün idrar torbası çıkarıldığında ciltte yapışkan kalıntısı bırakmamalıdır.
6. İdrar poşetlerinin kenarlarının birleşim yerleri birbirinden ayrılmamalıdır.
7. İdrar poşetleri 100 ml idrar alma kapasitesinde olmalıdır.
8. Ürün steril olmalıdır. Sterilizasyon şekli ürün veya ambalaj üzerinde yazmalıdır.
9. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
10. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
11. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.


HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46137

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 02.04.2026

Basım Tarihi : 02.04.2026

KOD : 37.368

MALZEME ADI : ELASTİK BANDAĞ 15 CM(270001756)

1. Ürün esnekliğini uzun süre korumalıdır.
2. Ürün yıkama nedeniyle bozulmayan türden olmalıdır.
3. Ürün ebatları: 15 cm x 1,5 metre olmalıdır.
4. Ürün sıkı dokumadan yapılmış olmalı ve kullanım sırasında esnekliğini kaybetmemelidir.
5. Ürünün elastik bandajı birbirine tutturmak için clipsleri olmalıdır.
6. Ürün klipsleri plastik olmalıdır.
7. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
8. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.
9. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.


HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46138

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 02.04.2026

Basım Tarihi : 02.04.2026

KOD : 37.368A

MALZEME ADI : ELASTİK BANDAĞ 20 CM(270001758)

1. Ürün esnekliğini uzun süre korumalıdır.
2. Ürün yıkama nedeniyle bozulmayan türden olmalıdır.
3. Ürün ebatları: 20 cm x 1,5 metre olmalıdır.
4. Ürün sıkı dokumadan yapılmış olmalı ve kullanım sırasında esnekliğini kaybetmemelidir.
5. Ürünün elastik bandajı birbirine tutturmak için clipsleri olmalıdır.
6. Ürün klipsleri plastik olmalıdır.
7. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
8. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.
9. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

