

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 88851 : 88851
Talep Eden Birim: ACİL SERVİS

08.04.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

ÖNEMLİ NOT: TEKLİFİNİZE MAİL ADRESİNİZİ ve İLETİŞİM NUMARANIZI YAZINIZ. TEKLİFİNİZİ butceplan@ogu.edu.tr (Telefon: 1093-1094) MAİL ADRESİNE GÖNDERİNİZ. (Teklifini kapalı zarf ile elden teslim etmeyen yada butceplan@ogu.edu.tr mail adresine göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.)

**İdare Yetkilisi
Esra GÜLTEKİN
Mali Hizmetler Müdürü**

Son Teslim Tarih & Saat : 13.04.2026 10:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	37.853B	VAKUMLU ATEL SETİ (4 PARÇALI)		2,00	ADET		
2	37.027B	ARTER TURNİKE SETİ		2,00	ADET		

1- İNTERNET ADRESİMİZ: <https://hastane.ogu.edu.tr/> ---- HIZLI ERİŞİM--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARİÇ OLMALIDIR.

3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 150 GÜN İÇİNDE ÖDENECEKTİR.

4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.

5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.

6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.

7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FIRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AİT

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR. 8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSI TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 2

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45276

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 25.07.2025

Basım Tarihi : 02.04.2026

KOD : 37.853B

MALZEME ADI : VAKUMLU ATEL SETİ (4 PARÇALI)

1. Vakum Atel Seti acil müdahalelerde alt ve üst ekstremiteleri , vakum tekniği ile sabitleme yapılabilmesi için tasarlanmış olmalıdır.
2. Vakum Atel Seti tamamen X ışını geçirgen ve MR I BT içerisinde kullanılabilir olmalıdır.
3. Vakum Atel Seti yırtılmaya ye delinmeye mukavemetli özel bir Termoplastik Poliüretan (TPU) film materyalden imal edilmiş olmalıdır.
4. İçerisinde mikro granül yapıda sertleşmeyi sağlayan malzeme bulunmalıdır.
5. Ürün cırtlı bağlantı tekniği ile uygulanıp sıkılaştırılabilir, Velcro cırtlar atei üzerine Kaynak yapılmış adaptörler vasıtası ile ayarlanabilmelidir. Yırtılma ve kopma olmaması için dikişli olmamalıdır.
6. Ürün içerisindeki mikro granüllerin homojen bir şekilde dağılmasını sağlayan kompartmanlı (bölmeli) tasarıma sahip iç haznesi bulunmalıdır. Bu özellik vakumlama yapıldığında ürün üzerinde gözlemlenebilmelidir.
7. İç hazne, olası bir delinme veya kesilme durumunda içerisindeki mikro granüllerin etrafa saçılmasını engelleyebilecek özellikte olmalıdır.
8. Vakum atei seti kolay temizlenebilme özelliğine sahip olmalıdır . (Alkol, su ve sıvı deterjan gibi malzemeyele temizlenebilir)
10. Çantası vasıtası ile ambulans içinde en az yer kaplayacak şekilde rahatlıkla yerleştirilebilir olmalıdır.
11. Vakum Atel Seti içeriği aşağıda belirtilen malzemelerden oluşmalıdır.
 - a- 1 adet Büyük boy atei yetişkin uzun ayak-çocuk sedye olabilen özellikte olmalı 102 cm X 76 cm-40 cm konik ölçülerinde olmalıdır.
 - b- 1 adet orta boy atei yetişkin uzun kol, kısa bacak- - bebek sedye olabilecek özellikte olmalı 70 cm X 50-50 cm konik ölçülerinde olmalıdır
 - c- 1 adet orta boy küçük atei yetişkin kısa kol ,çocuk uzun bacak olabilecek özellikte olmalı 70 cm X 46-30 cm konik ölçülerinde olmalıdır
 - d- 1 adet küçük boy atei yetişkin kısa kol, ayak bileği;boyun - çocuk uzun kol, kısa ayak bebek uzun bacak özellikte olmalıdır. 54 cm X 33 cm ölçülerinde olmalıdır.
 - e- 1 adet Baş Boyun Ateli 60cm X 40cm X 65cm ölçülerinde olmalıdır. Boyun ve Baş bölgesini Sarabilecek yapıda ayarlanabilir velcro cırt sistemine sahip olmalıdır.
 - f- 1 adet Vakum pompası: El pompası Alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır ve atelerin her boyuna da uyumlu konnektörleri ile kolay uygulanıyor olmalıdır.
 - g- 1 adet Taşıma çantası: Vakum Atelerin ve vakum pompasının muhafaza edilebilmesi için yapılmış olmalıdır. Leke tutmaz Danier Polyester kumaştan imal ve su geçirmez olmalıdır. Çanta üzerinde reflektör şerit bulunmalıdır.
12. Vakum Atel Seti imalat hatalarına karşı üretici firma tarafından 2 yıl garanti kapsamında olmalı ve bilgilendirmelidir.
13. Teklif edilecek olan ürünün ÜTS Kaydı bulunmalıdır.
14. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
15. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Prof.Dr.Ergin ÖZAKIN
Acil Tıp A.D. Öğretim Üyesi
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45296

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 04.09.2025

Basım Tarihi : 02.04.2026

KOD : 37.027B

MALZEME ADI : ARTER TURNİKE SETİ

1. Cihaz, mekanik manometreli el tipi tansiyon ölçüm cihazı olmalıdır.
2. Kullanımı kolay, dayanıklı ve sağlık kuruluşlarında uzun süreli kullanıma uygun olmalıdır.
3. Ölçüm kapasitesi en az 0 - 700 mmHg aralığında olmalıdır.
4. Metal, krom kaplama gövdeden imal edilmiş olmalıdır.
5. Basınca karşı dayanıklı ve hassas ölçüm yapabilmelidir.
6. Kuvvetli, uzun ömürlü el tipi pompa bulunmalıdır.
7. Pompa gövdesi metal krom kaplama olmalıdır.
8. En az 1 adet kol manşeti bulunmalıdır.
9. En az 1 adet bacak manşeti bulunmalıdır.
10. Manşetler kolay takılıp çıkarılabilir yapıda olmalıdır.
11. Cihazın tüm parçaları sterilize edilebilir ve kolay temizlenebilir olmalıdır.
12. Sağlık Bakanlığı ve uluslararası kalite standartlarına (CE, ISO vb.) uygun olmalıdır.
13. En az 2 yıl garanti süresi olmalıdır.
14. Yetkili servis ve yedek parça temini bulunmalıdır.
15. Cihaz, tüm parçaları (pompa, manometre, kol manşeti, bacak manşeti) ile eksiksiz teslim edilmelidir.
16. Kullanım kılavuzu Türkçe olarak sağlanmalıdır.
17. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.
18. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Prof.Dr.Engin ÖZAKIN
Acil Tıp A.D. Öğretim Üyesi
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası