

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 88915 : 88915
Talep Eden Birim: TIBBİ MALZEME ECZANESİ

09.04.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

ÖNEMLİ NOT: TEKLİFİNİZE MAİL ADRESİNİZİ ve İLETİŞİM NUMARANIZI YAZINIZ. TEKLİFİNİZİ butceplan@ogu.edu.tr (Telefon: 1093-1094) MAİL ADRESİNE GÖNDERİNİZ. (Teklifini kapalı zarf ile elden teslim etmeyen yada butceplan@ogu.edu.tr mail adresine göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)

İdare Yetkilisi
Esra GÜLTEKİN
Mali Hizmetler Müdürü

Son Teslim Tarih & Saat : 14.04.2026 10:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	37.666A5	EPIDURAL PORT ENJEKSİYON İĞNESİ 20MM 20G(270001861)		1.000,00	ADET		
2	37.229	KLORHEKSİDİN PARAFINLI TÜLGAZ (100 CM ²) 10X10 CM ±2 CM(270002157)		1.000,00	ADET		
3	37.474C	UTARÜS MANİPİLATORÜ MOR		5,00	ADET		

1- İNTERNET ADRESİMİZ: <https://hastane.ogu.edu.tr/> ---- HIZLI ERİŞİM--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARİÇ OLMALIDIR.

3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 150 GÜN İÇİNDE ÖDENECEKTİR.

4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDEN YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VEVEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.

5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.

6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.

7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FIRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ, BAYI, ALT BAYI)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR.

8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VEVEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÛM KESİNTİLER YÛKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 2

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45167

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 06.06.2018

Basım Tarihi : 06.04.2026

KOD : 37.666A5

MALZEME ADI : EPIDURAL PORT ENJEKSİYON İĞNESİ 20MM 20G(270001861)

1. Ürün epidural port sistemlerine enjeksiyon amacıyla uygun olmalıdır.
2. 20Ürün G kalınlıkta, 20 mm uzunlukta olmalıdır.
3. Ürünün iğne arkasında uzatma hattı olmalıdır ve steril enjeksiyon filtresi bağlantısına uygun olmalıdır. Uzatma hattı üzerinde klemp bulunmalı ve kapatıldığında hatta ezilme kırılma olmamalıdır.
4. Uzatma hattı ve iğne arasında 90° açı olmalı ve bağlantı yerinde hazneli tutma aparatı olmalıdır. Set üzerinde hareket etmemeli ve yumuşak olmalıdır.
5. Sistemin porta bağlanacak uç kısmı huber iğne özelliğinde olmalıdır.
6. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
7. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir.(Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
8. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.


HAZIRLAYANLAR

Doç. Dr. Metin DEMİR
Tıbbi Onkoloji B.D. Öğretim Üyesi
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45347

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 27.09.2019

Basım Tarihi : 06.04.2026

KOD : 37.229

MALZEME ADI : Klorheksidin Parafinli TülgaZ (100 CM²) 10X10 CM ±2 CM(270002157)

1. Ürün; %0.5 oranında klorheksidin asetat BP ihtiva eden yumuşak parafinle doyurulmuş, seyrek bir leno benzinden meydana gelmelidir.
2. Ürünün 1 adeti; (100 CM²) 10X10 cm ±2 cm ebatında olmalıdır.
3. ürün homojen dağılmalıdır.
4. Ürün ambalajı kolayca açılmalıdır.
5. Ürün kontaminasyona neden olmayacak özellikte olmalıdır.
6. Ürün yaraya yapışmamalıdır.
7. Ürün kokusuz olmalıdır.
8. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
9. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.
10. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.
11. Teklif veren firmalardan değerlendirme sonucunda ürünü verecek firma, ürünlerin kullanılacağı gruplara Hastane İdaresi isterse belirlenecek periyot ve grup sayılarına bir dizi eğitim vereceklerdir.

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Yakup KARABAĞLI
Plastik Cerrahi A.D. Öğr. Üyesi
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 45477

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 25.09.2025

Basım Tarihi : 06.04.2026


KOD : 37.474C

MALZEME ADI : UTARÜS MANİPİLATÖRÜ MOR

1. Disposable olmalıdır.
2. Uterusa tam anteversiyon ve tam retroversiyon yaptırabilmelidir.
3. Her iki yöne tam lateral manipülasyon yaptırabilmelidir.
4. Tek başına kullanabileceği, ergonomik bir tutacı olmalıdır.
5. Kromotübasyon yapmak için ayrı bir kanalı olmalıdır.
6. Tenakuluma gerek duyulmadan yerleştirilebilmelidir.
7. Şaftın ucunda, aletin servikse sabitlenmesini sağlayan bir baloncuk olmalıdır. Balon şişirmeye karşı dirence dayanıklı olmalıdır, patlamamalıdır.
8. Dönme eksenini, pelvik organlara baskı yapmaması için serviks üzerinde olmalıdır.
9. Serviks içindeki şaft uzunluğu en az 7cm olmalıdır.
10. Servikse sabitleme sonrası, uterusa pozisyon verilmesi esnasında alet serviks üzerinde kaymamalıdır.
11. Servikse sabitleme için dış mobil şaft kullanılıyor ise iç şaft, aletin endometriuma yerleştirilmesine olanak sağlayacak ölçüde uzun olmalı ve yerleştirilme esnasında dış sabitleme şaftı yerleştirmeye engel olmamalıdır.
12. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
13. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.
14. Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Doç. Dr. V. Yavuz TOKGÖZ
Kadın Hast. ve Doğum A.D. Öğr. Üyesi
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

