

T.C.  
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  
Döner Sermaye İşletmesi  
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

**TEKLİF İSTEME FORMU**

İstem / Alım No: 88922 : 88922  
Talep Eden Birim: TIBBİ MALZEME ECZANESİ

09.04.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

**ÖNEMLİ NOT: TEKLİFİNİZE MAİL ADRESİNİZİ ve İLETİŞİM NUMARANIZI YAZINIZ. TEKLİFİNİZİ butceplan@ogu.edu.tr (Telefon: 1093-1094) MAİL ADRESİNE GÖNDERİNİZ. ( Teklifini kapalı zarf ile elden teslim etmeyen yada butceplan@ogu.edu.tr mail adresine göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)**

**İdare Yetkilisi  
Esra GÜLTEKİN  
Mali Hizmetler Müdürü**

**Son Teslim Tarih & Saat : 14.04.2026 11:00**

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	37.532A2	SİLİKON CPAP MASKESİ YÜZ İÇİN SMALL (YOĞUN BAKIM TİPİ VENTİLATÖRDE KULLANIMA UYGUN)(270013427)		100,00	ADET		
2	37.1043	DISPOSABLE ENDOSKOPIK OTOMATİK SÜTÜR ATICI KARTUŞ (POLYESTER) 18 CM 2-0		12,00	ADET		

1- İNTERNET ADRESİMİZ: <https://hastane.ogu.edu.tr/> ---- HIZLI ERİŞİM--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARIÇ OLMALIDIR.

3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 150 GÜN İÇİNDE ÖDENECEKTİR.

4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VEVEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYI TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.

5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.

6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF

**Adres:** Eskişehir

**Tel:** 0222 239 29 79 Dahili : 1048

**Fax:** 0222 239 2446

Sayfa 1

MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.

7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYI, ALT BAYI)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR.

8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

**Adres:** Eskişehir

**Tel:** 0222 239 29 79 Dahili : 1048

**Fax:** 0222 239 2446

**Sayfa** 2

T.C.  
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEGİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46153

**TEKNİK ŞARTNAME**

Şartname Tarihi : 06.04.2026

Basım Tarihi : 06.04.2026


KOD : 37.532A2

MALZEME ADI : SILİKON CPAP MASKESİ YÜZ İÇİN SMALL (YOĞUN BAKIM TİPİ VENTİLATÖRDE KULLANIMA UYGUN)(270013427)

1. Maske cildi tahriş etmeyecek özellikte özel silikondan yapılmış olmalıdır.
2. Hasta yüzüne göre şekil alabilir özellikte olmalıdır.
3. Maske hava yastıkları geniş olmalı, hasta yüzünde dolaşım bozukluğuna bağlı tahriş neden olmamalıdır.
4. En az 4 tutturucuya (hasta başına maskeyi sabitleyecek kafa bandı) sahip olmalıdır.
5. Maske üzerinde en az bir adet O2 veya test bağlantı vanası olmalıdır.
6. Maske mikroorganizma tutmayan özellikte ve kolay temizlenebilir olmalıdır.
7. Özel ambalajında paketlenmiş olmalıdır.
8. Maskelerin hepsi yoğun bakım tipi ventilatörlerde kullanıma uygun olmalıdır.
9. Tüm yüz (ağız - burun) maskesi olarak teslim edilmelidir.
10. Maskelerin hastanın yüzü ve burnu ile temas eden kısımları silikon olmalıdır.
11. Maskenin hasta yüzüne oturan kısmı kolay deforme olmamalı, yüze veya burna tam oturmalı ve hava kaçağı olmamalıdır. Sonuç olarakta %100 verimlilikle kullanılabilir özellikte olmalıdır.
12. Maskelerde ayarlanabilir alın desteği bulunmalıdır.
13. Maskeler değerlendirilirken istenilen ebatlar yukarıda belirtilse de firmaya değerlendirme sonrası tekrar bildirilecektir. Maskeler denenecek ve hasta yüzüne uymayanlar, cildi tahriş edenler kabul edilmeyecektir.
14. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
15. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
16. Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.


**HAZIRLAYANLAR**

Prof.Dr.Hüseyin YILDIRIM  
Göğüs Hastalıkları A.D.



**ONAYLAYAN**

Doç. Dr. Gürkan BOZAN  
Başhekim Yrd.  
İmzası



T.C.  
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 44290

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 31.08.2020

Basım Tarihi : 06.04.2026

KOD : 37.1043

MALZEME ADI : DISPOSABLE ENDOSKOPIK OTOMATİK SÜTÜR ATICI KARTUŞ (POLYESTER) 18 CM 2-0

1. Disposable olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlarda otomatik sutür atıcı ile birlikte kullanıma uygun olmalıdır.
3. Yükleme ünitesindeki iğnenin boyu 9 mm, çift taraflı taper özellikte olmalıdır.
4. Yükleme ünitesindeki nonabzorbe sutürün boyu 18 cm, çapı 2/0 ve metaryali kaplanmış örgülü polyester olmalıdır.
5. Yükleme ünitesindeki sutür iğnenin ortasından takılı olmalıdır.
6. Yükleme ünitesi, iğne ve sutürün endoskopik otomatik sutür atıcıya kolaylıkla yüklenebilmesi için sutür atıcının çenesi ile uyumlu özel plastik yuvada bulunmalıdır.
7. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalıdır.
8. CE belgesi ibraz edilmelidir.
9. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
10. Tıbbi cihaz satınalma işlemleri için geçerli genelgede belirtildiği üzere teklif verilecek ürünlere ait sınıflandırma ve sınıflara ait belirtilen belgeler ibraz edilmedilir.
11. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.
12. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Murat ULAŞ  
Genel Cerrahi A.D. Öğr. Üyesi  
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN  
Başhekim Yrd.  
İmzası