

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 88984 : 88984
Talep Eden Birim: BİYOMEDİKAL

14.04.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

NOT: ÖNEMLİ MAİL ADRESİNİZİ YAZINIZ. hastanesatinalma@ogu.edu.tr

Son Teslim Tarih & Saat : 20.04.2026 13:00

Esra GÜLTEKİN
Mali Hizmetler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	73.3453	MEDİKAL GAZ İÇİN: 10 LT MEDİKAL OKSİJEN TÜPÜ		30,00	ADET		

- İNTERNET ADRESİMİZ: www.ogu.edu.tr ---- HASTANE--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.
- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARİÇ OLMALIDIR.
- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 60 GÜNDE ÖDENECEKTİR.
- ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR. AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR. ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.
- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.
- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.
- KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ, BAYİ, ALT BAYİ) FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECİKTİR.
- FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDEN YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDEN YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜR KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
- YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46145

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 03.04.2026

Basım Tarihi : 03.04.2026

KOD : 73.3453

MALZEME ADI : MEDİKAL GAZ İÇİN: 10 LT MEDİKAL OKSİJEN TÜPÜ

1. Bu teknik şartname kapsamındaki 10 lt çelik tüpler, ISO 9809-1:2010 UN standardına uygun , 2010/35/EC Tip belgesi olmalıdır.
2. Tüplerin imalinde kullanılan malzeme standardında da tarif edilen özelliklerde 34CrMo4 çeliği olmalıdır.
3. Tüpler konkav taban olacaktır.Tüplerin üzerinde Üretim yılı , basınç değerleri , seri numarası , Pi işareti, markası, ağırlık bilgileri olmalıdır.
4. Tüplerin imalinde kullanılan borunun dış çapı, 10 lt.Ter için çap 140 mm, boru et kalınlığı 3,2 mm homojen ve standardında belirtilen değerlerde olmalıdır.
5. Tüpün ağırlığı 13.6 kg(+0,5 Kg.) olmalıdır.
- 6.Tüplerin iç yüzeyleri çok iyi temizlenmeli, pas, kir,tufal bulunmayacaktır.Tüplerin imal tarihi 18 aydan daha öncesi olmamalıdır.
7. Tüpler standardında belirtilen renkte boyanmalıdır. Tüplerin ventil sıkma dış ölçüsü 25E ölçülerinde olmalıdır.
8. Tüplerin tamamı yeni ve kullanılmamış olacaktır.Tüpler özel kutu ile ambalajlanmalıdır. Bu ambalaj kutusu sert tüpe zarar gelemsini engeller özellikte olmalıdır.
9. Tüpler boyalı, boş, olarak teslim edilecektir.Tip etrafını saran boya zedelenmelerini engelleyen file olmalıdır.Tüpler koruma kapaklarıyla teslim edilmelidir.
10. Tüplerin çalışma ve test basınçları 150/250 bar olmalıdır. Tüp imalatçısı firma, 2010/35/EU Modül B+1S sertifikaları ile, tüpe ait Test Sertifikalarını malla birlikte bir dosya halinde teslim edilmelidir.
11. Teslim edilecek tüplerin Mekanik test raporları , ölçülendirme raporları ve hidrolik test raporları verilmelidir.
12. Tüplerin taşıma esnasında zarar görmemesi için çok sert oluklu mukavvadan imal kutu ile ambalajlanmış olmalıdır.
13. Tüpler onaylanmış kuruluş (TÜV) 0036 ve "n" olmalıdır.
14. İthalatçı/Yüklenci firmanın ISO9001:2015, ISO 10002:2018, ISO 14001:2015, ISO45001:2018 Tıbbi ürünler ve medikal tüp ve regülatörleri satış ve servis hizmetleri olduğuna dair belgeleri olmalıdır.
15. İthalatçı/Yüklenici firmanın Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi olmalıdır.
16. İthalatçı/Yüklenici firmanın TS12426 Hizmet Yeri Yeterlilik belgesi olmalıdır.
17. İthalatçı/Yüklenici firmanın UTS de Teknik Servis Personel kaydı olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Metin BİLİCİ
Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.
İmzası



ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Emre ÖZKARA
Başhekim Yrd.
İmzası

