

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 89124 : 89124
Talep Eden Birim: BAŞHEKİMLİK

27.04.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

NOT: ÖNEMLİ MAIL ADRESİNİZİ YAZINIZ. hastanesatinalma@ogu.edu.tr

Son Teslim Tarih & Saat : 30.04.2026 10:00

Esra GÜLTEKİN
Mali Hizmetler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
---------	------	---------------	----------	---------	--------	--------------	---------------

1 44.004 EV TÜPÜ DOLUMU (12 KG)

50,00 ADET

- 1- İNTERNET ADRESİMİZ: www.ogu.edu.tr ---- HASTANE--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.
- 2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARİÇ OLMALIDIR.
- 3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 60 GÜNDE ÖDENECEKTİR.
- 4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.
- 5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.
- 6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.
- 7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN İM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECİKTİR.
- 8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- 9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
- 10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 41294

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 17.02.2023

Basım Tarihi : 15.04.2026

KOD : 44.004

MALZEME ADI : EV TÜPÜ DOLUMU (12 KG)

1. LPG 12 kg'lık tombul ev tüpü (1. tip) olmalıdır.
2. LPG'nin basınç altında depolanarak taşınmasını sağlayan, ev tipi ocak, fırın, şöben, soba gibi cihazlarda kullanılmasına yarayan basınçlı kap olmalıdır. Geçme kilitleme tip regülatör ile kullanılabilir olmalıdır.
3. Tüp hacmi ± 26.2 litre olmalıdır.
4. Gaz kapasitesi $12 \text{ kg} \pm 300 \text{ gr}$ olmalıdır.
5. Gaz cinsi karışımı $\pm \%70$ Bütan $\pm \%30$ Propan olmalıdır.
6. Darası $13,5 \text{ kg} \pm 300 \text{ gr}$ olmalıdır.
7. Dolu ağırlık $25,5 \text{ kg} \pm \text{gr}$ olmalıdır.
8. Valf tipi mini valf geçme kilitlemeli olmalıdır.
9. Tüpler orjinal olmalı, aksi durumda müteahhit firma sorumludur.
10. Yedek contası olmalıdır.
11. İhalesi kalan firma tarafından Hastane İdaresinin belirleyeceği sayıda (125-150 Adet) dedantörü de teslim edilecektir. İstenilen dedantör sayısı kadarda 1,5 -2 m uzunluğunda hortum ve kelepçe de verilecektir.
12. Teklif edilen ürün TS 55 en 1442 ve TSE işaretini taşımalıdır.
13. Tüpün ağzı hologram kapak ile kapatılmış olmalıdır.
14. Hastanemizdeki tüplerin kullanım bağlantıları ve dedantörleri, hortumları, yüklenicinin tüpleri ile uyum sağlamıyorsa, uygun bağlantı ve dedantörleri, hortumları ücret talep etmeden uyumlu hale getirecektir.
15. Tüpler; boyasız, yıpranmış, hasarlı, ezik, şekli bozuk, küflü v.b. olmayacaktır.
16. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR

Nurdoğan ERAFACAN GÜL
Mutfak Hizmetleri Sorumlusu

İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

