

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 89191 : 89191
Talep Eden Birim: DERMATOLOJİ POL.

27.04.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

ÖNEMLİ NOT: TEKLİFİNİZE MAİL ADRESİNİZİ ve İLETİŞİM NUMARANIZI YAZINIZ. TEKLİFİNİZİ butceplan@ogu.edu.tr (Telefon: 1093-1094) MAİL ADRESİNE GÖNDERİNİZ. (Teklifini kapalı zarf ile elden teslim etmeyen yada butceplan@ogu.edu.tr mail adresine göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.)

İdare Yetkilisi
Esra GÜLTEKİN
Mali Hizmetler Müdürü

Son Teslim Tarih & Saat : 30.04.2026 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	37.937B	MİKRO İĞNE ELEKTRODU (25 Lİ İĞNE)		100,00	ADET		
2	73.1128A	ELLMAN RADYOCERRAHİ ÜNİTESİ İÇİN; STANDART ELEKTROT SETİ		1,00	ADET		
3	73.3293	DERMATOLOJİK AMAÇLI PORTAZBLE CRYO CİHAZI TERMOSU		2,00	ADET		

1- İNTERNET ADRESİMİZ: <https://hastane.ogu.edu.tr/> ---- HIZLI ERİŞİM--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARİÇ OLMALIDIR.

3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 150 GÜN İÇİNDE ÖDENECEKTİR.

4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYI TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.

5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.

6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AIT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FIRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR. 8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSI TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AIT UBB KODU İLE ETİKET ADI VEVEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 2

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : DERMATOLOJİ POL.

Şartname Numarası : 41692

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 10.05.2023

Basım Tarihi : 16.04.2026

KOD : 37.937B

MALZEME ADI : MİKRO İĞNE ELEKTRODU (25 Lİ İĞNE)

1. İğne kalınlığı 0.25 mm olmalıdır.
2. İğnenin ayarlanabilir derinliği 0.5 mm - 3.5 mm aralığında olmalıdır.
3. İğneler altın kaplama ve yarı izolasyonlu olmalıdır.
4. İğne başına güç 1 watt, toplam güç 25 watt olmalıdır.
5. İğne; Skar, foto yaşlanma, cilt yenileme, por tedavisi, göz kapağı tedavisi, papil tedavisi, yüz ve boyun toparlama, inflamatuvar aktif akne, cilt sebum dengeleme, kol altı aşırı terlemesi, telenjektazi, yetişkinlerdeki akneler, kronik nüks eden akneler, çene hattı akneleri, inflamatuvar akneler, ameliyatsız göz torbası tedavisi, göz çevresi kırışıklıkları, göz altı torbaları, kılcal damar tedavisi ve syringoma tedavilerinde kullanıma uygun olmalıdır.
6. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
7. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
8. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.


HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Ersoy ACER
Deri ve Zührevi Hast.A.D. Öğr. Üyesi
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEGİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 25777

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 07.05.2021

Basım Tarihi : 21.04.2026

KOD : 73.1128A

MALZEME ADI : ELLMAN RADYOCERRAHİ ÜNİTESİ İÇİN; STANDART ELEKTROT SETİ

1. Elektrotlar radyocerrahi ile insizyon,eksizyon, koagulasyon, fulgurasyon işlemlerini yapmaya elverişli olmalıdır.
2. Elektrotlar steril edilerek tekrar kullanılabilir özellikte olmalıdır.
3. Elektrotlar istenen eğimi vermeye uygun olmalıdır. (Bükülebilme özelliği)
4. Elektrot 3/32 shaft olmalıdır.
5. Elektrot seti şu elektrotlardan oluşmalıdır.
 - 1 Adet Üçgen eksizyon elektrodu
 - 1 Adet Loop eksizyon elektrodu
 - 1 Adet Fulgurasyon/Desikasyon elektrodu
 - 1 Adet Baklava eksizyon elektrodu
 - 1 Adet Koagülasyon ball elektrodu
 - 1 Adet İnsizyon elektrodu
6. Elektrotlar Reusable (Çok kullanımlık) Otoklava dayanıklı olmalıdır.
7. Elektrot bölümde kullanılan Ellman marka radyofrekans cihazına uygun olmalıdır.
8. Teklif verecek firmalar TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve bu belgenin asıl veya suretini teklifle birlikte vermelidirler.
9. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
10. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir.(Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
11. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.


HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Ersoy ACER
Deri ve Zührevi Hast.A.D. Öğr. Üyesi
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46177

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 06.06.2016

Basım Tarihi : 21.04.2026

KOD : 73.3293

MALZEME ADI : DERMATOLOJİK AMAÇLI PORTAZBLE CRYO CİHAZI TERMOSU

- 1.Cihaz dermatolojik tedavilerde kullanılmak üzere gerekli özelliklere sahip olacaktır.
- 2.Cihaz, taşınabilir 0.5 litre sıvı nitrojen kapasitesine sahip olmalıdır Boş ağırlığı: 0.60 kg(+/-0,10), Dolu ağırlığı. 0.90kg (+/-0.10), Statik muhafaza süresi: min. 11 saat olmalıdır
- 3.Cihaz, tekrar tekrar doldurulabilir özellikte olmalıdır.
- 4.Cihazda yüksek basınç halinde emniyet ve tahliye valfi bulunmalıdır.
- 5.Cihazın spray uçları cihaza kolayca monte edilebilecek ve kaçak oluşmasını önleyecek şekilde vidalı tip olmalıdır.
- 6.Probun takıldığı yer ile nitrojen akışını sağlayan çubuk arasında boşluk olmamalıdır.
- 7.Cihazın Sıvı Nitrojen akışını sağlayan borusunda tıkanıklığı ve yabancı madde kaçacağını önleyecek filtre sistemi olmalıdır.
- 8.Cihaz gövdesi ve spray tetiği kullanıcıyı soğuktan koruyacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 9.Cihaz, yüksek gerilme direncine sahip paslanmaz metalden mamul olmalıdır.
- 10.Cihaza istenildiği takdirde Isı ölçer .izleme ve kayıt yapabilen kamera sistemleri eklenebilmelidir.
- 11.Cihaz ile birlikte
 - 4 Adet Değişik çapta kubbe spray uç 1 Adet Uzun Eğik Spray Prob
 - 1 Adet Düz 2cm Spray uç
 - 1 Adet Spray Prob Standı
 - 1 Adet Termos Koruyucu Bant verilmelidir.

GARANTİ:

Cihaz, imalat hatalarına karşı iki yıl garantili olmalıdır.

Garanti süresince cihazın periyodik bakımı ve onarımı bedelsiz olarak yapılmalıdır.


Garanti süresinin bitiminden itibaren ayrıca on yıllık ücreti karşılığında bakım-onarım ve yedek parça temir garantisi verilmelidir.

EĞİTİM:

Cihazın kullanım eğitimi kullanıcı personele ücretsiz olarak verilmelidir.

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Ersoy ACER
Deri ve Zührevi Hast.A.D. Öğr. Üyesi
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

