

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 89227 : 89227
Talep Eden Birim: ACİL SERVİS

04.05.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

ÖNEMLİ NOT: TEKLİFİNİZE MAİL ADRESİNİZİ ve İLETİŞİM NUMARANIZI YAZINIZ. TEKLİFİNİZİ butceplan@ogu.edu.tr (Telefon: 1093-1094) MAİL ADRESİNE GÖNDERİNİZ. (Teklifini kapalı zarf ile elden teslim etmeyen yada butceplan@ogu.edu.tr mail adresine göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)

İdare Yetkilisi
Esra GÜLTEKİN
Mali Hizmetler Müdürü

Son Teslim Tarih & Saat : 08.05.2026 10:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	37.901	YETİŞKİN ZORLU ENTÜBASYON BUJİ SETİ		10,00	ADET		
2	76.335C	KBRN TAM BOY KORUYUCU EL DİVEN		50,00	ADET		

1- İNTERNET ADRESİMİZ: <https://hastane.ogu.edu.tr/> ---- HIZLI ERİŞİM--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARİÇ OLMALIDIR.

3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 150 GÜN İÇİNDE ÖDENECEKTİR.

4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.

5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.

6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.

7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AİT

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : ACİL SERVİS

Şartname Numarası : 46243

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 27.04.2026

Basım Tarihi : 27.04.2026

KOD : 37.901

MALZEME ADI : YETİŞKİN ZORLU ENTÜBASYON BUJİ SETİ

1. Ürün endotrakeal entübasyona yardımcı olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
2. Ürünün hastanın ağız mukozasını zedelememesi için uçları yuvarlatılmış olmalıdır.
3. Ürün X-ray altında radyopak görünüme sahip olmalıdır ve ölçü derecelendirmesi kateter üzerinde yapılmış olmalıdır.
4. Ürünün çıkarılabilir iki adet adaptörü olmalıdır ve adaptörler gerektiğinde ventilatöre gerektiğinde ise ambuya bağlanabilecek şekilde kilitlenebilir sisteme sahip olmalıdır.
5. Ürün metal stilesi olmalıdır.
6. Ürün 14 FR/70 CM boyutunda olmalıdır.
7. Katater iç lümeni minimum 3mm olmalıdır.
8. Ürün 6 mm veya daha büyük endotrakeal tüp ile kullanılabilir olmalıdır.
9. Hepsi aynı paket içinde ve steril olmalıdır.
10. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
11. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
12. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Prof.Dr.Engin ÖZAKIN
Acil Tıp A.D. Öğretim Üyesi
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 46245

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 20.04.2026

Basım Tarihi : 27.04.2026

KOD : 76.335C

MALZEME ADI : KBRN TAM BOY KORUYUCU ELDİVEN

1. Koruyucu eldiven katı, sıvı, gaz ve aerosol durumdaki kimyasal, biyolojik, endüstriyel gaz ve toksik maddelere karşı tam koruma sağlamalıdır.
2. Eldiven butil kauçuk, floroelastomer (viton) veya floroelastomer (viton)- buül kauçuktan imal edilmiş olmalı, yırtılmaya ve delinmeye karşı karşı dayanıklı olmalı, sağlam ve esnek bir yapıya sahip olmalı.
3. Her bir çift eldiven ile birlikte pamuklu dokumadan imal edilmiş en az bir çift iç eldiven verilecektir.
4. Koruyucu eldiven el ayasından ölçüldüğünde en az 25 mil kalınlıkta olacaktır.
5. Ürünün hangi beden veya hangi renk olacağı ilgili birim tarafından belirlenecektir.
6. Eldiven pürüzsüz yüzeyi veya kullanılan materyal sayesinde kolayca dekontamine olmalıdır.
7. Eldivenin raf ömrü en az 10 (on) yıl olmalıdır.
9. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.
9. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Engin ÖZAKIN
Acil Tıp A.D. Öğretim Üyesi
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası