

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 90982 : 90982
Talep Eden Birim: BAŞHEKİMLİK

26.08.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

ÖNEMLİ NOT: TEKLİFİNİZE MAİL ADRESİNİZİ ve İLETİŞİM NUMARANIZI YAZINIZ. TEKLİFİNİZİ butceplan@ogu.edu.tr (Telefon: 1093-1094) MAİL ADRESİNE GÖNDERİNİZ. (Teklifini kapalı zarf ile elden teslim etmeyen yada butceplan@ogu.edu.tr mail adresine göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)

İdare Yetkilisi
Esra GÜLTEKİN
Mali Hizmetler Müdürü

Son Teslim Tarih & Saat : 28.08.2026 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	37.1082	BATIN KOMPRESİ (RADYOOPAKLI) 45X45CM ±3CM 8 KAT (270022618)		12.000,00	ADET		

1- İNTERNET ADRESİMİZ: <https://hastane.ogu.edu.tr/> ---- HIZLI ERIŞİM--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARİÇ OLMALIDIR.

3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 150 GÜN İÇİNDE ÖDENECEKTİR.

4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYICE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.

5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.

6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.

7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEMEYECİKTİR.

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 47120

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 06.03.2020

Basım Tarihi : 14.08.2026

KOD : 37.1082

MALZEME ADI : BATIN KOMPRESİ (RADYOOPAKLI) 45X45CM ±3CM 8 KAT (270006883)

1. Ürün; cerrahi operasyonlarda doku ve organları sarmalamak, boşlukları belirlemek ve kanama kontrolü sağlamak amacı ile üretilmiş olmalıdır.
2. Ürünün; hidrofili hale getirilmiş %100 pamuk ipliğinden imal edilmiş veya non-woven (dokumasız) çeşitleri olmalıdır.
3. Ürün; steril ve radyoopaklı (x-rayli) olmalıdır.
4. Ürün; 45 X 45 cm ±3 cm ebadında 8 kat olmalıdır.
5. Ürünler; steril 2' li paketler şeklinde teslim edilmelidir.
6. Ürünün pamuk tipleri için dokuma ipliği ince olmayıp, beyaz, temiz, kokusuz ve tam hidrofili olmalıdır.
7. Ürünün; pamuklu tiplerinde kullanılan gazlı bezin 1 cm² deki toplam iplik (tel) sayısı 19(±1) tel olmalıdır.
8. Ürünün; radyoopak şerit veya iplik, ürünün her iki yüzünde (altında ve üstünde), görünür kalınlıkta ve her katında dikilmiş veya dokunmuş olmalı, kullanım esnasında kopmamalı, kolay çıkmamalı ve tiftiklenmemelidir.
9. Ürün; iplik sarkmasını önlemek amacıyla kenarları içe kıvrılarak "bohça" şeklinde katlanmış olmalı ve sağlamlığını korumak için kenarları dikilmiş olmalıdır.
10. Ürünün; kenar dikişlerinde ekstrafor kullanılmamalıdır.
11. Ürünün; her iki yüzünde sağlamlığını korumak amacıyla çapraz dikiş bulunmalıdır.
12. Ürünün; paket içerisinde sterilizasyon yöntemini işaret eden indikatör bulunmalıdır.
13. Ürün; sterilizasyon işlemi sonrasında sertleşmemeli ve emici özelliğini kaybetmemelidir.
14. Ürünün; paketleri açma yönünde açma payı bırakılmalıdır. Paketler açılırken düzensiz yırtıklar oluşmamalı, tüy ve hav çıkamamalıdır.
15. Ürünün radyoopak şeridi/ipleri x-ray ile yapılan görüntülemelerde kolayca görüntülenebilir malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
16. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
17. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerekli olduğu takdirde numuneler açılıp denenecektir.
18. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYŞAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası