

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 91524 : 91524
Talep Eden Birim: ANJİO LABORATUVARI KARDİYOLOJİ

08.10.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

ÖNEMLİ NOT: TEKLİFİNİZE MAİL ADRESİNİZİ ve İLETİŞİM NUMARANIZI YAZINIZ.
TEKLİFİNİZİ butceplan@ogu.edu.tr (Telefon: 1093-1094) MAİL ADRESİNE GÖNDERİNİZ. (
Teklifini kapalı zarf ile elden teslim etmeyen yada butceplan@ogu.edu.tr mail adresine
göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)

İdare Yetkilisi
Esra GÜLTEKİN
Mali Hizmetler Müdürü

Son Teslim Tarih & Saat : 13.10.2026 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	21.130B	POST DİLATASYON BALONU (NON-COMPLAINCE) (3.0X12)(270004164)		30,00	ADET		
2	21.130C	POST DİLATASYON BALONU (NON-COMPLAINCE) (3.5X12)(270004183)		10,00	ADET		
3	21.130F1	POST DİLATASYON BALONU (2.50X20MM)(270004182)		5,00	ADET		
4	21.130R1	POST DİLATASYON BALONU (3,0X15MM)(270004161)		15,00	ADET		
5	21.130K1	POST DİLATASYON BALONU (3,5X15MM)(270004158)		25,00	ADET		
6	21.130K3	POST DİLATASYON BALONU (3.5X20MM)(270004157)		5,00	ADET		
7	21.130T5	PTCA BALON, MONORAIL, NONKOMPLİAN, 2.25*13(±1)MM(270006243)		5,00	ADET		
8	21.130T4	PTCA BALON, MONORAIL, NONKOMPLİAN, 2.25*16(±1)MM(270006428)		10,00	ADET		
9	21.130F4	PTCA BALON, MONORAIL, NONKOMPLİAN, 2.50*16(±1)MM(270004180)		25,00	ADET		

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

10	21.205A1	TOTAL OKLÜZYON VE KALSIFIK KOMPLEX LEZYON İÇİN PTCA BALONU 1.5 X 15(270003637)	40,00	ADET
11	21.205A2	TOTAL OKLÜZYON VE KALSIFIK KOMPLEX LEZYON İÇİN PTCA BALONU 1.5 X 20(270003636)	10,00	ADET
12	21.205C2	TOTAL OKLÜZYON VE KALSIFIK KOMPLEX LEZYON İÇİN PTCA BALONU 2.5 X 15(270003633)	15,00	ADET
13	21.205C3	TOTAL OKLÜZYON VE KALSIFIK KOMPLEX LEZYON İÇİN PTCA BALONU 2.5 X 20(270003632)	15,00	ADET

1- İNTERNET ADRESİMİZ: <https://hastane.ogu.edu.tr/> ---- HIZLI ERIŞİM--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARIÇ OLMALIDIR.

3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 150 GÜN İÇİNDE ÖDENECEKTİR.

4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.

5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.

6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.

7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FIRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEME ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECİKTİR.

8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEME ALINMAYACAKTIR.

9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FIRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : KARDİYOLOJİ POL.

Şartname Numarası : 45620

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 22.08.2016

Basım Tarihi : 28.09.2026

KOD : 21.130

MALZEME ADI : POST DİLATASYON BALONU (NON-COMPLAİNCE)

1. Balonlar 5F, 6F, 7F, 8F Guiding kateter ile uygulanabilmelidir.
2. Balon, stentleme sonrası post dilatasyon işleminde kullanılacaktır. Bu nedenle yüksek basınç değerlerine ulaşabilmeli, rated burst basıncına şişirildiğinde nominal değerinde ulaştığı çapı % 6'dan fazla aşmamalıdır.
3. Post Dilatasyon balonu malzemesinin alt açılım numaraları istek belgesinde belirtilmiş olup, bu numaralara teklif veren firma 21.130 kod numaralı Post Dilatasyon Balonu teknik özellikleri baz alınarak teklif verilecektir.
4. Balon çapı, 12 Atm. şişirme basıncında nominal değerine ulaşmalıdır.
5. Balonun "Rated Burst basıncı" ölçüsüne göre 18 Atm.'den az olmamalıdır.
6. 0.014 " ve daha küçük çaplı Guide Wire ile uygulanabilmelidir.
7. Balon uç kısmı inceltilmiş olmalı, lezyon giriş profili 0.017" 'den fazla olmamalıdır.
8. Yeterli esneklik ve dayanıklılıkta olmalıdır.
9. Tüm uzunluk ölçüleri için ± 1 mm değişiklik kabul edilecektir.
10. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
11. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerekli taktirde numuneler açılıp denenecektir.
12. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Dr. Öğr. Üyesi Erdi BABAYİĞİT
Kardiyoloji A.D. Öğretim Üyesi

İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.

İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM : KARDİYOLOJİ POL.

Şartname Numarası : 45621

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 18.04.2022

Basım Tarihi : 08.10.2026

KOD : 21.205

MALZEME ADI : TOTAL OKLÜZYON VE KALSİFİK KOMPLEX LEZYON İÇİN PTCA BALON KATETERİ

1. Monorail balon ve kateterler total oklüzyon ve kalsifik kompleks lezyon içinden geçebilecek incelikte, esneklikte ve dayanıklılıkta olmalıdır.
2. Kateterlerin iç ve dış yüzeyleri, Guidewire kontrolü ve lezyondan geçiş kolaylığı için hareketi arttırıcı kaygan özel madde ile kaplanmış olmalıdır.
3. Kateterin kullanılabilir uzunluğu 135-140 cm'den düşük olmamalıdır.
4. Hareket ve geçiş kolaylığı için shaft kalınlığı 2.7 F'ten kalın olmamalıdır.
5. Gövde üzerinde giriş/çıkış derinliği için marker'lar olmalıdır.
6. Kateterin uç kısmı, lezyondan geçiş kolaylığı için inceltilmiş ve damara zarar vermemesi için yumuşatılmış olmalıdır.
7. Guidewire çıkış portu 23-30 cm civarında olmalıdır.
8. Kullanılan Guidewire çapı 0.014" olmalıdır.
9. Kullanılan balon materyali, sağlam ve compliance yapıda olmalıdır. Uygulanan basınç arttıkça balon çap değeri artmalıdır. Balon nominal basıncı 8 ATM, derecelendirilmiş patlama basıncı 14 ATM'den az olmamalıdır.
10. Stent uygulamalarında, over pressure yapmaya uygun ve dayanaklı yapıda olmalıdır.
11. Balon ve gövde uyumlu olup, şişirme esnasında damar yapısında uyum sağlamalıdır.(Conformable olmalıdır)
12. Şişirme ve indirme zamanları hızlı olmalıdır.
13. Kateterin bağlantı ucu "luerlock" sistemine uyumlu olmalı, üzerinde kateterin balon çapı yazmalıdır.
14. Lezyondan geçiş kolaylığı için balon, düşük profilli olmalıdır.
15. Balon tek veya çift radyopak markere sahip olmalıdır. Balonun uç kısmı inceltilmiş olmalı ve lezyon giriş profili 0,017" 'den fazla olmamalıdır.
16. İstenilen balon malzemesinin alt açılım numaraları istek belgesinde belirtilmiş olup, 21.205 kod numaralı balon teknik özellikleri baz alınarak teklif verilecektir.
17. Balonun lezyon içinde simetrik bir açılım sağlamalıdır.
18. Zor açılı lezyonlardan kolaylıkla geçebilmelidir.
19. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
20. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir.(Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
21. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Dr. Öğr. Üyesi Erdi BABAYİĞİT
Kardiyoloji A.D. Öğretim Üyesi
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası