

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 91755 : 91755
Talep Eden Birim: TIBBİ MALZEME ECZANESİ

20.10.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

ÖNEMLİ NOT: TEKLİFİNİZE MAİL ADRESİNİZİ ve İLETİŞİM NUMARANIZI YAZINIZ. TEKLİFİNİZİ butceplan@ogu.edu.tr (Telefon: 1093-1094) MAİL ADRESİNE GÖNDERİNİZ. (Teklifini kapalı zarf ile elden teslim etmeyen yada butceplan@ogu.edu.tr mail adresine göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)

İdare Yetkilisi
Esra GÜLTEKİN
Mali Hizmetler Müdürü

Son Teslim Tarih & Saat : 26.10.2026 10:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	37.220B	FOLEY SONDA NO:6(270002627)		100,00	ADET		
2	37.260	IDRAR TORBASİ ZAMAN ÖLÇEKLİ(270001630)		200,00	ADET		
3	37.307E	FOLEY(SİLİKON) NO:20(270002913)		500,00	ADET		
4	37.220A	FOLEY SONDA NO:16(270001702)		3.000,00	ADET		
5	37.102A	FOLEY SONDA NO:14(270002726)		200,00	ADET		
6	37.307F	FOLEY(SİLİKON) NO:14(270002911)		200,00	ADET		

1- İNTERNET ADRESİMİZ: <https://hastane.ogu.edu.tr/> ---- HIZLI ERİŞİM--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.

2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARIÇ OLMALIDIR.

3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 150 GÜN İÇİNDE ÖDENECEKTİR.

4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMYECEKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYI TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD)

Adres: Eskişehir

Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048

Fax: 0222 239 2446

Sayfa 1

BELİRTİLMELİDİR.

5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.
6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.

7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEME ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR.

8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEME ALINMAYACAKTIR.

9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 47294

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 19.03.2019

Basım Tarihi : 14.10.2026

KOD : 37.220B

MALZEME ADI : FOLEY SONDA NO:6(270002627)

1. Foley sonda Silkolatexden yapılmış ve sertliği optimum düzeyde olmalıdır.
2. Ürün balonunda ve sibobunda kullanım sırasında sorun olmamalıdır.
3. Sondalar üzerinde yırtık delik bulunmamalıdır.
4. Ürün numarası üzerinde olmalıdır.
5. Ürün hastaya kullanıldığında vücudunu tahriş etmemeli, vücutta reaksiyon oluşturmamalıdır.
6. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
7. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
8. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizmeti Müdürü Yrd.
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 47304

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 24.05.2018

Basım Tarihi : 16.10.2026

KOD : 37.260

MALZEME ADI : İDRAR TORBASİ ZAMAN ÖLÇEKLİ(270001630)

1. Ürün toplama kabı sert ve şeffaf plastikten olmalıdır.
2. Hassas ölçüm sağlayan haznesi olmalıdır. 1ml'lik parametrelere bölünmüş olmalıdır.
3. İdrar torbasından rezervuara, rezervuardan sondaya geri dönüşü engelleyen bir valf sistemi olmalı rezervuar ağzında ve idrar torbası üzerinde hava filtresi bulunmalıdır.
4. Torba kapasitesi 2000ml olup, altan boşaltılabilir olmalıdır.
5. Manuel olarak torbaya boşaltma yapılabilir, toplam kapasite 2500ml olmalıdır. Tekli steril ambalajlarda bulunmalıdır.
6. İdrar torbasının en alt kısımda bulunan boşaltma musluğu idrar akıtmayacak şekilde olmalıdır. Musluk boşaltma için açılırken yerinden tamamen ayrılmamalıdır.
7. Ölçeklendirme yazıları ve çizgileri silinmemelidir.
8. İdrar biriken rezervuar bölümü torbaya ekli olmalı, torbanın üst kısmında yer almamalıdır.
9. İdrar akımını kolay sağlamalıdır.
10. Hortumlar king yapacak şekilde yumuşak olmamalıdır.
11. Torbanın asılmasını sağlayan askısı olmalıdır. Askı kolay kopmamalıdır. Kolay asılabilmelidir.
12. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
13. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
14. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Nihal BAYSAL
Sağlık Hizm. Müdür Yrd.
İmzası

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 31856

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 12.12.2016

Basım Tarihi : 09.10.2026

KOD : 37.307E

MALZEME ADI : FOLEY(SİLİKON) NO:20(270002913)

1. Foley sonda %100 silikondan yapılmış olmalıdır.
2. Balonunda ve sibobunda kullanım sırasında sorun olmamalıdır.
3. Ambalajın üzerinde imalat ve son kullanma tarihi olacak, sondalar üzerinde yırtık delik bulunmamalıdır.
4. İç poşette sterilitiyi bozmadan sondanın alınabilmesi için her iki ucun kolayca açılabilir yapıda olmalıdır.
5. Balonu 50 ml'ye kadar şişirilebilmelidir.
6. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
7. Teklifte birlikte numune teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler denenecektir.
8. Ürünün hastanemizde son bir yıl içerisinde kullanılan ve halen depoda mevcut bulunan ürün olması durumunda numune istenmeyebilir. Bu durumda firma numune tutanağında hangi bölümün kullandığını ve ürünün marka, modelini yazılı olarak bildirecektir.
9. Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma vb. bilgiler olmalıdır.


HAZIRLAYANLAR

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖNER
Üroloji A.D. Öğr. Üyesi
İmzası



ONAYLAYAN

Doc. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 31851

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 12.12.2016

Basım Tarihi : 09.10.2026

KOD : 37.220A

MALZEME ADI : FOLEY SONDA NO:16(270001702)

1. Foley sonda Silkolatexden yapılmış ve sertliği optimum düzeyde olmalıdır.
2. Balonunda ve sibobunda kullanım sırasında sorun olmamalıdır.
3. Sondalar üzerinde yırtık delik bulunmamalıdır.
4. Numarası üzerinde olmalıdır.
5. Hastaya kullanıldığında vücudunu tahriş etmemeli, vücutta reaksiyon oluşturmamalıdır.
6. İç poşette sterilitiyi bozmadan sondanın alınabilmesi için her iki ucun kolayca açılacak yapıda olmalıdır.
7. Balonu 30 ml'ye kadar şişirilebilmelidir.
8. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
9. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
11. Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.


HAZIRLAYANLAR

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖNER
Üroloji A.D. Öğr. Üyesi
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 31850

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 12.12.2016

Basım Tarihi : 09.10.2026

KOD : 37.102A

MALZEME ADI : FOLEY SONDA NO:14(270002726)

1. Foley sonda Silkolatexden yapılmış ve sertliği optimum düzeyde olmalıdır.
2. Balonunda ve sibobunda kullanım sırasında sorun olmamalıdır.
3. Sondalar üzerinde yırtık delik bulunmamalıdır.
4. Numarası üzerinde olmalıdır.
5. Hastaya kullanıldığında vücudunu tahriş etmemeli, vücutta reaksiyon oluşturmamalıdır.
6. İç poşette sterilitiyi bozmadan sondanın alınabilmesi için her iki ucun kolayca açılacak yapıda olmalıdır.
7. Balonu 30 ml'ye kadar şişirilebilmelidir.
8. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
9. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
10. Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.


HAZIRLAYANLAR

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖNER
Üroloji A.D. Öğr. Üyesi
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası



T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 44389

TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Tarihi : 12.12.2016

Basım Tarihi : 09.10.2026

KOD : 37.307F

MALZEME ADI : FOLEY(SİLİKON) NO:14(270002911)

1. Foley sonda %100 silikondan yapılmış olmalıdır.
2. Balonunda ve sibobunda kullanım sırasında sorun olmamalıdır.
3. Ambalajın üzerinde imalat ve son kullanma tarihi olacak, sondalar üzerinde yırtık delik bulunmamalıdır.
4. Ambalajında, antibakteriyel pomad, likit vazelin steril spanç bulunmalıdır.
5. İç poşette sterilitiyi bozmadan sondanın alınabilmesi için her iki ucun kolayca açılabilir yapıda olmalıdır.
6. Balonu 30 ml'ye kadar şişirilebilmelidir.
7. Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
8. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği taktirde numuneler açılıp denenecektir.
9. Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖNER
Üroloji A.D. Öğr. Üyesi
İmzası



ONAYLAYAN

Doç. Dr. Gürkan BOZAN
Başhekim Yrd.
İmzası

