T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi
Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi(Hastane)

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem / Alım No: 92600 : 92600
Talep Eden Birim: BİYOMEDİKAL

26.11.2026

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacı olan malzemenin alınması gerekmektedir. Bu iş ile ilgili son ve kesin teklifinizi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğüne göndermenizi veya yetkili elemanımıza elden vermenizi rica ederim.

NOT: ÖNEMLİ MAİL ADRESİNİZİ YAZINIZ. hastanesatinalma@ogu.edu.tr

Son Teslim Tarih & Saat : 30.11.2026 11:00

Esra GÜLTEKİN
Mali Hizmetler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Kodu	Malzeme Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	76.143A	SIVI KLOR		700,00	LİTRE		
2	62.648	ÇOCUK KLOZETİ		4,00	ADET		
3	62.414	MAFSALLI ENGELLİ TUTUNMA BARI		50,00	ADET		
4	62.276	BEDENSEL ENGELLİ TUTUNMA BARI 40 CM		70,00	ADET		

1- İNTERNET ADRESİMİZ: www.ogu.edu.tr ---- HASTANE--- İHALE İLANLARI (sağ köşede) ADRESİNDEN İHALE İLANLARINA ULAŞABİLİRSİNİZ.
2- TEKLİF YAZINIZDA MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN TESLİM SÜRELERİ BELİRTİLECEK, VERECEĞİNİZ FİYATLAR YAZI İLE DE YAZILACAKTIR. VERİLEN FİYATLAR TL CİNSİNDEN VE FİYATLAR KDV HARİÇ OLMALIDIR.
3- SİPARİŞ VERİLEN MALZEMELERİN VE HİZMETLERİN BEDELLERİ 60 GÜNDE ÖDENECEKTİR.
4-ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASI (BARKOD) OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.AYRICA 31.12.2008 TARİH 27097 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞİN 13. MADDESİ DİSTİRİBÜTÖR VE/VEYA ANABAYİCE ALT BAYİLERİNDE UBB DE TANIMLANMIŞ OLMASI GEREĞİ BAYİ TANIMLAYICI NUMARASI OLMAYAN FİRMALARIN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYACAK VE FATURALARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.ÜRÜN KODLARI (BARKOD) BELİRTİLMELİDİR.
5- TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNE İSTENMESİ DURUMUNDA NUMUNELER TEKLİF İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.
6- TIBBİ MALZEME ALIMLARINDA SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN SUT KODUNUN VE UBB KODUNUN TEKLİF MEKTUBUNDA VE FATURADA YAZILMASI ZORUNLUDUR.
7-KİK TARAFINDAN HAZIRLANAN EKAP (ELEKTRONİK KAMU SATINALMA PLATFORMU)SİSTEMİNE KAYIT YAPTIRMAYAN FİRMALARIN ALIM SONUÇLARI İLE UBB KAYDININ HANGİ FİRMA YAPTIRDIYSA (TEDARİKÇİ,BAYİ, ALT BAYİ)FİRMAYA AİT VERGİ KAYIT NUMARASINI TEKLİFİNDE BELİRTMEYEN FİRMANIN ALIM SONUÇLARI KİK ve SGK YA BİLDİRİLMEDİĞİNDEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK VEYA FATURALARI ÖDENMEYECEKTİR.
8-FİRMA TEKLİFİNİN EKİNDE ÜRÜNÜN GMDN KODUNUN ONAYLI OLDUĞUNU VE POZİTİF LİSTEDE YER ALDIĞI BELGE İLE SUNMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE BU BELGELERİ SUNMAYAN VEYA NEGATİF LİSTEDE YER ALAN VE ONAYSIZ OLAN ÜRÜNLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
9-SGK TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE TEKLİF ETTİĞİNİZ ÜRÜNE AİT UBB KODU İLE ETİKET ADI VE/VEYA GMDN KATEGORİSİNDE UYUMSUZLUKTAN DOLAYI VEYA BUNA BENZER BAŞKA UYGUNSUZLUKTAN DOLAYI YAPILAN TÜM KESİNTİLER YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
10-YUKARIDA BELİRTİLEN TEKLİF YAZIMIZIN TARİH VE NUMARASI TEKLİF ZARFININ ÜZERİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.

Adres: Eskişehir
Tel: 0222 239 29 79 Dahili : 1048 **Fax:** 0222 239 2446

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 38332	**TEKNİK ŞARTNAME**	**Şartname Tarihi : 18.08.2021** **Basım Tarihi : 18.11.2026**

KOD : 76.143A

MALZEME ADI : SIVI KLOR

1- Aktif klor %15 16(m/v) titrimetrik olmalıdır.
2- Toplam klor içerigi A klorun %10 fazlası titrimetrik olmalıdır.
3- NaOH içeriği %0.7-1.1 (m/v) titrimetrik olmalıdır.
4- Na2CO3 içeriği max.%0.4 (m/v) titrimetrik olmalıdır.
5- Kararlılık (24 saat.35°C) max. 7g Klor/L titrimetrik olmalıdır.
6- Tortu olmamalıdır.
7- Görünüş berrak olmalıdır.
8- 35 litrelik bidonlarda olmalıdır.
9- Üretim tarihi 2026 tarihli olmalıdır.
10- Ürünün malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) olmalıdır.
11- Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ürün olmalıdır.
11- Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
Metin BİLİCİ Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard.	Doç. Dr. Mustafa KAVAK Başhekim Yrd. İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 47353	**TEKNİK ŞARTNAME**	**Şartname Tarihi : 18.11.2026** **Basım Tarihi : 18.11.2026**

KOD : 62.648

MALZEME ADI : ÇOCUK KLOZETİ

1. Klozet, sıhhi tesisat kullanımına uygun, birinci sınıf vitrifiye seramik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Ürünün yüzeyi düzgün, pürüzsüz, gözeneksiz, kolay temizlenebilir ve hijyenik olmalıdır.
3. Seramik yüzeyde çatlak, kırık, deformasyon, sır hatası, renk farklılığı ve benzeri üretim kusurları bulunmamalıdır.
4. Ürün, uygun rezervuar ve sifon sistemiyle birlikte çalışabilecek yapıda olmalıdır.
5. Yıkama sistemi, klozetin iç yüzeyinin etkin biçimde temizlenmesini sağlayacak ve normal kullanım koşullarında su sızıntısına neden olmamalıdır.
6. .Klozet kapağı ve oturağı, uygun bağlantı elemanlarıyla sabitlenecek; normal kullanım sırasında gevşeme ve yerinden çıkma yapmamalıdır.
7. Ürünle birlikte gerekli montaj bağlantıları, contalar, sabitleme elemanları ve bağlantı aksesuarları temin edilmelidir.
8. Yerden yüksekliği 32 cm /genişliği 57 cm olmalıdır.
9. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
Metin BİLİCİ Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard. İmzası	Doç. Dr. Mustafa KAVAK Başhekim Yrd. İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 47257	**TEKNİK ŞARTNAME**	**Şartname Tarihi : 29.09.2026** **Basım Tarihi : 18.11.2026**

KOD : 62.414
MALZEME ADI : MAFSALLI ENGELLİ TUTUNMA BARI

MAFSALLI ENGELLİ TUTUNMA BARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mafsallı engelli tutunma barı; engelli, yaşlı ve hareket kısıtlılığı bulunan kişilerin banyo, WC ve benzeri mahallerde güvenli şekilde tutunabilmelerini sağlamak amacıyla kullanılacaktır.
2. Tutunma barı, AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Ürün ve montajda kullanılacak bağlantı elemanları korozyona dayanıklı ve ıslak hacimlerde kullanıma uygun olacaktır.
3. Tutunma barının boru çapı Ø32 mm olacak ve kullanıcı tarafından rahatça kavranabilecek ergonomik yapıda olmalıdır.
4. Tutunma barı mafsallı ve hareketli yapıda olacak; kullanılmadığı zaman yukarı doğru kaldırılarak duvara paralel/dik konuma getirilebilecek ve kullanım alanında gereksiz yer işgal etmeyecektir.
5. Mafsal mekanizması sağlam, güvenli ve uzun süreli kullanıma uygun olacak; barın kullanım sırasında istenmeyen şekilde aşağı-yukarı hareket etmesini önleyecek yapıda olmalıdır.
6. Tutunma barının hareketli mekanizması, kullanıcı güvenliğini tehlikeye atabilecek keskin kenar, sıkışma veya yaralanmaya neden olabilecek açıkta hareketli parça oluşturmayacaktır.
7. Tutunma barının yüzeyi mat/saten paslanmaz özellikte, pürüzsüz, kolay temizlenebilir ve hijyenik olacaktır. Kullanım sırasında elin kaymasını mümkün olduğunca önleyecek ergonomik yüzey yapısına sahip olacaktır.
8. Duvara bağlantı plakası/flanşı yeterli mukavemette olmalı ve tutunma barının kullanım sırasında oluşabilecek yükleri güvenli şekilde taşımasına uygun olmalıdır.
9. Ürün, montaj yapılacağı duvarın yapı ve kaplama özelliklerine uygun uygun dübel, vida, ankraj ve bağlantı elemanları kullanılarak monte edilecektir. Montaj elemanları yük taşıma kapasitesini sağlayacak nitelikte olacaktır.
10. Tutunma barı, hastane, sağlık tesisi, engelli WC'si, banyo ve benzeri yoğun kullanımlı mahallerde kullanılmaya uygun, uzun ömürlü ve bakım gereksinimi düşük yapıda olacaktır.
11. Tutunma barı, sağ veya sol taraftaki klozet kullanımına uygun şekilde monte edilebilir yapıda olacaktır.
12. Ürünün toplam ölçüleri, kullanım mahalline uygun olacak şekilde yaklaşık 70-75 cm yatay uzunlukta ve kullanım amacına uygun boyutlarda olacaktır. İdarenin talebine göre mahal ölçülerine uygun ürün tercih edilebilecektir.
13. Ürün, hastane ve sağlık tesislerinde kullanılmaya uygun olacak; temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılabilecek genel temizlik/dezenfeksiyon uygulamalarına dayanıklı yüzeye sahip olmalıdır.
14. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
Metin BİLİCİ Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard. İmzası	Doç. Dr. Mustafa KAVAK Başhekim Yrd. İmzası

T.C.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi

İSTEĞİ YAPAN BİRİM :

Şartname Numarası : 47258	**TEKNİK ŞARTNAME**	**Şartname Tarihi : 29.09.2026** **Basım Tarihi : 18.11.2026**

KOD : 62.276

MALZEME ADI : BEDENSEL ENGELLİ TUTUNMA BARI 40 CM

BEDENSEL ENGELLİ TUTUNMA BARI 40 CM

1. Tutunma barı, bedensel engelli, yaşlı ve hareket kısıtlı kişilerin banyo, tuvalet ve benzeri mahallerde güvenli şekilde tutunmalarını sağlamak amacıyla kullanılacaktır.
2. Tutunma barı 40 cm nominal tutma uzunluğunda olmalıdır.
3. Ürün, AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
4. Tutunma borusunun çapı Ø32 mm olmalıdır.Boru yüzeyi düzgün, çapaksız, keskin kenar ve kullanıcıya zarar verebilecek çıkıntılardan arındırılmış olmalıdır.
5. Tutunma yüzeyi, ıslak ve nemli ortamlarda güvenli kavrama sağlayacak şekilde tasarlanmış olacaktır.
6. Tutunma barı duvara sabit montajlı olmalı; montaj flanşı, bağlantı elemanları ve rozet kapakları ürünle birlikte verilecektir.
7. Duvara bağlantı elemanları, montaj yapılacak duvarın özelliklerine uygun, korozyona dayanıklı ve sağlam olacaktır. Montaj sonrasında tutunma barında gevşeme, dönme veya sallanma meydana gelmeyecektir.
8. Ürün, hastane, sağlık kuruluşu, engelli WC, banyo ve benzeri yoğun kullanımlı mahallerde kullanıma uygun olmalıdır.
9. Tutunma barının tüm yüzeyleri kolay temizlenebilir ve hijyenik yapıda olacaktır. Yüzeyde paslanma, çatlama, keskin kenar veya kullanıcı güvenliğini tehlikeye düşürecek imalat kusurları bulunmayacaktır.
10. Ürün, kullanım sırasında oluşabilecek yükleri güvenli şekilde taşıyabilecek yeterli mekanik dayanımda olacaktır.
11. Ürün numuneleri istenmesi durumunda ilgili birime teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). İstenildiğinde numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerektiği takdirde numuneler açılıp denenecektir.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
Metin BİLİCİ Biyomedikal ve Destek Hizm.Müd.Yard. İmzası	Doç. Dr. Mustafa KAVAK Başhekim Yrd. İmzası